

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție : **ocds-b3wdp1-MD-1692279780160**Denumirea procedurii de achiziție: **Achiziția Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului (listă suplimentară nr. 25)**Autoritatea contractantă: **Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate**

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea lot	Denumirea pozitiei	Modelul	Țara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
331000-1	3	Lampă cu fantă 170100	Lampă cu fantă 170100	RS-500	Japonia	Rexxam	Lampă cu fantă, 170100 Microscop binocular care permite examinarea stereoscopică detaliată a structurilor oculare. Parametrul Specificația Lățimea fantei, mm 0-10 minimum, ajustabilă Lungimea fantei, mm 0-10 minimum, ajustabilă Rotirea, grade 0-90 Filtre Minim: albastru, verde, absorbție de căldură Tipul Binocular Mărire totală 10x minimum Metoda de schimbare a măririi Să se indice Gama de reglare a dioptriei, dioptrii de la -7 la +7 minim Deplasare laterală, mm ≥ 100 Deplasare în adâncime, mm ≥ 100 Deplasare în înălțime, mm ≥ 30 Reglare fină de la joystick, mm $\geq \pm 10$ Reglarea înălțimii bărbiei, mm ≥ 70 Alimentarea, 220 V, 50 Hz Setul standard Bec 2 buc	Lampă cu fantă, 170100 Microscop binocular care permite examinarea stereoscopică detaliată a structurilor oculare. Parametrul Specificația Lățimea fantei, mm 0-15, ajustabilă Lungimea fantei, mm 0-15, ajustabilă Rotirea, grade 0-180 Filtre Minim: albastru, verde, absorbție de căldură Tipul Binocular Mărire totală 12,5x Metoda de schimbare a măririi: tambur rotativ Gama de reglare a dioptriei, dioptrii de la -7 la +7 minim Deplasare laterală, mm 100 Deplasare în adâncime, mm 100 Deplasare în înălțime, mm 30 Reglare fină de la joystick, mm ± 15 Reglarea înălțimii bărbiei, mm 80 Alimentarea, 220 V, 50 Hz Setul standard Bec 2 buc	CE, ISO, Declarație de conformitate

33 10 00 0-1	9	Cîntar electronic, pentru nou-născuți	Cîntar electronic, pentru nou-născuți	EBSC-20	China	Zhongshan Jinli Electronic Weighing Equipment Co.,Ltd	Cîntar electronic, pentru nou-născuți 130800 Cîntar pentru nou născuți destinat pentru determinarea greutateții Parametru Specificația Greutatea maximă 20 - 25 kg Precizie ≤ 5 gr Funcția fixare greutate, (TARE) Funcția Auto-Hold, determinarea greutății copilului chiar dacă se misca Pornirea/Închiderea Automată Ecran LCD $\geq 65 \times 25$ mm Alimentare 220V, 50Hz sau baterie internă Autocalibrare	Cîntar electronic, pentru nou-născuți 130800 Cîntar pentru nou născuți destinat pentru determinarea greutateții Parametru Specificația Greutatea maximă 20 kg Precizie 5 gr Funcția fixare greutate, (TARE) Funcția Auto-Hold, determinarea greutății copilului chiar dacă se misca Pornirea/Închiderea Automată Ecran LCD $\geq 65 \times 25$ mm Alimentare 220V, 50Hz sau baterie internă Autocalibrare Verificat metrologic de Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare	
33 10 00 0-1	10	Cîntar electronic pentru adulți cu taliometru	Cîntar electronic pentru adulți cu taliometru	RCS-200	China	JIANGSU SU HONG MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD	Cîntar electronic pentru adulți cu taliometru, Cod 130700 Descriere Cîntar pentru adulți destinat pentru determinarea greutateții Parametru Specificația Greutatea maximă ≥ 200 kg Precizie ≤ 100 gr Pornirea/Închiderea Automată Ecran LCD $\geq 65 \times 25$ mm Alimentare rețea 220V, 50Hz Autocalibrare Taliometru 200 cm numerele să fie incrustate sau altă tehnologie de marcă astfel încît în timpul utilizării să nu se uzeze/ștergă	Cîntar electronic pentru adulți cu taliometru, Cod 130700 Descriere Cîntar pentru adulți destinat pentru determinarea greutateții : Parametru Specificația Greutatea maximă 200 kg Precizie 100 gr Pornirea/Închiderea Automată Ecran LCD $\geq 65 \times 25$ mm Alimentare rețea 220V, 50Hz Autocalibrare Taliometru 200 cm numerele să fie incrustate sau altă tehnologie de marcă astfel încît în timpul utilizării să nu se uzeze/ștergă Verificat metrologic de Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare	CE,ISO,Declarație de conformitate
33 10 00 0-1	12	Stetoscop	Stetoscop	RAPPORT TYPE	China	WENZHOU KANGSHUN MEDICAL DEVICES CO., LTD	Stetoscop Este un instrument medical folosit pentru a asculta sunetele produse de diferite organe și sisteme. Sensibilitate super acustică Construcție avansată din oțel inoxidabil Carcasă interschimbabilă - diafragmă pentru adulți și copii Proiectare mecanism supapa proprietate 2 tuburi în 1 Garantie minim 1 an	Stetoscop Este un instrument medical folosit pentru a asculta sunetele produse de diferite organe și sisteme. Sensibilitate super acustică Construcție avansată din oțel inoxidabil Carcasă interschimbabilă - diafragmă pentru adulți și copii Proiectare mecanism supapa proprietate 2 tuburi în 1 Garantie minim 1 an	

33 10 00 0- 1	13	Termometru digital cu infrarosu	Termometru digital cu infrarosu	LFR30B	China	Shenzhen LEPU Intelligent Medical Equipment	Termometru digital cu infrarosu Cod 260620 Parametrul Specificația Descriere Termometru electronic pentru măsurarea temperaturii corpului uman, camerei si alte Afișaj alfanumeric LED / LCD Tip pacient nou-născut, pediatric, adult Regim de măsurare temperatura urechii (timpanic) temperatura fruntii (temporala) Diapazon de măsurare 34.0 - 43.0 °C Rezoluția de măsurare 0.1 °C Eroarea $\leq \pm 0.2$ °C Timp de măsurare ≤ 5 s Control on/off, deconectare automată Alarme/indicatori Vizuală alerta febră temperatura finală baterie descărcată pornire/oprire Acustică temperatura finală Alimentare Baterie inclusa	Termometru digital cu infrarosu Cod 260620 Parametrul Specificația Descriere Termometru electronic pentru măsurarea temperaturii corpului uman, camerei si alte Afișaj alfanumeric LED / LCD Tip pacient nou-născut, pediatric, adult Regim de măsurare temperatura urechii (timpanic) temperatura fruntii (temporala) Diapazon de măsurare 32.0 - 43.0 °C Rezoluția de măsurare 0.1 °C Eroarea ± 0.2 °C Timp de măsurare 1 s Control on/off, deconectare automată Alarme/indicatori Vizuală alerta febră temperatura finală baterie descărcată pornire/oprire Acustică temperatura finală Alimentare Baterie inclusa	CE,IS O,Decl aratie de confor mitate
---------------------------	----	---------------------------------	---------------------------------	--------	-------	---	--	---	---

Semnat: Numele, Prenumele: **Stela POTINGA** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **SA TEHOPTIMED** Adresa: MD 2052, str. Maria Dragan 19A, Chisinau, Republica Moldova