

**Specificații tehnice**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

**Numărul procedurii de achiziție: 21283744 din 23.10.2024****Obiectul de achiziție: Achiziționarea centralizată a materialelor de sutură SUPLIMENTAR conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025**

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitată	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lotul 5</b>						
Acid poliglicolic PGA USP 8/0, l=30 cm	MI 1426	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o,	8/0, doua ace, sterila, oftalmica, Sutura armata - fir 80 Polyglycolic Acid) – Absorbabilă, violet, împletită 30 cm ± 0,5 cm, ac curbat lungimea 6,5 mm ± 0,1 mm, 3/8, 135°, diametru 0,2 mm ± 0,1 mm, tip spatulat rotunjit, swage laser.	2 x DLZ 6,4 / 200 μm EP 0,4 USP 8/0 Lungime 1 x 30 cm	CE, DM000693013
<b>Total lot 5</b>						
<b>Lotul 7</b>						
Acid poliglicolic PGA USP 0, ac=48mm	PG 1402	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o,	Acid poliglicolic USP 0 L- minim 75cm. Iac 1/2 rotund 48mm+/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	HR: ½ cerc, ac cu corp rotund HR 48 EP 3.5 USP 0 Lungime 1 x 75 cm	CE, DM000692783
<b>Total lot 7</b>						
<b>Lotul 9</b>						
Acid poliglicolic PGA USP 2, 75cm	PG 1400	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o,	USP 2; Lungimea suturii (cm) – minim 75; 1 ac rotund 1/2– 48mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	HR: ½ cerc, ac cu corp rotund HR 48 EP 5 USP 2 Lungime 1 x 75 cm	CE, DM000692784
<b>Total lot 9</b>						
<b>Lotul 10</b>						
Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 22-26 mm	PG 0535	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o,	Acid poliglicoli PGA 3-0 (absorbabil) ac taietor 1/2 sau 3/8 x 22-26mm Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	HR: ½ cerc, ac cu corp rotund HR 26 EP 2 USP 3/0 Lungime 1 x 75 cm	CE, DM000692750
<b>Total lot 10</b>						
<b>Lotul 27</b>						
Mătase USP 7/0	MI 1432	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o,	Matasa virgin oft.,7/0, împletit , negru, 45 cm, (2 ace 3/8, tip Spatula d=0,20±2%mm, L=6,55±2%mm), steril	2 x DLZ 6.4 / 200 μm EP 0,5 USP 7/0 Lungime 1 x 45 cm	CE, DM000052662
<b>Total lot 27</b>						

<b>Lotul 36</b>						
Nylon USP 10/0	MI 1225	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o,	Nailon oftalmic monofil.. 10/0, 0,2mm x30 cm (2 ace 3/8, tip Spatula, d=0,15±2% mm, L=6,19±2% mm), steril	2 x DLZ 6.2 / 150 µm EP 0,2 USP 10/0 Lungime 1 x 30 cm	CE, <b>DM000052661</b>
<b>Total lot 36</b>						
<b>Lotul 45</b>						
Poliester USP 5-0, ac 8 mm	MI 8710	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o,	Sutura chir. oftalm. Poliester (grosime 5-0, impletit, alb, dublu armat, L=45 mm, ac 1/4, spatulat, d=0,35±2%mm, L=8 ,0±2%), steril. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	2 x VLZ 8 / 350 µm EP 1 USP 5/0 Lungime 1 x 45 cm	CE, <b>DM000078194</b>
<b>Total lot 45</b>						
<b>TOTAL</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2038, Chişinău, str.str. Trandafirilor, 15 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23