

Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție: Licitatie deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1645715109876 din 29.03.2022						
Obiectul de achiziție: Reactivi și consumabile pentru LCCM microbiologic						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Fluid K, ambalaj 300ml, steril perforabile	LQ122L-300ml	India	HiMedia	Aspect: Fluid cu nuanță slab gălbuie, fără precipitat și particule vizibile. Aplicații cheie: • Testarea sterilității preparatelor farmaceutice • Ph. Eur. 2.6.1 Ambalaj: flacoane de 300 ml cu capac cu filet și sept. Certificat de conformitate.	Aspect: Fluid cu nuanță slab gălbuie, fără precipitat și particule vizibile. Aplicații cheie: • Testarea sterilității preparatelor farmaceutice • Ph. Eur. 2.6.1 Ambalaj: flacoane de 300 ml cu capac cu filet și sept. Certificat de conformitate. Instrucțiunea se anexează.	Certificat CE; Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Fluid D, ambalaj 300ml, steril perforabile	LQ510L-300ml	India	HiMedia	Aspect: Fluid cu aspect limpede și incolor până la slab gălbui, fără precipitat și particule vizibile. • Testarea sterilității preparatelor farmaceutice	Aspect: Fluid cu aspect limpede și incolor până la slab gălbui, fără precipitat și particule vizibile. • Testarea sterilității preparatelor farmaceutice. Fl.300 ml. Instrucțiunea se anexează.	Certificat CE; Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Supliment de Beta lactamază II sterilă	FD268G	India	HiMedia	Conform Ph. Eur. 2.6.1. Sterilitatea. Cu certificat de calitate pe lot. Cu Cephalosporinase cu activitatea ≥ 50 units, care poate inactiva o gamă largă de antibiotice cum ar fi cefalosporinele din prima, a doua, a treia și a patra generație și Penemele.	Conform Ph. Eur. 2.6.1. Sterilitatea. Cu certificat de calitate pe lot. Cu Cephalosporinase cu activitatea ≥ 50 units, care poate inactiva o gamă largă de antibiotice cum ar fi cefalosporinele din prima, a doua, a treia și a patra generație și Penemele. Instrucțiunea se anexează.	Certificat CE; Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Tioglicolat Fluid mediu, ambalaj 100ml steril	LQ026-100ml	India	HiMedia	Conform Ph Eur.2.6.1, Certificat de conformitate	Conform Ph Eur.2.6.1, Certificat de conformitate. Fl.100ml. Instrucțiunea se anexează.	Certificat CE; Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Tryptic casein soya broth (TSB) ambalaj 100ml steril	LQ027-100ml	India	HiMedia	Conform Ph Eur.2.6.1, Certificat de conformitate	Conform Ph Eur.2.6.1, Certificat de conformitate. Fl.100ml. Instrucțiunea se anexează.	Certificat CE; Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Tryptic Soy Agar (TSA)	MH290	India	HiMedia	Conform Ph Eur.2.6.1, Certificat de conformitate	Conform Ph Eur.2.6.1, Certificat de conformitate. Amb.500 gr. Instrucțiunea se anexează.	Certificat CE; Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Tryptone soya broth (TSB)	MH011	India	HiMedia	Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate	Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate. Amb.500 gr. Instrucțiunea se anexează.	Certificat CE; Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație

Sabouraud Dextrose Agar (SDA)	MH063	India	HiMedia	Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate	Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate. Amb.500 gr. Instrucțiunea se anexează.	Certificat CE; Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Sabouraud Dextrose Agar cu Chlorphenicol	M1067-100G	India	HiMedia	Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate	Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate. Amb.100 gr. Instrucțiunea se anexează.	Certificat CE; Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Sabouraud Dextrose Broth Medium	MH033	India	HiMedia	Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate	Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate. Amb.500 gr. Instrucțiunea se anexează.	Certificat CE; Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
MacConkey Broth	MH083	India	HiMedia	Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate	Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate. Amb.500 gr. Instrucțiunea se anexează.	Certificat CE; Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
MacConkey Agar	MH081	India	HiMedia	Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate	Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate. Amb.500 gr. Instrucțiunea se anexează.	Certificat CE; Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
EE Broth-Mossel	MH287	India	HiMedia	Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate	Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate. Amb.500 gr. Instrucțiunea se anexează.	Certificat CE; Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Violet Red Bile Glucose Agar(VRBG)	MH581	India	HiMedia	Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate	Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate. Amb.500 gr. Instrucțiunea se anexează.	Certificat CE; Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Mannitol Salt Agar (MSA)	MH118	India	HiMedia	Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate	Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate. Amb.500 gr. Instrucțiunea se anexează.	Certificat CE; Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Cetrimide Agar Base(AM)(as per IP)	MH024	India	HiMedia	Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate	Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate. Amb.500 gr. Instrucțiunea se anexează.	Certificat CE; Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Rappaport Vassiliadis Soy Broth (RVS)	MH1491	India	HiMedia	Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate	Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate. Amb.500 gr. Instrucțiunea se anexează.	Certificat CE; Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație

Xylose Lysine Deoxycholate (XLD) Ag	MH031	India	HiMedia	Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate	Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate. Amb.500 gr. Instrucțiunea se anexează.	Certificat CE; Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Reinforced medium pentru Clorstridii	MH443	India	HiMedia	Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate	Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate. Amb.500 gr. Instrucțiunea se anexează.	Certificat CE; Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Iron Sulphite agar	M868	India	HiMedia	Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate	Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate. Amb.500 gr. Instrucțiunea se anexează.	Certificat CE; Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Columbia Agar Base	MH144	India	HiMedia	Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate	Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate. Amb.500 gr. Instrucțiunea se anexează.	Certificat CE; Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație

Kligler Iron Agar	M078-100G	India	HiMedia	Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate	Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate. Amb.100 gr. Instrucțiunea se anexează.	Certificat CE; Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
MRS agar	M6411	India	HiMedia	Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate	Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate. Amb.500 gr. Instrucțiunea se anexează.	Certificat CE; Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Nutrient broth	M002	India	HiMedia	Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate	Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate. Amb.500 gr. Instrucțiunea se anexează.	Certificat CE; Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Nutrient agar	M001	India	HiMedia	Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate	Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate. Amb.500 gr. Instrucțiunea se anexează.	Certificat CE; Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Buffere Sodium Chloride-Peptone Soution pH 7.0	MH1275	India	HiMedia	Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate	Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate. Amb.500 gr. Instrucțiunea se anexează.	Certificat CE; Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Buffer, Reference Standard, pH 4.00 ± 0.01 la 25°C	R064-500ML	India	HiMedia	Bufer standard de referință, pH 4.00 ± 0.01 la 25°C cu volumul de 0,5 L. Cu certificate de calitate de la producător pe lot. Cu termen de valabilitate minim 12 luni.	Bufer standard de referință, pH 4.00 ± 0.02 la 25°C cu volumul de 0,5 L. Cu certificate de calitate de la producător pe lot. Cu termen de valabilitate minim 12 luni. Instrucțiunea se anexează.	Certificat CE; Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Buffer, Reference Standard, pH 7.00±0.02 pH la 25°C.	R063-500ML	India	HiMedia	Bufer standard de referință, pH 7.00 ± 0.02 la 25°C cu volumul de 0,5 L. Cu certificate de calitate de la producător pe lot. Cu termen de valabilitate minim 12 luni.	Bufer standard de referință, pH 7.00 ± 0.02 la 25°C cu volumul de 0,5 L. Cu certificate de calitate de la producător pe lot. Cu termen de valabilitate minim 12 luni. Instrucțiunea se anexează.	Certificat CE; Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Plasma de iepure	52.01	Federația Rusă	Ecolab	Conform Ph Eur. 2.6.13 Certificat de conformitate	Conform Ph Eur. 2.6.13 Certificat de conformitate. (Cutie 10flx5ml).	Certificat CE; Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Antibiotic Assay Medium A	ME004	India	HiMedia	Conform Ph Eur. 2.7.2 Certificat de conformitate	Conform Ph Eur. 2.7.2 Certificat de conformitate. Amb.500 gr. Instrucțiunea se anexează.	Certificat CE; Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Mediul B (Pentru dozare AB)	ME1346	India	HiMedia	Conform Ph.Eur.2.7.2, Certificat de conformitate.	Conform Ph Eur. 2.7.2 Certificat de conformitate. Amb.500 gr. Instrucțiunea se anexează.	Certificat CE; Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație

Antibiotic Assay Medium E	ME1347	India	HiMedia	Conform Ph Eur. 2.7.2 Certificat de conformitate	Conform Ph Eur. 2.7.2 Certificat de conformitate. Amb.500 gr. Instrucțiunea se anexează.	Certificat CE; Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Antibiotic Assay Medium F	ME923	India	HiMedia	Conform Ph Eur. 2.7.2 Certificat de conformitate	Conform Ph Eur. 2.7.2 Certificat de conformitate. Amb.500 gr. Instrucțiunea se anexează.	Certificat CE; Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Antibiotic Agar Nr.1	M003	India	HiMedia	Conform Ph Eur. 2.7.2 Certificat de conformitate	Conform Ph Eur. 2.7.2 Certificat de conformitate. Amb.500 gr. Instrucțiunea se anexează.	Certificat CE; Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Peptone,Bacteriological	RM001	India	HiMedia	Conform Ph Eur.2.6.12, Certificat de conformitate.	Conform Ph Eur.2.6.12, Certificat de conformitate. Amb.500 gr. Instrucțiunea se anexează.	Certificat CE; Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
R ₂ A Medium	M962	India	HiMedia	Lighid vâcos,non-ionic,utilizat in mediile de cultura microbiologice. . Certificat de conformitate,termin de valabilitate min.2 ani	Lighid vâcos,non-ionic,utilizat in mediile de cultura microbiologice. . Certificat de conformitate,termin de valabilitate min.2 ani. Amb.500 gr. Instrucțiunea se anexează.	Certificat CE; Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Nutrient Broth	M002-100G	India	HiMedia	Assay ≥ 99 , cu ceretificat de calitate pe lot,ambalat in sticla sub forma de pudra	Assay ≥ 99 , cu ceretificat de calitate pe lot,ambalat in sticla sub forma de pudra. Amb.100 gr. Instrucțiunea se anexează.	Certificat CE; Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
L-Histidină	TC076-100G	India	HiMedia	Conform Ph Eur. 2.6.1 ;2.6.13; 2.6.12; Certificat de conformitate	Conform Ph Eur. 2.6.1 ;2.6.13; 2.6.12; Certificat de conformitate. Amb.100 gr. Instrucțiunea se anexează.	Certificat CE; Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Glicerol Hi-LR	GRM081-500ML	India	HiMedia	Conform Ph Eur. 2.6.1 ;2.6.13; 2.6.12; Certificat de conformitate	Conform Ph Eur. 2.6.1 ;2.6.13; 2.6.12; Certificat de conformitate. Amb.500 ml. Instrucțiunea se anexează.	Certificat CE; Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
LAL reactiv, 1,2 ml/flacon cu sensibilitatea de 0,03 UI/ml	R12003	SUA	Charles River Laboratories	P/u BET test Ph.Eur. 2.6.14, cu sensibilitatea λ=0,03 UI/ml. Cu certificat de calitate pe lot	P/u BET test Ph.Eur. 2.6.14, cu sensibilitatea λ=0,03 UI/ml. Cu certificat de calitate pe lot . Catalogul de la producător se anexează.	Certificat ISO 9001:2015
LAL reactiv, 5,2 ml/flacon cu sensibilitatea de 0,03 UI/ml	R15003	SUA	Charles River Laboratories	P/u BET test Ph.Eur. 2.6.14, cu sensibilitatea λ=0,03 UI/ml. Ambalate câte 12 flc Cu certificat de calitate pe lot	P/u BET test Ph.Eur. 2.6.14, cu sensibilitatea λ=0,03 UI/ml. Ambalate câte 12 flc Cu certificat de calitate pe lot. Catalogul de la producător se anexează.	Certificat ISO 9001:2015

Standard endotoxine CSE 5 ml	E120	SUA	Charles River Laboratories	P/u BET test Ph.Eur. 2.6.14, liofilizat, flacon de 5 ml, cu termen de valabilitate min. 18 luni, Cu certificat de calitate pe lot	P/u BET test Ph.Eur. 2.6.14, liofilizat, flacon de 5 ml, cu termen de valabilitate min. 18 luni, Cu certificat de calitate pe lot. Catalogul de la producător se anexează.	Certificat ISO 9001:2015
Apa LAL apirogena	W120	SUA	Charles River Laboratories	Conform Ph.Eur. 2.6.14, 50 ml/f.l cite 12 flacoane in cutie. Cu certificat de calitate pe lot	Conform Ph.Eur. 2.6.14, 50 ml/f.l cite 12 flacoane in cutie. Cu certificat de calitate pe lot. Catalogul de la producător se anexează.	Certificat ISO 9001:2015
Apa LAL apirogena	W110	SUA	Charles River Laboratories	Conform Ph.Eur. 2.6.14, 100 ml/f.l câte 12 flacoane in cutie. Cu certificat de calitate pe lot	Conform Ph.Eur. 2.6.14, 100 ml/f.l câte 12 flacoane in cutie. Cu certificat de calitate pe lot. Catalogul de la producător se anexează.	Certificat ISO 9001:2015
Staphylococcus aureus ATCC 6538	MM46-10	Marea Britanie	TCS Biosciences	Bucată=anse/disk/KWIK-STIK Ambalaj=cutie/flacon /pachet cu minim 2 buc - maxim 10 buc. Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate Termen de valabilitate min 1an ,se acceptată livrarea a 5buc. I semestru și 5 buc al II-lea semestru..	Bucată= Flacon x 10 discuri. Ambalaj = flacon 10 buc. Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate Termen de valabilitate min 1an ,se acceptată livrarea a 10 buc. I semestru și al II-lea semestru. Instrucțiunea și Catalogul se anexează.	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Staphylococcus epidermidis ATCC 12228	MM15-10	Marea Britanie	TCS Biosciences	Bucată=anse/disk/KWIK-STIK Ambalaj=cutie/flacon /pachet cu minim 2 buc - maxim 10 buc. Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate. Termen de valabilitate min 1an ,se acceptată livrarea a 5buc. I semestru și 5 buc al II-lea semestru.	Bucată= Flacon x 10 discuri. Ambalaj = flacon 10 buc. Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate Termen de valabilitate min 1an ,se acceptată livrarea a 10 buc. I semestru și al II-lea semestru. Instrucțiunea și Catalogul se anexează.	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027	MM40-10	Marea Britanie	TCS Biosciences	Bucată=anse/disk/KWIK-STIK Ambalaj=cutie/flacon /pachet cu minim 2 buc - maxim 10 buc. Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate. Termen de valabilitate min 1an ,se acceptată livrarea a 5buc. I semestru și 5 buc al II-lea semestru. Termen de valabilitate min 1an ,se acceptată livrarea a 5buc. I semestru și 5 buc al II-lea semestru.	Bucată= Flacon x 10 discuri. Ambalaj = flacon 10 buc. Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate Termen de valabilitate min 1an ,se acceptată livrarea a 10 buc. I semestru și al II-lea semestru. Instrucțiunea și Catalogul se anexează.	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Bacillus subtilis ATCC 6633	MM29-10	Marea Britanie	TCS Biosciences	Bucată=anse/disk/KWIK-STIK Ambalaj=cutie/flacon /pachet cu minim 2 buc - maxim 10 buc. Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate Termen de valabilitate min 1an ,se acceptată livrarea a 5buc. I semestru și 5 buc al II-lea semestru.	Bucată= Flacon x 10 discuri. Ambalaj = flacon 10 buc. Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate Termen de valabilitate min 1an ,se acceptată livrarea a 10 buc. I semestru și al II-lea semestru. Instrucțiunea și Catalogul se anexează.	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Bacillus cereus ATCC 11778	MM21-10	Marea Britanie	TCS Biosciences	Bucată=anse/disk/KWIK-STIK Ambalaj=cutie/flacon /pachet cu minim 2 buc - maxim 10 buc. Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate. Termen de valabilitate min 1an ,se acceptată livrarea a 5buc. I semestru și 5 buc al II-lea semestru.	Bucată= Flacon x 10 discuri. Ambalaj = flacon 10 buc. Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate Termen de valabilitate min 1an ,se acceptată livrarea a 10 buc. I semestru și al II-lea semestru. Instrucțiunea și Catalogul se anexează.	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație

Salmonella enterica serovar typhimurium ATCC 14028	MM11-10	Marea Britanie	TCS Biosciences	Bucată=anse/disk/KWIK-STIK Ambalaj=cutie/flacon /pachet cu minim 2 buc - maxim 10 buc. Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate Termen de valabilitate min 1an ,se acceptată livrarea a 5buc. I semestru și 5 buc al II-lea semestru..	Bucată= Flacon x 10 discuri. Ambalaj = flacon 10 buc. Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate Termen de valabilitate min 1an ,se acceptată livrarea a 10 buc. I semestru și al II-lea semestru. Instrucțiunea și Catalogul se anexează.	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
E.Coli ATCC 8739	MM38-10	Marea Britanie	TCS Biosciences	Bucată=anse/disk/KWIK-STIK Ambalaj=cutie/flacon /pachet cu minim 2 buc - maxim 10 buc. Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate. Termen de valabilitate min 1an ,se acceptată livrarea a 5buc. I semestru și 5 buc al II-lea semestru.	Bucată= Flacon x 10 discuri. Ambalaj = flacon 10 buc. Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate Termen de valabilitate min 1an ,se acceptată livrarea a 10 buc. I semestru și al II-lea semestru. Instrucțiunea și Catalogul se anexează.	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
C.albicans ATCC 10231	MM42-10	Marea Britanie	TCS Biosciences	Bucată=anse/disk/KWIK-STIK Ambalaj=cutie/flacon /pachet cu minim 2 buc - maxim 10 buc. Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate. Termen de valabilitate min 1an ,se acceptată livrarea a 5buc. I semestru și 5 buc al II-lea semestru.	Bucată= Flacon x 10 discuri. Ambalaj = flacon 10 buc. Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate Termen de valabilitate min 1an ,se acceptată livrarea a 10 buc. I semestru și al II-lea semestru. Instrucțiunea și Catalogul se anexează.	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Sacharomyces cerevisiae ATCC 9763	MM50-10	Marea Britanie	TCS Biosciences	Bucată=anse/disk/KWIK-STIK Ambalaj=cutie/flacon /pachet cu minim 2 buc - maxim 10 buc. Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate. Termen de valabilitate min 1an ,se acceptată livrarea a 5buc. I semestru și 5 buc al II-lea semestru.	Bucată= Flacon x 10 discuri. Ambalaj = flacon 10 buc. Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate Termen de valabilitate min 1an ,se acceptată livrarea a 10 buc. I semestru și al II-lea semestru. Instrucțiunea și Catalogul se anexează.	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Aspergillus brasiliensis ATCC 16404	MM94-10	Marea Britanie	TCS Biosciences	Bucată=anse/disk/KWIK-STIK Ambalaj=cutie/flacon /pachet cu minim 2 buc - maxim 10 buc. Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate	Bucată= Flacon x 10 discuri. Ambalaj = flacon 10 buc. Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate Termen de valabilitate min 1an ,se acceptată livrarea a 10 buc. I semestru și al II-lea semestru. Instrucțiunea și Catalogul se anexează.	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Clostridium sporogenes ATCC 19404	MM31-10	Marea Britanie	TCS Biosciences	Bucată=anse/disk/KWIK-STIK Ambalaj=cutie/flacon /pachet cu minim 2 buc - maxim 10 buc. Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate	Bucată= Flacon x 10 discuri. Ambalaj = flacon 10 buc. Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate Termen de valabilitate min 1an ,se acceptată livrarea a 10 buc. I semestru și al II-lea semestru. Instrucțiunea și Catalogul se anexează.	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Cutii Petri din plastic de unică folosință,sterile cu diametru 90 mm.h=15 mm	318246	Italia	Syntesys	Cu diametru 90 mm.h=15 mm, sterile, cu termen de valabilitate minim 2 ani. Certificat de calitate.	Cu diametru 90 mm.h=15 mm, sterile, cu termen de valabilitate minim 2 ani. Certificat de calitate. Catalogul de la producător se anexează.	Certificat CE; Certificat ISO; Autorizație
Psipete (pipete Pasteur) 3ml	384338	Italia	Syntesys	De 3ml,sterile,de unica folosnta,ambalate individual. Certificat de conformitate	De 3ml,sterile,de unica folosnta,ambalate individual. Certificat de conformitate. Catalogul de la producător se anexează.	Certificat CE; Certificat ISO; Autorizație

Anse plastic de unică folosință sterile, 1 mkl	318285	Italia	Syntesys	Conform Ph.Eur., Certificat de conformitate	Conform Ph.Eur., Certificat de conformitate. Catalogul de la producător se anexează.	Certificat CE; Certificat ISO; Autorizație
Anse plastic de unică folosință sterile, 10 mkl	318287	Italia	Syntesys	Conform Ph.Eur., Certificat de conformitate	Conform Ph.Eur., Certificat de conformitate. Catalogul de la producător se anexează.	Certificat CE; Certificat ISO; Autorizație
Anse în formă de „L” din polistiren	318286	Italia	Syntesys	Conform Ph.Eur., Certificat de conformitate	Conform Ph.Eur., Certificat de conformitate. Catalogul de la producător se anexează.	Certificat CE; Certificat ISO; Autorizație
Psipete (pipete Pasteur) 3ml	318432	Italia	Syntesys	Conform Ph.Eur., Certificat de conformitate	Conform Ph.Eur., Certificat de conformitate. Catalogul de la producător se anexează.	Certificat CE; Certificat ISO; Autorizație
Pipete de unică folosință serologice 1ml	323205	Italia	Syntesys	Pipete de unică folosință serologic sterile ambulate individual .Conform Ph.Eur., Certificat de conformitate	Conform Ph.Eur., Certificat de conformitate. Catalogul de la producător se anexează.	Certificat CE; Certificat ISO; Autorizație
Pipete de unică folosință serologice 5 ml	323245	Italia	Syntesys	Pipete de unică folosință serologic sterile ambulate individual .Conform Ph.Eur., Certificat de conformitate	Conform Ph.Eur., Certificat de conformitate. Catalogul de la producător se anexează.	Certificat CE; Certificat ISO; Autorizație
Pipete de unică folosință serologice 10 ml	323265	Italia	Syntesys	Pipete de unică folosință serologic sterile ambulate individual .Conform Ph.Eur., Certificat de conformitate	Conform Ph.Eur., Certificat de conformitate. Catalogul de la producător se anexează.	Certificat CE; Certificat ISO; Autorizație
Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aburi 1320C 20 min	Marker	Federația Rusă	Marker	Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aburi. Care arată schimbarea culorii la atingerea nivelului de presiune și temperatură. Conform ISO 11140-1:2014. Clasa a 4-a. Termen minim de valabilitate 2 ani. Cu certificat de conformitate.	Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aburi. Care arată schimbarea culorii la atingerea nivelului de presiune și temperatură. Conform ISO 11140-1:2014. Clasa a 4-a. Termen minim de valabilitate 2 ani. Cu certificat de conformitate.	Certificat de înregistrare în țara de origine; Certificat de calitate
Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aburi 121°C 20 min, interni	Marker	Federația Rusă	Marker	Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aburi interni. Care arată schimbarea culorii la atingerea nivelului de presiune și temperatură. Conform ISO 11140-1:2014. Clasa a 4-a. Termen minim de valabilitate 2 ani. Cu certificat de conformitate.	Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aburi interni. Care arată schimbarea culorii la atingerea nivelului de presiune și temperatură. Conform ISO 11140-1:2014. Clasa a 4-a. Termen minim de valabilitate 2 ani. Cu certificat de conformitate.	Certificat de înregistrare în țara de origine; Certificat de calitate
Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aburi 121°C 15 min	Marker	Federația Rusă	Marker	Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aburi. Care arată schimbarea culorii la atingerea nivelului de presiune și temperatură. Conform ISO 11140-1:2014. Clasa a 4-a. Termen minim de valabilitate 2 ani. Cu certificat de conformitate.	Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aburi. Care arată schimbarea culorii la atingerea nivelului de presiune și temperatură. Conform ISO 11140-1:2014. Clasa a 4-a. Termen minim de valabilitate 2 ani. Cu certificat de conformitate.	Certificat de înregistrare în țara de origine; Certificat de calitate
Set colorare după Gram	K001	India	HiMedia	Setul trebuie sa includa urmatoorii coloranți: 1.Gram crystal violet 1% , 2.Gram safranin solutie, 3. Gram Lugol solution stasilized, 4.Gram Decolourizer Cu termen minim de valabilitate 24 luni. Cu certificat de calitate	Setul trebuie sa includa urmatoorii coloranți: 1.Gram crystal violet 1% , 2.Gram safranin solutie, 3. Gram Lugol solution stasilized, 4.Gram Decolourizer Cu termen minim de valabilitate 24 luni. Cu certificat de calitate. Instrucțiunea se anexează.	Certificat CE; Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație

Spatula din inox	LA006	India	HiMedia	Spatulă cu lingură din inox, material inoxidabil rezistent la substanțe chimice și la coroziune, lung. 200mm. Lingura curbată la un capăt și spatulă plată la celălalt capăt. Cu certificat de calitate.	Spatulă cu lingură din inox, material inoxidabil rezistent la substanțe chimice și la coroziune, lung. 200mm. Lingura curbată la un capăt și spatulă plată la celălalt capăt. Cu certificat de calitate. Specificațiile Tehnice de la producător se anexează.	Certificat CE; Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
------------------	-------	-------	---------	--	---	---

Semnat: _____ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A.Corobceanu 7A, ap.9