

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE

|                                                                                                                                                                                        |                                       |                                                   |                 |                      |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numărul procedurii de achiziție : <b>ocds-b3wdp1-MD-1698849570746</b> / 21113155 <b>din 13.12.2023</b>                                                                                 |                                       |                                                   |                 |                      |                                                                           | Licitație deschisă                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Alternativa nr.:                                                                                                                             |
| Obiectul achiziției: <i>Achiziționarea centralizată a Reagenților pentru Laboratorul Biochimie conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2024</i> |                                       |                                                   |                 |                      |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Pagina: 1                                                                                                                                    |
| Lot nr.                                                                                                                                                                                | Denumirea poziției                    | Modelul articolului                               | Țara de origine | Producătorul         | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Standarde de referință                                                                                                                       |
| 1                                                                                                                                                                                      | 3                                     |                                                   | 4               | 5                    | 6                                                                         | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 8                                                                                                                                            |
| 98                                                                                                                                                                                     | Strip-test la troponina I în ser test | <b>Troponin</b> Test rapid, Model: <b>CTI-402</b> | China           | Zhejiang Biotech Co. | Sensibilitatea 0,5ng/ml(98,5%),specificitatea 98,4%,precizitatea 98,5%    | Strip-test la Triponin I Caseta. Metoda imunocromatografica. Posibilitatea de testare din serul umam, plasma sau sange integral venos. Metoda imunocromatografică calitativă. <b>Sensibilitatea: 0,5ng/ml (98.3%), pecificitatea 98,8%, precizitatea 98,7%.</b> Ambalat - 1 test . Instrucțiune de utilizare. |  | CE ECREP202306<br><b>14.1 din 14.06.2023; ISO 13485:2016;</b> Notificare pentru inregistrare in Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale |

Semnat:\_\_\_\_\_      Nume: Varman Irina      În calitate de: Director

Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL    Adresa: mun. Chisinău, str. Docuceaev, 6