

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1589445662209	Data: „5” iunie 2020	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	CONSUMABILE MEDICALE	Lot: 5, 49,75,98,99,100,101,105,106	Pagina: din

Cod CPV	Nr. lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
33140000-3	5	Periuța recoltare endocervicală peril PP	Citoperiuta (MEDLINE)	China	CHANGZHOU SHANGMA MEDICAL DEVICES CO. LTD	sterile, ambalate individual	sterile, ambalate individual	CE, ISO
33140000-3	49	Cearsafuri medicale ~ 200*150 cm	Cearsaf medical din material netesut, albastru, nesteril 200x150cm	China	Leboo Healthcare Products Ltd	1.Material: nețesut, SMS, 29/35 g/m.p. 2.Dimensiune: ~ 200*150 cm Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)	1.Material: nețesut, SMS, 29/35 g/m.p. 2.Dimensiune: ~ 200*150 cm	CE, ISO
33140000-3	75	Polipropilen 0 cu ac rotund 40 mm	Polypropylene USP 0, 75cm, 1/2 40mm	China	Shanxian Haidike Biotechnology CO., LTD		Polypropylene USP 0, 75cm, 1/2 40mm, în cutie 12 buc.	CE, ISO
33140000-3	98	Teste de control a sterilizării în autoclav la 132°C 22 min. Externe	40.110 Steam indicator (Type 4) adhesive 250pcs/Pack (132' 22 min.)	Turcia	MEDSTER TIBBİ CİHAZ VE SAĞLIK HİZMETLERİ LTD.STİ	cu marcaj de 2 culori,o culoare fiind de control	40.110 Steam indicator (Type 4) adhesive 250pcs/Pack (132' 22 min.)	CE, ISO
33140000-3	99	Teste de control a sterilizării în autoclav la 132°C 22 min. (Interne)	40.110 Steam indicator (Type 4) adhesive 250pcs/Pack (132' 22 min.)	Turcia	MEDSTER TIBBİ CİHAZ VE SAĞLIK HİZMETLERİ LTD.STİ	cu marcaj de 2 culori,o culoare fiind de control	40.110 Steam indicator (Type 4) adhesive 250pcs/Pack (132' 22 min.)	CE, ISO
33140000-3	100	Teste de control a sterilizării în autoclav la 134°C 4 min. (Interne)	60.103 (Type 6) Steam indicator 250pcs/Pack (134' 4 min.)	Turcia	MEDSTER TIBBİ CİHAZ VE SAĞLIK HİZMETLERİ LTD.STİ	cu marcaj de 2 culori,o culoare fiind de control	60.103 (Type 6) Steam indicator 250pcs/Pack (134' 4 min.)	CE, ISO
33140000-3	101	Teste de control a sterilizării în autoclav la 134°C 5 min. (Interne)	60.105 (Type 6) Steam indicator 250pcs/Pack (134' 5 min.)	Turcia	MEDSTER TIBBİ CİHAZ VE SAĞLIK HİZMETLERİ LTD.STİ	cu marcaj de 2 culori,o culoare fiind de control	60.105 (Type 6) Steam indicator 250pcs/Pack (134' 5 min.)	CE, ISO
33140000-3	105	Muşama medicală	Musama cauciuc tip A (ambalaj individual) 1m x 0.8m	Ucraina	Kievguma SRL	(lățimea 80-90 cm) pe bază de cauciuc cu căptușală -țesătură)	lățimea 80 cm pe bază de cauciuc cu căptușală -țesătură	CE, ISO
33140000-3	106	Materie nețesută	Spunbond 20 GSM 0.9 m 200m Blue	China	Leboo Healthcare Products Ltd	(densitatea 19-25 g/metru pătrat, lățimea nu mai mică 90 cm, în rulou până la 200 m)	densitatea 20 g/metru pătrat, lățimea 90 cm, în rulou 200 m	CE, ISO
TOTAL								

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Guțan Ghenadie** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **ICS “Farmina” SRL** Adresa: **mun. Chişinău, str. Ciocana 8/1**