

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1729868625273 din 8 nov 2024, 16:47 - 30 nov 2024, 16:47

Obiectul achiziției: Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”

Cod CPV	Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
331 000 00-1	2	Fotocoagulator oftalmic microchirurgical (tip SLT)	Digital Duet	SUA	LUMENIS	"Descriere: Dispozitivul este destinat microchirurgiei oftalmice, având capacitatea de a acționa terapeutic asupra retinei, de a trata iridotomiile, glaucomul, și alte afecțiuni oftalmologice ale pacienților operați. Aparatul include modulul SLT (Selective Laser Trabeculoplasty), utilizat în tratamentul glaucomului prin reducerea presiunii intraoculare. În setul cu dispozitivul sunt atașate sau încorporate un ecran de control pentru parametrii și setările necesare, o masă mobilă cu roți și mecanism electric pentru reglarea înălțimii, precum și o husă de protecție. Parametrul Specificația: Display Min. 1 Ecran încorporat care afișează numărul de fotografii și indicator de energie LED sau LCD; Modulul de fotocoagulare; Laser: Tipul Fotocoagulare(tip SLT) sau/si frecvența dubla(nd: YAG); Unda min. 530 nm (verde sau galbena sau rosie(optional)); Puterea (Energia) continuu, 0.5 - 4 mJ ≤ (în Single Pulse), cu 0,1 mJ pași și/sau incrementarea să aibă loc în 10 pași total; Durata impulsului ≤ 10 ms; Fascicolul: Diodă roșie; ≤ 670 nm; ≤ 2 mW, variabilă; Mărimea fascicolului ≥ 50 μm; Filtrul de protecție laser încorporat; Moduri de acțiune 1, 2 sau 3 impulsuri; Tipul de răcire cu aer, internă; Transmiterea undei de laser prin modulul lampei cu fantă; Modul Single Spot integrat sau separat; Modul MultiSpot integrat sau separat -optional si cu posibilitatea de upgrade in caz separat; Tehnologia SLT(Trabeculoplastie Selectiva). Modulul lampei cu fantă. Sistemul de iluminare: Lățimea fantei,mm 1-10 minimum, ajustabilă; Lungimea fantei, mm 1-10 minimum, ajustabilă; Rotirea, grade 0-90; Filtre Minim: albastru, verde, absorbție de căldură. Microscopul: Tipul Binocular; Mărirea oculară 10x - 12.5x; Mărire microscop, reglabil; 5/6-6,3x, 8/9-10x, 12/16x, 20/25-28x, 32/40-42x; Filtre integrate; Gama de reglare a dioptriei, dioptrii (D) de la -5 la +5 minim; Iluminarea din inferior, Sursa halogen, LED, Xenon; Joystick. Alimentarea, 220 V, 50 Hz. Accesorii:	Conform Anexei nr. 1 la Specificații Tehnice, conform broșurii anexate	Dosar de notificare acceptat depus la AMDM (anexat)

					Setul standard pentru lucru conform specificatiei solicitate(in care se include toate accesoriile necesare, la fiecare din module/tehnologii oferite)- 1 set. Adaptor de conexiune dintre microscop si fotocoagulator- 1 buc.in cazul in care este separat; Husa de protecție antipraf- 1 buc. Masa cu roți și cu mecanism electric de ridicare pe vertical; pentru amplasarea centrală a lampei cu fante și a modului de fotocoagulare- 1 buc. cu specificarea modelului a mesei de la producător; Ochelari de protecție de la laser- 2 buc; Pedală- 1 buc; Lampă de rezervă / LED- 2 buc. Altele: Garanție ≥ 36 luni, Posibilitatea de asigurarea din partea producătorului cu piese, consumabile, altor accesorii și a reparațiilor timp de min. 10 ani de exploatare a echipamentului; Instalarea și testarea la locul necesar; Transportarea și livrarea la locul necesar; Deservire în perioada de garanție și postgaranție; Soft Inclus cu parole de acces; Ghid rapid: Min. 1 buc, ghid rapid al utilizatorului în limba de stat (Română), sau în una din limbile de circulație internațională (rusă/engleză), laminată și atașată de dispozitiv; Manuale de utilizare: În limba de stat (Română), în cazul în care nu este prezent să fie prezentat manualul în limba de stat cu ștampila biroului de traducere; Manual de service: În limba de stat (Română) sau în una din limbile de circulație internațională (rusă sau engleză) conform Legii nr. 102 din 09.06.2017, cap. 4, art. 14, al. (3) și art. 15, al. (6); Training pentru utilizatori: Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică; Training pentru personal tehnic: Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces user si service."	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC ”DataControl” SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**