

Specificații tehnice (F 4.1)

Numărul procedurii de achiziție	MTenderID ocde-b3wdp1-MD-1770505533744
Obiectul achiziției:	“Servicii de mentenanță a dispozitivelor medicale și radiologice pentru anul bugetar 2026”

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri						
X-ray staționar model PRS 500B LOT 3	PRS 500B	Germania	PROTEC X-ray Systems GmbH (ex PROTEC GmbH & Co.KG))	Cerințe generale Lucrarile de deservire vor include mentenanța preventivă, corectivă, diagnostică în caz de defecțiuni. Da Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui Da Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documentele ulterioare specifice lucrării Da Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii Da La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, șef secție, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport, în care se va indica parametrii testați și concluzia specialistului cu privire la starea dispozitivului. Actul de predare-primire a serviciilor va fi întocmit astfel ca să fie indicat clar: Producătorul dispozitivului, modelul dispozitivului, numărul de serie a dispozitivului radiologic. Da Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua conform cerințelor autorității contractante cu întocmirea unui grafic de deservire preventiv, sau la cerința beneficiarului, Da Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua și pentru toate dispozitivele conexe și accesoriile	Cerințe generale Lucrarile de deservire vor include mentenanța preventivă, corectivă, diagnostică în caz de defecțiuni. Da Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui Da Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documentele ulterioare specifice lucrării Da Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii Da La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, șef secție, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport, în care se va indica parametrii testați și concluzia specialistului cu privire la starea dispozitivului. Actul de predare-primire a serviciilor va fi întocmit astfel ca să fie indicat clar: Producătorul dispozitivului, modelul dispozitivului, numărul de serie a dispozitivului radiologic. Da Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua conform cerințelor autorității contractante cu întocmirea unui grafic de deservire preventiv, sau la cerința beneficiarului, Da	Autorizație ANRR

				atribuite dispozitivelor radiologice (stație de lucru, stație de arhivare, printere etc.) Da	Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua și pentru toate dispozitivele conexe și accesoriile atribuite dispozitivelor radiologice (stație de lucru, stație de arhivare, printere etc.) Da	
Ecografe (USG) model Nemio XG SSA-580A LOT 4	Nemio	Japonia	Canon Medical Systems Coporation	Cerințe generale Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui Da Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documntele ulterioare specifice lucrării Da Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii Da La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, șef secție, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. Da Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua conform contractului cu întocmirea unui grafic de deservire preventiv, sau la cerința beneficiarului, Da Lucrările vor include: mentenanță preventivă, mentenanță corectivă, diagnostic Lucrăr de menteanță preventiă: Curățirea de praf a componentelor electronice și electrice, a trackbalului Da Înlocuirea pastei termice a procesorului Da Update al softului de bază Da Ajustarea preseturilor și elaborarea altor noi la solicitare Da Efectuarea backup a bazei de date și defragmentarea hardului Da	Cerințe generale Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui Da Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documntele ulterioare specifice lucrării Da Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii Da La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, șef secție, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. Da Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua conform contractului cu întocmirea unui grafic de deservire preventiv, sau la cerința beneficiarului, Da Lucrările vor include: mentenanță preventivă, mentenanță corectivă, diagnostic Lucrăr de menteanță preventiă: Curățirea de praf a componentelor electronice și electrice, a trackbalului Da Înlocuirea pastei termice a procesorului Da Update al softului de bază Da Ajustarea preseturilor și elaborarea altor noi la solicitare Da Efectuarea backup a bazei de date și defragmentarea hardului Da	CE/ISO
Ecografe (USG) model Aplio 300 LOT 5	Aplio 300	Japonia	Canon Medical Systems Coporation	Cerințe generale Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui Da Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documntele ulterioare specifice lucrării Da Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii Da	Cerințe generale Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui Da Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documntele ulterioare specifice lucrării Da Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii Da	CE/ISO

			La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, șef secție, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. Da Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua conform contractului cu întocmirea unui grafic de deservire preventiv, sau la cerința beneficiarului, Da Lucrările vor include: mentenanță preventivă, mentenanță corectivă, diagnostic Lucrări de mentenanță preventivă: Curățirea de praf a componentelor electronice și electrice, a trackbalului Da Înlocuirea pastei termice a procesorului Da Update al softului de bază Da Ajustarea preseturilor și elaborarea altor noi la solicitare Da Efectuarea backup a bazei de date și defragmentarea hardului Da	La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, șef secție, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. Da Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua conform contractului cu întocmirea unui grafic de deservire preventiv, sau la cerința beneficiarului, Da Lucrările vor include: mentenanță preventivă, mentenanță corectivă, diagnostic Lucrări de mentenanță preventivă: Curățirea de praf a componentelor electronice și electrice, a trackbalului Da Înlocuirea pastei termice a procesorului Da Update al softului de bază Da Ajustarea preseturilor și elaborarea altor noi la solicitare Da Efectuarea backup a bazei de date și defragmentarea hardului Da	
--	--	--	--	--	--

Semnat: _____

Nume: Andrei MATEI

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Medexcom-Teh SRL

Adresa: Chișinău, str. Cuza Vodă 44 (of. 111)