

Destinatar:
Tel./Fax:
Nr. şi data procedurii:

Agencia de Mediu
Teacă Cătălina Telefonul de contact +37322820776E-mail c_teaca@mediu.gov.md
ocds-b3wdp1-MD-1752149249387 din 25.07.2025

Anexa nr. 22 - Specificaţii tehnice

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor	Modelul articolului	Ţara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referinţă
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Lotul 2	33100000-1	Conductivimetru	HI98192	Romania	Hanna Service	Calibrare practică într-un singur punct. Datele de calibrare sunt stocate în memorie şi sunt disponibile imediat la pornire. Coeficientul TDS, temperatura de referinţă şi coeficientul de temperatură sunt ajustabile. Acceptă celule de conductivitate cu 4 fire şi constantă de celulă k = 0,475, precum şi celule cu 2 fire şi constantă de celulă K = 0,1, pentru flexibilitate şi precizie îmbunătăţite. Indicator de baterie descărcată. Carcasă impermeabilă, clasă de protecţie IP54. Alimentare: 6 baterii AAA de 1,5 V sau adaptor AC. Conductivity K = 0,475: Range 0,0 to 475µS/cm, Resolution 0,1µS/cm, Accuracy ±1% of reading +2µS/cm; Range 475 to 4750µS/cm, Resolution 1µS/cm, Accuracy ±1% of reading +5µS/cm; Range 4,75 to 47,50mS/cm, Resolution 0,01mS/cm, Accuracy ±1% of reading +0,05mS/cm; Range 47,5 to 200,0mS/cm, Resolution 0,1mS/cm, Accuracy ±2,5% of reading +0,5mS/cm. Conductivity K = 0,1: Range 0,00 to 99,99µS/cm, Resolution 0,01µS/cm, Accuracy ±1% of reading; Range 100 to 200µS/cm, Resolution 0,1µS/cm, Accuracy 0,1µS/cm. Temperatura: Range -10,0 to 90,0 °C, Resolution 0,1 °C, Accuracy ±0,2 % or ±4%. Sondă de temperatură cu termistor de 10K ohmi la 25°C. Manual de utilizare de la producător. Training de baza de operare a echipamentului. Certificări: Echipamentul trebuie să fie marcat CE, în conformitate cu directivele europene aplicabile (siguranţă electrică etc.). Certificat de etalonare emis de producător sau laborator acreditat conform ISO/IEC 17025. Trasabilitate la standarde naţionale şi internaţionale. Garanţie: Certificat de garanţie: minimum 12 luni de la data livrării. Instruire personal: Furnizorul va asigura instruirea personalului de operare timp de minimum 1 zi lucrătoare, la sediul laboratorului beneficiarului, pentru minimum 3 persoane. Instruirea va fi realizată de către personal autorizat şi calificat, cu experienţă relevantă în utilizarea echipamentului şi a metodelor de lucru specifice. Echipamentul livrat trebuie să fie nou, în ambalaj original şi intact, fără urme de utilizare, deteriorări mecanice, zgîrîturii, lovituri sau alte semne vizibile ce compromise integritatea acestuia.	Calibrare practică într-un singur punct. Datele de calibrare sunt stocate în memorie şi sunt disponibile imediat la pornire. Coeficientul TDS, temperatura de referinţă şi coeficientul de temperatură sunt ajustabile. Acceptă celule de conductivitate cu 4 fire şi constantă de celulă k = 0,475, precum şi celule cu 2 fire şi constantă de celulă K = 0,1, pentru flexibilitate şi precizie îmbunătăţite. Indicator de baterie descărcată. Carcasă impermeabilă, clasă de protecţie IP54. Alimentare: 6 baterii AAA de 1,5 V sau adaptor AC. Conductivity K = 0,475: Range 0,0 to 475µS/cm, Resolution 0,1µS/cm, Accuracy ±1% of reading +2µS/cm; Range 475 to 4750µS/cm, Resolution 1µS/cm, Accuracy ±1% of reading +5µS/cm; Range 4,75 to 47,50mS/cm, Resolution 0,01mS/cm, Accuracy ±1% of reading +0,05mS/cm; Range 47,5 to 200,0mS/cm, Resolution 0,1mS/cm, Accuracy ±2,5% of reading +0,5mS/cm. Conductivity K = 0,1: Range 0,00 to 99,99µS/cm, Resolution 0,01µS/cm, Accuracy ±1% of reading; Range 100 to 200µS/cm, Resolution 0,1µS/cm, Accuracy 0,1µS/cm. Temperatura: Range -10,0 to 90,0 °C, Resolution 0,1 °C, Accuracy ±0,2 % or ±4%. Sondă de temperatură cu termistor de 10K ohmi la 25°C. Manual de utilizare de la producător. Training de baza de operare a echipamentului. Certificări: Echipamentul trebuie să fie marcat CE, în conformitate cu directivele europene aplicabile (siguranţă electrică etc.). Certificat de etalonare emis de producător sau laborator acreditat conform ISO/IEC 17025. Trasabilitate la standarde naţionale şi internaţionale. Garanţie: Certificat de garanţie: minimum 12 luni de la data livrării. Instruire personal: Furnizorul va asigura instruirea personalului de operare timp de minimum 1 zi lucrătoare, la sediul laboratorului beneficiarului, pentru minimum 3 persoane. Instruirea va fi realizată de către personal autorizat şi calificat, cu experienţă relevantă în utilizarea echipamentului şi a metodelor de lucru specifice. Echipamentul livrat trebuie să fie nou, în ambalaj original şi intact, fără urme de utilizare, deteriorări mecanice, zgîrîturii, lovituri sau alte semne vizibile ce compromise integritatea acestuia.	ISO, CE Marca

Anexa nr. 23 - Specificaţii de preţ

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor	Unit de măsură (U/M)	Cantitatea, U/M	Preţ unitar (fără TVA)	Preţ unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lotul 2	33100000-1	Conductivimetru	buc	1	18.600,0000	22.320,0000	18.600,00	22.320,00	în termen de 45 de zile, după înregistrarea contractului
Total, lei (Suma fără TVA, Suma cu TVA)							18.600,00	22.320,00	

- Preţurile sunt indicate pentru cantităţile solicitate.
- Oferta este valabilă în decurs de 60 zile din data prezentării.
- Preţurile includ toate taxele şi impozitele determinate de legislaţia în vigoare.
- Condiţii de livrare DDP INCOTERMS 2013.
- Termenii de livrare - conform graficului, care va fi stabilit la momentul încheierii Contractului.
- Termenii de valabilitate sunt stabilite de producător, restanţa lor fiind nu mai puţin de 80 %.
- CertIFICATELE de calitate ale produselor chimice de la Producător vor fi prezentate la data livrării mărfii.
- Produsele chimice precursori vor putea fi predate doar cu deţinerea de către Beneficiar a Autorizaţiei speciale a MS pentru acestea.
- Conform HG Nr. 1088 din 05.10.2004 la data livrării bunurilor Beneficiarul trebuie să prezinte Autorizaţie pentru activitate cu precursori.

În aşteptarea deciziei Dumneavoastră,
Cu respect,
directorul SRL "ECOCHEMIE"
Nicolae Iurcu