

MEDİKAL OLUŞUM SANAYİ ve TİC. LTD. ŞTİ.

**TECHNICAL DATA SHEET
SPECIMEN CONTAINER 3000 ML**

*/ NUMUNE KABI 3000 ML
TEKNİK DOSYA*

TECHNICAL DATA SHEET SPECIMEN CONTAINER 3000 ML

SECTION / BÖLÜM	CONTENTS / İÇERİKLER		
SECTION NO / BÖLÜM NO	1		
YAYIN TARİHİ	REV. NO	REV. TARİHİ	SAYFA NO
24/05/2023	01	16/04/2024	1 / 1

SECTION NO	SECTION NAME	REVISION NO
1	CONTENTS / İÇERİKLER	01
2	MANUFACTURER DETAILS / ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ	01
3	PRODUCT IMAGE AND TECHNICAL DATA SHEET / ÜRÜN GÖRSELİ VE TEKNİK VERİ FORMU	01
4	LABELING AND INSTRUCTIONS FOR USE / ETİKETLEME VE KULLANIM TALİMATLARI	01
5	EC DECLARATION OF CONFORMITY / CE UYGUNLUK BEYANI	01
6	APPLIED STANDARDS / UYGULANAN STANDARTLAR	01
7	SAFETY INFORMATION / GÜVENLİK BİLGİLERİ	01
8	STORAGE CONDITIONS / DEPOLAMA KOŞULLARI	01
9	KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USE	01
10	ÇEVRE VE SAĞLIK ETKİLERİ / ENVIRONMENTAL AND HEALTH EFFECTS	01
11	KAPANIŞ VE SONUÇ / CONCLUSION AND SUMMARY	01

SECTION / BÖLÜM	MANUFACTURER DETAILS / ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ		
SECTION NO / BÖLÜM NO	2		
YAYIN TARİHİ	REV. NO	REV. TARİHİ	SAYFA NO
24/05/2023	01	04/11/2024	1 / 1

FİRMA ADI/COMPANY NAME: MEDİKAL OLUŞUM SANAYİ ve TİC.LTD. ŞTİ.

ADRES/ADDRESS : DAĞYAKA MAH. 2038 CAD. NO: 4 /20 İÇ KAPI NO: 2
KAHRAMANKAZAN/ ANKARA

ŞEHİR/CITY : ANKARA

ÜLKE/COUNTRY : TÜRKİYE

TELEFON/PHONE : +90 312 395 23 96

E-MAIL : info@moslab.com

TECHNICAL DATA SHEET SPECIMEN CONTAINER 3000 ML

SECTION / BÖLÜM	PRODUCT IMAGE AND TECHNICAL DATA SHEET / ÜRÜN GÖRSELİ VE TEKNİK VERİ FORMU		
SECTION NO / BÖLÜM NO	3		
YAYIN TARİHİ	REV. NO	REV. TARİHİ	SAYFA NO
24/05/2023	01	04/11/2024	1 / 1



GENEL ÖZELLİKLER/GENERAL FEATURES

MATERYAL/MATERIAL

Kullanılan Gövde Hammaddesi/ <i>Raw Material Used for Body</i>	Polipropilen/ <i>Polypropylene</i>
Kullanılan Kapak Hammaddesi/ <i>Raw Material Used for Cover</i>	Polietilen/ <i>Polyethylene</i>

RENK/COLOUR

Ürün Gövdesi/ <i>Product Body</i>	Şeffaf/ <i>Transparent</i>
Ürün Kapakları/ <i>Product Covers</i>	Kırmızı (Opsiyonel)/ <i>Red(Optional)</i>
Ürün Metal içermez/ <i>Product does not contain Metal</i>	Ürün Lateks içermez/ <i>Product does not contain Latex</i>

STERİLİZASYON/STERILIZATION

Steril değil/*Nonsterile*

CE İŞARETİ/CE MARKING

Ürün, 14 Haziran 1993 tarihli 93/42/EEC sayılı AB direktifine göre bir tıbbi cihaz olmadığı için CE İşareti gerekli değildir.

CE Marking is not required as the product is not a medical device according to EU directive 93/42/EEC dated 14 June 1993.

STANDARTLAR/STANDARDS

☒ Uluslararası Standardizasyon Örgütü'ne uygun olarak sertifikalandırılmıştır: ISO 9001 : 2015/ <i>Certified in accordance with the International Organization for Standardization: ISO 9001 : 2015</i>	☒ Uluslararası Standardizasyon Örgütü'ne uygunluk sertifikalı: ISO 13485 : 2016/ <i>Certified in accordance with the International Organization for Standardization: ISO 13485 : 2016</i>
---	---

SAKLAMA KOŞULLARI/STORAGE CONDITIONS

Depolama Koşulları/ <i>Storage Conditions</i>	Ürünler kapalı, nemsiz, kokusuz, direkt güneşe maruz bırakılmadan depolanmalıdır. / <i>Certified in accordance with the International Organization for Standardization: ISO 13485 : 2016</i>
---	--

ÜRÜN KODLARI/PRODUCT CODES

Referans Numarası/ <i>Reference Number</i>	BPSP00011
Regülasyon/ <i>Regulation</i>	IVDR 2017/746
Sınıf/ <i>Class</i>	Sınıf A/ <i>Class A</i>
GS1-EAN	8698934341188
Basic UDI-DI	869893434BPSP00011TZ
UDI-DI	08698934341188

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ – NUMUNE KABI 3000 ML / PRODUCT
FEATURES – SPECIMEN CONTAINER 3000 ML

Ürün Kapasitesi/Product Capacity	3000 ml
Kullanılabilir Kapasite/Available Capacity	2800 ml
Ürün Ölçüleri (Üst Çap x Alt Çap x Yükseklik) /Product Dimensions (Top Diameter x Bottom Diameter x Height)	110 mm x 85 mm x 180 mm
Ürün Ağırlığı (Boş) /Product Weight(Empty)	65 g
Ürün Kalınlığı /Product Thickness	2.2 mm
Derecelendirme/Scaling	Evet/Yes
Lot Numarası/Lot Number	Evet/Yes
Menşei/Country of Origin	Türkiye

KOLİ ÖZELLİKLERİ / CARTON FEATURES

Koli İçi Adet/Units per Package	80 adet/80 units
Koli Ölçüleri/Box Dimensions	550 x 450 x 400 mm
Koli Ağırlığı/Box Weight	5.2 kg

ETİKET / LABEL

ÜRÜN / PRODUCT

KOLİ / BOX

Üreticinin Adı ve Adresi/Name and address of Manufacturer	x	x
Üretici Ülke/Country of Manufacturer	x	x
Ürün Referans Numarası/Product Reference Number	x	x
Ürün Açıklaması/Product Description	x	x
LOT Numarası/LOT Number	x	x
Barkod/Barcode	x	x
Ürün Kapasitesi/Product Capacity	x	x
Kullanım Talimatı/Instruction Manuel	x	x
Son Kullanma Tarihi/Expiration Date	x	x
Steril Sembolü/Sterile Symbol	x	x
CE Sembolü/CE Symbol	x	x
MDR/ IVDR	x	x

MOS LAB MEDİKAL OLUŞUM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.	TECHNICAL DATA SHEET SPECIMEN CONTAINER 3000 ML
--	--

SECTION / BÖLÜM	LABELING AND INSTRUCTIONS FOR USE / ETİKETLEME VE KULLANIM TALİMATLARI		
SECTION NO / BÖLÜM NO	4		
YAYIN TARİHİ	REV. NO	REV. TARİHİ	SAYFA NO
24/05/2023	01	04/11/2024	1 / 1

LABELING / ETİKETLEME

MOS LAB MEDİKAL OLUŞUM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.	ISO 9001 QUALITY ASSURANCE	CE IVD	+90 312 395 23 96 www.moslab.com info@moslab.com
ÜRÜN ADI: SPESMEN 3000 ML			
LOT 170425	17/04/2025	17/04/2029	
KOLİ ADET: 80 ADET	REF BPSP00011	 8 698934 341188	
ÜRETİM NO: 250417-1	ÖZELLİK: PP NATUREL		

Şekil 1. Koli Etiketi

MOS LAB www.moslab.com	Adı Soyadı	 8 698934 341188 CE IVD
	Protokol No	
	Materyal	
	Tarih	
	LOT KOLİ ÜZERİNDEDİR	
REF BPSP00011 3000 mle		
 KOLİ ÜZERİNDEDİR		

Şekil 2. Ürün Etiketi

NUMUNE ALMA KABI 3000 ML KULLANIM TALİMATI/SPECIMEN CONTAINER 3000

ML INSTRUCTION MANUEL

- **Intended Use / Amaç:** For the collection, transport, and in-laboratory analysis of specimens, including those preserved in formaldehyde solutions. / *Numune toplama, taşıma ve laboratuvar ortamında analiz için kullanılır; formaldehit içeren çözeltilerle uyumludur.*
- **Chemical Compatibility / Kimyasal Uyumluluk:** Compatible with and resistant to formaldehyde solutions; also resistant to acidic and alkaline solutions and common laboratory chemicals. / *Formaldehit çözeltileriyle uyumludur ve bu çözeltilere karşı dirençlidir; ayrıca asidik ve bazik çözeltilere ve yaygın laboratuvar kimyasallarına karşı dayanıklıdır.*
- **Physical Integrity / Fiziksel Bütünlük:** Inspect for cracks, chips, or other damage before use; do not use if compromised; keep away from open flames and heat sources. / *Kullanımdan önce çatlak, kırık veya başka bir hasar kontrolü yapınız; hasarlı ise kullanmayınız, alev ve ısı kaynaklarından uzak tutunuz.*
- **Personal Protective Equipment / Kişisel Koruyucu Donanım:** Always handle with appropriate protective gloves. / *Her zaman uygun koruyucu eldiven ile kullanılmalıdır.*
- **Single Use Only / Tek Kullanımlık Ürün:** This container is single-use; reuse will compromise performance and safety. / *Ürün tek kullanımlıktır; yeniden kullanımı performans ve güvenliği olumsuz etkiler.*
- **Storage & Handling / Saklama ve Muhafaza:** Store at +5 °C to +30 °C in a dry, odor-free area away from direct sunlight; keep out of reach of children. / *+5 °C to +30 °C arasında, kuru, kokusuz ve direkt güneş ışığından uzakta saklayınız; çocukların erişemeyeceği yerde muhafaza ediniz.*
- **Labelling & Traceability / Etiketleme ve İzlenebilirlik:** Ensure lot number and expiry date are legible before use; after use, discard as biologically hazardous waste per regulations. / *Kullanımdan önce lot numarası ve son kullanma tarihinin okunabilir olduğundan emin olunuz; kullanım sonrası yürürlükteki mevzuata uygun olarak biyolojik tehlikeli atık konteynerine atınız.*
- **Accessory Compatibility / Aksesuar Uyumluluğu:** Use only with compatible accessories; verify compatibility against material-resistance tables before combining with any reagents or devices. / *Yalnızca uyumlu aksesuarlarla kullanılmalıdır; herhangi bir kimyasal veya cihazla kullanmadan önce malzeme uyumluluğu tablolarını kontrol ediniz.*

 MOS LAB® MEDİKAL OLUŞUM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.	TECHNICAL DATA SHEET SPECIMEN CONTAINER 3000 ML
---	--

SECTION / BÖLÜM	EC DECLARATION OF CONFORMITY / CE UYGUNLUK BEYANI		
SECTION NO / BÖLÜM NO	5		
YAYIN TARİHİ	REV. NO	REV. TARİHİ	SAYFA NO
24/05/2023	01	04/11/2024	1 / 1



Medikal Oluşum San. Ve Tic. Ltd. Şti.

EC DECLARATION OF CONFORMITY

According Directive 98/79/EC on in vitro diagnostic medical devices, Annex III

Manufacturer: Medikal Oluşum San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Address: Dağyaka Mahallesi 2038. Cadde Selpa Sanayi Sitesi No:4 Blok: 20/2, 06980
Kahramankazan/Ankara/TURKEY

Products: Medical disinfectants, medical pathology kits and chemicals, auxiliary materials, plastic and metal medical products

Classification: Other device (all devices except Annex II and self-testing devices)

We herewith declare that the above mentioned product meets the provisions of the council directive 98/79/EC for medical devices. All supporting documentation is retained under the premises of the manufacturer.

Medikal Oluşum San. Ve Tic. Ltd. Şti. considers following laws, rules and standards:

- **Directive 98/79/EC**

In-vitro-Diagnostic

- **EN ISO 14971**

Medical devices – Application of risk management to medical devices

- **DIN EN ISO 13485**

Quality systems – Medical devices – Particular requirements for the application of EN ISO9001

Date of issue: 10.01.2021

Expiration date: 10.01.2031

Berna Başhan

General Manager



 MOS LAB MEDİKAL OLUŞUM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.	TECHNICAL DATA SHEET SPECIMEN CONTAINER 3000 ML
--	--

SECTION / BÖLÜM	APPLIED STANDARDS / UYGULANAN STANDARTLAR		
SECTION NO / BÖLÜM NO	6		
YAYIN TARİHİ	REV. NO	REV. TARİHİ	SAYFA NO
24/05/2023	01	04/11/2024	1 / 1

APPLIED STANDARDS / UYGULANAN STANDARTLAR

The applied standards refer to the national and international regulations that guide the production process, ensuring safety, reliability, and quality of the product. These standards are crucial for medical devices and other related products, ensuring they are safe for use and meet the required specifications. Examples of applied standards include ISO 9001:2015, which governs quality management systems, and ISO 13485:2016, which specifically focuses on medical devices. CE certification also serves as a mark of conformity with European safety and health requirements. / *Uygulanan standartlar, üretim sürecini yönlendiren, ürünün güvenliğini, güvenilirliğini ve kalitesini garanti altına alan ulusal ve uluslararası düzenlemelere atıfta bulunur. Bu standartlar, tıbbi cihazlar ve diğer ilgili ürünler için çok önemlidir ve ürünlerin kullanıma uygun olduğunu ve belirlenen şartnamelere uygun olduğunu garanti eder. Uygulanan standartlara örnekler arasında kalite yönetim sistemlerini düzenleyen ISO 9001:2015 ve özellikle tıbbi cihazlara odaklanan ISO 13485:2016 yer alır. Ayrıca, CE sertifikası, Avrupa güvenlik ve sağlık gerekliliklerine uygunluk göstergesidir.*



CERTIFICATE

MOS LAB®
MEDİKAL OLUŞUM
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

DAĞYAKA MAH. 2038 CAD. NO:4/20/2
KAHRAMANKAZAN / ANKARA / TÜRKİYE

Has been assessed and found to comply with the requirements of:
Denetlenmiş ve aşağıdaki standardın gerekliliklerine uygunluğu görülmüştür:

ISO 9001:2015

The Quality Management System is applicable to:
Kalite Yönetim Sistemi:

DESIGN, PRODUCTION AND SALES OF PATHOLOGY, HISTOLOGY, MICROBIOLOGY,
BIOCHEMISTRY KITS AND CHEMICALS, DISINFECTANTS, PLASTIC AND METAL
MEDICAL PRODUCTS

PATOLOJİ, HİSTOLOJİ, MİKROBİYOLOJİ, BİYOKİMYA KİT VE KİMYASALLARI,
DEZENFEKTANLAR, PLASTİK VE METAL MEDİKAL ÜRÜNLERİN TASARIMI,
ÜRETİMİ VE SATIŞI

Certificate Number: QMS-007430
Belge Numarası: QMS-007430

Initial Certification Date: 17.04.2025
İlk Belgelendirme Tarihi: 17.04.2025

Certification Period: 3 Years
Belgelendirme Periyodu: 3 Yıl

Certificate Validity Date: 16.04.2026
Belge Geçerlilik Tarihi: 16.04.2026



guc

IQR Sertifikasyon Onayı

IQR ULUSLARARASI BELGELENDİRME HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.

Beşevler Mah. Kocayunus St. No:3 Anıten Han Plaza K:2 Nispetiye / BURSA
Tel.: +90.224.266 00 16 Faks: +90.224.249 41 13 www.iqrcert.com e-posta: info@iqrcert.com



CERTIFICATE

MOS LAB
MEDİKAL OLUŞUM
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

DAĞYAKA MAİL 2038 CAD. NO:4/20/2
KAHRAMANKAZAN / ANKARA / TÜRKİYE

Has been assessed and found to comply with the requirements of:
Denetlenmiş ve aşağıdaki standardın gerekliliklerine uygunluğu görülmüştür:

ISO 13485:2016

Medical Devices-Quality Management System is applicable to:
Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi

DESIGN, PRODUCTION AND SALES OF PATHOLOGY, HISTOLOGY, MICROBIOLOGY,
BIOCHEMISTRY KITS AND CHEMICALS, DISINFECTANTS, PLASTIC AND METAL
MEDICAL PRODUCTS

PATOLOJİ, HİSTOLOJİ, MİKROBİYOLOJİ, BİYOKİMYA KİT VE KİMYASALLARI,
DEZENFEKTANLAR, PLASTİK VE METAL MEDİKAL ÜRÜNLERİN TASARIMI,
ÜRETİMİ VE SATIŞI

Certificate Number: 2025/MDQMS/000961
Belge Numarası: 2025/MDQMS/000961

Initial Certification Date: 17.04.2025
İlk Belgelendirme Tarihi: 17.04.2025

Certification Period: 3 Years
Belgelendirme Periyodu: 3 Yıl

Certificate Validity Date: 16.04.2026
Belge Geçerlilik Tarihi: 16.04.2026



gür

IQR Sertifikasyon Onayı

IQR ULUSLARARASI BELGELENDİRME HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.

Beyoğlu Mah. Kocayusu Sk. No:3 Anıta Han Plaza K:2 Nispetiye / BEŞİĞİ
Tel: +90.224.266 00 16 Faks: +90.224.249 41 13 www.iqrcert.com e-posta: info@iqrcert.com

TECHNICAL DATA SHEET SPECIMEN CONTAINER 3000 ML

SECTION / BÖLÜM	SAFETY INFORMATION / GÜVENLİK BİLGİLERİ		
SECTION NO / BÖLÜM NO	7		
YAYIN TARİHİ	REV. NO	REV. TARİHİ	SAYFA NO
24/05/2023	01	04/11/2024	1 / 1

SAFETY INFORMATION / GÜVENLİK BİLGİLERİ

The 3000 mL specimen container is designed for single-use collection, transport, and short-term storage of large-volume biological samples, including those preserved in formaldehyde. It is non-sterile and must not contact body fluids other than the intended specimen. Inspect for cracks or deformation before use; discard if damaged. The leak-proof screw cap minimizes spillage. Handle with proper hand hygiene and protective gloves. The container is non-flammable and chemically inert.

/ 3000 mL numune kabı, formaldehit içerenler de dâhil olmak üzere büyük hacimli biyolojik örneklerin tek kullanımlık toplanması, taşınması ve kısa süreli saklanması için tasarlanmıştır. Ürün steril değildir ve yalnızca amaçlanan numuneyle temas etmelidir. Kullanımdan önce çatlak veya deformasyon açısından kontrol ediniz; hasarlı ise atınız. Sızdırmaz vidalı kapak, dökülme riskini azaltır. Uygun el hijyeni ve koruyucu eldiven ile kullanınız. Ürün yanıcı değildir ve kimyasal reaksiyona girmez.

**TECHNICAL DATA SHEET
SPECIMEN CONTAINER 3000 ML**

SECTION / BÖLÜM	STORAGE AND DISPOSAL / DEPOLAMA VE BERTARAF		
SECTION NO / BÖLÜM NO	8		
YAYIN TARİHİ	REV. NO	REV. TARİHİ	SAYFA NO
24/05/2023	01	04/11/2024	1 / 1

STORAGE AND DISPOSAL / DEPOLAMA VE BERTARAF

Store in original packaging at +5 °C to +30 °C in a clean, dry place away from direct sunlight and dust. Shelf life is 5 years from manufacture. After use, treat as biohazardous waste and dispose of per local medical-waste regulations—do not discard with household refuse. / Ürünü orijinal ambalajında, +5 °C ila +30 °C arasında, temiz, kuru, toz ve direkt güneş ışığından uzak bir ortamda saklayınız. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 5 yıldır. Kullanım sonrası biyolojik tehlike atığı olarak yerel tıbbi atık yönetmeliklerine uygun şekilde bertaraf ediniz—evsel atıkla atmayınız.

SECTION / BÖLÜM	KULLANIM ALANLARI / AREAS OF USE		
SECTION NO / BÖLÜM NO	9		
YAYIN TARİHİ	REV. NO	REV. TARİHİ	SAYFA NO
24/05/2023	01	04/11/2024	1 / 1

AREAS OF USE / KULLANIM ALANLARI

Used in hospitals, clinics, labs and sample processing centers for collection, transport, and temporary storage of large-volume specimens (urine, biopsy fluids, surgical samples, etc.). Ideal for pathology, diagnostic, and research workflows that require bulk sample handling. / Hastaneler, klinikler, laboratuvarlar ve numune işleme merkezlerinde büyük hacimli (idrар, biyopsi sıvıları, cerrahi örnekler vb.) numunelerin toplanması, taşınması ve geçici saklanması için kullanılır. Patoloji, tanı ve araştırma süreçlerinde toplu numune işlemleri için idealdir.

SECTION / BÖLÜM	ENVIRONMENTAL AND HEALTH EFFECTS / ÇEVRE VE SAĞLIK ETKİLERİ		
SECTION NO / BÖLÜM NO	10		
YAYIN TARİHİ	REV. NO	REV. TARİHİ	SAYFA NO
24/05/2023	01	04/11/2024	1 / 1

ENVIRONMENTAL AND HEALTH EFFECTS / ÇEVRE VE SAĞLIK ETKİLERİ

Made from recyclable, medical-grade polypropylene without toxic additives. Though non-sterile, its robust design minimizes contamination risk. Should not contact open wounds. Proper disposal prevents environmental and health hazards; its recyclability supports sustainable waste management.

/ Zararlı katkı maddesi içermeyen, geri dönüştürülebilir medikal sınıf polipropilenden üretilmiştir. Steril olmamakla birlikte sağlam yapısı kontaminasyon riskini en aza indirir. Açık yarayla temas ettirilmemelidir. Uygun bertaraf çevre ve halk sağlığı risklerini önler; geri dönüşüm, sürdürülebilir atık yönetimini destekler.

TECHNICAL DATA SHEET SPECIMEN CONTAINER 3000 ML

SECTION / BÖLÜM	CONCLUSION AND SUMMARY / KAPANIŞ VE SONUÇ		
SECTION NO / BÖLÜM NO	11		
YAYIN TARİHİ	REV. NO	REV. TARİHİ	SAYFA NO
24/05/2023	01	04/11/2024	1 / 1

CONCLUSION AND SUMMARY / KAPANIŞ VE SONUÇ

The 3000 mL specimen container offers a durable, secure, and cost-effective solution for handling large-volume biological samples. Its leak-proof structure, chemical resistance, and recyclable materials make it ideal for clinical and research applications requiring high-capacity specimen processing. / 3000 mL numune kabı, büyük hacimli biyolojik örneklerin güvenli, dayanıklı ve ekonomik şekilde işlenmesi için ideal bir çözümdür. Sızdırmaz yapısı, kimyasal direnci ve geri dönüştürülebilir malzemesi, yüksek kapasiteli klinik ve araştırma uygulamaları için uygundur.