

Anexa No.21 - Specificatia tehnica ofertata LOT- 21

Descriere	Sistem microbiologic automatizat (ID/AST) – echipament de laborator destinat identificării automate a microorganismelor (bacterii și fungi) și determinării fenotipice a sensibilității acestora la antibiotice, utilizând carduri sau paneluri sigilate. Sistemul asigură procesare standardizată, rezultate conforme EUCAST, integrare cu LIS și stocarea, interpretarea și imprimarea automată a rezultatelor.	Model: PHOENIX M50; Producător: BECTON DICKINSON AND COMPANY, SUA; Nr. Înregistrare: DM000331660
Parametrul	Specificația solicitată	Specificația Ofertată
Tip echipament	Sistem microbiologic automat	Da, corespunde
Tip sistem	Închis, fără aerosoli	Da, corespunde
Mediu de probe sigilate	Cartușe / carduri / paneluri	Da, corespunde, mediul de probe sigilate - paneluri
Identificare (ID)	Automat	Da, corespunde
Principiu ID	Fenotipic (implicit)	Da, corespunde
Sensibilitate la antibiotice (AST)	Obligatoriu	Da, corespunde
Principiu AST	Fenotipic, automat	Da, corespunde, user manual pag. 18 - 20
Timp rezultat AST	8–24 ore	Da, corespunde, Citirea panoului are loc imediat după începerea ciclului de testare, iar citirile sunt efectuate la fiecare 20 de minute, timp de până la 16 ore. User manual pag. 25
Capacități de testare/identificare	Enterobacteriaceae (GN)	Da, corespunde, user manual pag. 218-225
	Nefermentatoare (GN)	Da, corespunde
	Gram pozitive (GP)	Da, corespunde, user manual pag. 229-237
	Fungi / YST	Da, corespunde
Capacitate de încărcare	≥ 15 investigații	Da, corespunde, user manual, pag 23-24
Identificare pacienți / consumabile	Prin coduri de bare	Da, corespunde, use manual pag. 23
Atestare EUCAST	Obligatoriu	Da, corespunde, user manual pag. 52
Conectare LIS / LIM	Obligatoriu	Da, corespunde, user manual pag. 53
Interfață utilizator	PC extern	Da, corespunde
Stocare și vizualizare rezultate	Obligatoriu	Da, corespunde
Imprimare rezultate	Obligatoriu	Da, corespunde, dispozitivul este compatibil cu imprimante externe
Echipament auxiliar	PC + imprimantă	Da, corespunde, in oferta este inclusă imprimantă externă
Software specializat	Bază de date + update	Da, corespunde, user manual, pag. 98
Interpretare automată expert	Obligatoriu	Da, corespunde
Sistem integrat de control al calității	Obligatoriu	Da, corespunde, user manual pag. 97
Alarmer	audio și vizuale	Da, corespunde, user manual pag. 47
Alimentare	220V, 50Hz	Da, corespunde
Limba de comunicare	engleză, română	Da, corespunde

Anexa No.21 - Specificatia tehnica ofertata LOT- 21

Cerințe adăugătoare	UPS cu timp de lucru minim 30 min	Da, corespunde
Medii de probe necesari cât și alte accesorii, piese necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare	≥ 50 analize/investigații (pentru testare/instruire)	Da, corespunde, toate consumabilele necesare pentru testare și instruire sunt incluse în ofertă
Note:		
Oferta de preț trebuie să includă reactivii necesari pentru testele indicate, soluțiile QC și calibrare		Da, corespunde, oferta de preț include toate consumabilele necesare pentru testele indicate
Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar.		Da, corespunde
Furnizorul va asigura:		
Transmiterea către spital documentația completă privind conectarea analizatorului la sistemul informatic (H3 SIA AMS/AMP) și să asigure suportul tehnic necesar echipei desemnate de spital sau firmei de software care realizează efectiv conectarea.		Da, garantăm că toată documentația privind conectarea dispozitivului, va fi transmisă beneficiarului și se va asigura suportul tehnic necesar.
Instruirea personalului.		Da, se va asigura instruirea personalului
Mentenanța preventivă și corectivă gratuită pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS).		Da, se va asigura mentenanță preventivă și corectivă gratuită pe toată durata contractului.
Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS).		Da, seturile de mentenanță și piesele de schimb v-or fi gratuite pe toată durata contractului.
Toate consumabilele necesare gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS), dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială.		Da, toate consumabilele necesare vor fi gratuite pe toată durata contractului
Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică.		Da, în caz de defect, garantăm intervenție în maxim 24 ore de la solicitarea telefonică
Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada contractului.		Da, prețul pentru reactivi, nu va fi modificat pentru toată perioada contractului
Perioada de valabilitate pentru reagenții livrați: La momentul livrării: Minim 12 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate.		Da, termenul de valabilitate a reagenților la momentul livrării va fi nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate.
Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere. Termenele mai mari vor fi considerate un avantaj.		Dispozitivul lucrează cu panouri
Operatorul Economic va include în prețul dispozitivului medical și prețurile pentru fiecare test considerând:		
Efectuarea controlului calității pentru fiecare test în fiecare zi lucrătoare.		Da, opțiunea este inclusă în ofertă
Efectuarea calibrării ori de câte ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calității).		Da, opțiunea este inclusă în ofertă
Toate piesele și kiturile de mentenanță necesare bunei funcționării pe întreaga perioadă contractului.		Da, opțiunea este inclusă în ofertă
UPS (Sursa neîntreruptibilă de alimentare) și costurile acumuloarelor necesare pe toată perioada contractului.		Da, opțiunea este inclusă în ofertă
Calculator (PC), monitor, tastatura, mouse cu garanție deplină și înlocuire în caz de defectare.		Da, opțiunea este inclusă în ofertă
Toate consumabilele, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, electrozi/modul ISE, cuve/rotor pentru reacție, lămpi și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de IMSP.		Da, opțiunea este inclusă în ofertă
Toate serviciile de mentenanță preventivă și corectivă necesare bunei funcționări pe perioada contractului.		Da, opțiunea este inclusă în ofertă

Anexa No.21 - Specificatia tehnica ofertata_LOT- 21

Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada contractului.	Da, opțiunea este inclusă în ofertă
--	-------------------------------------

Cu stimă,

Semnat: _____

Numele, prenumele: Petru Bolea

În calitate de: Șef Departament Comercial

Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L.

Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova