

Specificații tehnice

Numărul licitației:	21075526 / ocds-b3wdp1-MD-1678441036037	45026	Alternativa nr.: —
Denumirea licitației:	Achiziționarea Implanturilor traumatologico-ortopedice conform necesităților MSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2023	Lot: 36, 37	Pagina: 1 din 26

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model	Țara	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferită	Standarde de referință
	2		3	4	5	6	7	8
36.1	Pensă Schultz (autor)	Pensă Schultz (autor)	HF 04-345-01	Pakistan	FIZZA	- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfectie, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	Pensă WICKSTROM (analog Schulz), curbată, 210mm (inox) (pag.1 din catalog_lot 36)	ISO 13485, Declarație de conform.

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model	Țara	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferită	Standarde de referință
36.2	Pensă Schultz (autor)	Pensă AO maleolare	BS 14-1013-01	Pakistan		- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare -	Pensă AO maleolare, lungime 210mm, inox (pag.2 din catalog_lot 36)	ISO 13485, Declarație de conform.

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model	Țara	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferită	Standarde de referință
36.3	Pensă Schultz (autor)	-T-handle pentru fise Schanz	561,044	India	HEMC	- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare -	Chee cu mâner în 'T' pentru șuruburi Schanz, universală (șuruburi 4.0 – 7.0 mm), inox (pag.3 din catalog_lot 36)	ISO 13485, Declarație de conform.

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model	Țara	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferită	Standarde de referință
36.4	Pensă Schultz (autor)	Chei p/u lacati la ap.de fixare externa	655,008	India	HEMC	- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare -	Chee 8x10mm, inox (pag.4 din catalog_lot 36)	ISO 13485, Declarație de conform.

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model	Țara	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferită	Standarde de referință
36.5	Pensă Schultz (autor)	Clește(taetor)p/u brose	BS 14-1025-01	Pakistan	FIZZA	- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare -	Clește pentru tăiat sârmă și broșe, lame armate TC, ușor angulate, L-230mm, inox (pag.5 din catalog_lot 36)	ISO 13485, Declarație de conform.

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model	Țara	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferită	Standarde de referință
36.6	Pensă Schultz (autor)	Masina de gaurit, medicala, cu cate 2 acumulate	BJ1103B, BJ1001, BJ1002, BJ1003, BJ1004, BJ1005, BJXDH1103B	China	BOJIN	- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfectie, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vaporii până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare -	Mașină de găurit și introdus broșe (canulată) BJ1103B. Baterie reîncărcabilă BJ1001 (2 buc.) Dispozitiv încărcare baterii BJ1002. Capac baterie BJ1003. Set pentru transfer aseptice baterie BJ1004. Cheie pentru fixare burghiu/broșă BJ1005. Container pentru păstrare/sterilizare BJXDH1103B. (pag.6-7 din catalog_lot 36)	ISO 13485, CE

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model	Țara	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferită	Standarde de referință
36.7	Pensă Schultz (autor)	Fixatoare de os plate, mici și mijlocii, drepte și sub unghi	BS 14-995-01 BS 14-995-02 BS 14-970-02	Pakistan	FIZZA	- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare -	Fixatoare os sub angulate, cu autocentrare, mici și mijlocii, inox. Fixatoare os drepte model FARABEUF, inox. (pag 8-9 din catalog_lot 36)	ISO 13485, Declarație de conform.

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model	Țara	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferită	Standarde de referință
36.8	Pensă Schultz (autor)	Forceps de reducere a fracturii ascuțit mic și mijlociu	BS 14-1005-01 BS 14-1008-01	Pakistan	FIZZA	- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pufină până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vaporii până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inoxidabil) - Marcajul CE - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inoxidabil, având următoarea compoziție (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare -	Forceps de reducere a fracturii ascuțit mic și mijlociu, inoxidabil (pag.10 din catalog_lot 36)	ISO 13485, Declarație de conform.

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model	Țara	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferită	Standarde de referință
36.9	Pensă Schultz (autor)	Forceps de reducere a fracturii ascuțit cu olive pe branse mic si mijlociu	RF 14-100-01 RF 14-105-01 RF 14-110-01	Pakistan	FIZZA	- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare -	Pense pentru repoziție/reducere oase bazin, vârfuri ascuțite cu olive, lungimi 190mm, 230mm, 250mm (inox) (pag.11 din catalog_lot 36)	ISO 13485, Declarație de conform.

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model	Țara	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferită	Standarde de referință
36.10	Pensă Schultz (autor)	Burghiu I-200-250mm., la diametru 2,5mm;	602.200.25	India	HEMC	- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfectie, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare -	Burghiu standard Ø2.5mm, lungime 200mm, inox (pag.12 din catalog_lot 36)	ISO 13485, Declarație de conform.

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model	Țara	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferită	Standarde de referință
36.11	Pensă Schultz (autor)	Burghiu I-200-250mm., la diametru 3,2mm.	602.200.32	India	HEMC	- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare -	Burghiu standard Ø3.2mm, lungime 200mm, inox (pag.12 din catalog_lot 36)	ISO 13485, Declarație de conform.

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model	Țara	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferită	Standarde de referință
36.12	Pensă Schultz (autor)	Burghiu I-200-250mm., la diametru 3,5mm. Canulat	626.200.35	India	HEMC	- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare -	Burghiu canulat Ø3.5mm, lungime 200mm, inox (pag.12 din catalog_lot 36)	ISO 13485, Declarație de conform.

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model	Țara	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferită	Standarde de referință
36.13	Pensă Schultz (autor)	Burghiu I-200-250mm., la diametru 4,5mm.	602.200.45	India	HEMC	- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare -	Burghiu standard Ø4.5mm, lungime 200mm, inox (pag.12 din catalog_lot 36)	ISO 13485, Declarație de conform.

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model	Țara	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferită	Standarde de referință
36.14	Pensă Schultz (autor)	Burghiu canulat I-300mm la diam. 4,5mm.	626.300.45	India	HEMC	- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare -	Burghiu canulat Ø4.5mm, lungime 300mm, inox (pag.12 din catalog_lot 36)	ISO 13485, Declarație de conform.

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model	Țara	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferită	Standarde de referință
36.15	Plăci pentru Hallux valgus universal cu lateralizare	Șurubelniță hexagonală D. 2,0mm	614,015	India	HEMC	- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare -	Surubelnita pentru suruburi 1.5mm/2.0mm, hexagon S=1.5mm (partea de lucru - inox, mânerul - fibră) (pag.13 din catalog_lot 36)	ISO 13485, Declarație de conform.

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model	Țara	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferită	Standarde de referință
36.16	Pensă Schultz (autor)	Șurubelniță hexagonală D.3,5mm	614,025	India	HEMC	- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare -	Surubelnita pentru suruburi 2.7mm/3.5mm, hexagon S=2.5mm (partea de lucru - inox, mânerul - fibră) (pag.13 din catalog_lot 36)	ISO 13485, Declarație de conform.

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model	Țara	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferită	Standarde de referință
36.17	Pensă Schultz (autor)	Șurubelniță hexagonală D.4,5mm	614,035	India	HEMC	- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare -	Surubelnita pentru suruburi 4.5mm/6.5mm, hexagon S=3.5mm(partea de lucru - inox, mânerul - fibră) (pag.13 din catalog_lot 36)	ISO 13485, Declarație de conform.

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model	Țara	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferită	Standarde de referință
36.18	Pensă Schultz (autor)	Șurubelniță canulată hexagonală D 3,5mm	615,025	India	HEMC	- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare -	Surubelnita canulată pentru suruburi 2.7mm/3.5mm, hexagon S=2.5mm (partea de lucru - inox, mânerul - fibră) (pag.13 din catalog_lot 36)	ISO 13485, Declarație de conform.

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model	Țara	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferită	Standarde de referință
36.19	Pensă Schultz (autor)	Șurubelniță canulată hexagonală D 4,5 mm	615.035	India	HEMC	- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare -	Surubelnita canulată pentru suruburi 4.5mm/6.5mm, hexagon S=3.5mm (partea de lucru - inox, mânerul - fibră) (pag.13 din catalog_lot 36)	ISO 13485, Declarație de conform.

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model	Țara	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferită	Standarde de referință
36.20	Pensă Schultz (autor)	Șurubelniță canulată hexagonală D6.5 mm	615,035	India	HEMC	- Pentru asigurarea compatibilității instrumentarului la dezinfecție, spălare și sterilizare, toate instrumentele din fiecare lot să fie fabricate de unul și același producător, iar evaluarea ofertelor se va face pe tot lotul; - Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică; - Instrumentele trebuie să posede termorezistență la sterilizarea în pupinel până la temperatura 200°C, precum și rezistență la sterilizarea cu vapori până la temperatura 134°C; - Instrumentele trebuie să posede rezistență la prelucrarea cu soluțiile dezinfectante, utilizate în instituția medicală; - Suprafața instrumentelor trebuie să fie mată (pentru a nu reflecta lumina în ochii personalului medical); - Pe fiecare instrument în mod obligatoriu să fie înscrisă cu laser următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE - Instrumentele trebuie să fie confecționate din oțel inox, având următoarea componență (minimum – maximum): - C (carbon): 0,30 – 0,45% - Cr (crom): 15,00 – 18,00% - Mo (molibden): 0,90 – 1,30% - Ni (nichel): ≤ 1,00% - Si (siliciu): ≤ 1,00% - Mn (mangan): ≤ 1,00% - P (fosfor): ≤ 0,05% - Pentru a facilita evaluarea descrierii tehnice a fiecărui instrument propus în parte, la momentul deschiderii licitației obligatoriu se va prezenta originalul catalogului poligrafic al producătorului (prezentarea copiilor xerox sau tipărite la imprimantă nu se acceptă); - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare -	Șurubelnița canulată pentru șuruburi 4.5mm/6.5mm, hexagon S=3.5mm (partea de lucru - inox, mânerul - fibră) (pag.13 din catalog_lot 36)	ISO 13485, Declarație de conform.
37.1	Implanturi traumatologice	Semiinele Ilizarov 150 mm	553,014	India	HEMC	1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente în custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.	Semiinel Ilizarov, diametru 140mm, inox (pag.1 din catalog_lot 37). Setul de instrumente în custodie. Se acceptă schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.	ISO 13485, Declarație de conform.
37.2	Implanturi traumatologice	Semiinele Ilizarov 160 mm	553,016	India	HEMC	1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente în custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.	Semiinel Ilizarov, diametru 160mm, inox (pag.1 din catalog_lot 37). Setul de instrumente în custodie. Se acceptă schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.	ISO 13485, Declarație de conform.

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model	Țara	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină ofertată	Standarde de referință
37.3	Implanturi traumatologice	Semiinele Ilizarov 180 mm	553,018	India	HEMC	1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente în custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.	Semiinel Ilizarov, diametru 180mm, inox (pag.1 din catalog_lot 37). Setul de instrumente în custodie. Se acceptă schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.	ISO 13485, Declarație de conform.
37.4	Implanturi traumatologice	Arc femural italian 90 de grade 180mm	557.090.18	India	HEMC	1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente în custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.	Arc femural model Italian, 90°, diametru 180mm, inox (pag.1 din catalog_lot 37). Setul de instrumente în custodie. Se acceptă schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.	ISO 13485, Declarație de conform.
37.5	Implanturi traumatologice	Arc femural italian 120 de grade 180mm	557.120.18	India	HEMC	1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente în custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.	Arc femural model Italian, 120°, diametru 180mm, inox (pag.1 din catalog_lot 37). Setul de instrumente în custodie. Se acceptă schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.	ISO 13485, Declarație de conform.
37.6	Implanturi traumatologice	Arc femural italian 120 de grade 200mm	557.120.20	India	HEMC	1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente în custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.	Arc femural model Italian, 120°, diametru 200mm, inox (pag.1 din catalog_lot 37). Setul de instrumente în custodie. Se acceptă schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.	ISO 13485, Declarație de conform.
37.7	Implanturi traumatologice	Tije telescopice 100 mm	585,010	India	HEMC	1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente în custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.	Tije telescopice, lungime 100mm, inox (pag.2 din catalog_lot 37). Setul de instrumente în custodie. Se acceptă schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.	ISO 13485, Declarație de conform.
37.8	Implanturi traumatologice	Tije telescopice 150 mm	585,015	India	HEMC	1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente în custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.	Tije telescopice, lungime 150mm, inox (pag.2 din catalog_lot 37). Setul de instrumente în custodie. Se acceptă schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.	ISO 13485, Declarație de conform.
37.9	Implanturi traumatologice	Pivot feminin cu 1 gaura	571,001	India	HEMC	1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente în custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.	Post female cu 1 orificiu, inox (pag.3 din catalog_lot 37). Setul de instrumente în custodie. Se acceptă schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.	ISO 13485, Declarație de conform.
37.10	Implanturi traumatologice	Pivot feminin cu 2 gauri	571,002	India	HEMC	1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente în custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.	Post female cu 2 orificii, inox (pag.3 din catalog_lot 37). Setul de instrumente în custodie. Se acceptă schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.	ISO 13485, Declarație de conform.

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model	Țara	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferită	Standarde de referință
37.11	Implanturi traumatologice	Pivot feminin cu 3 gauri	571,003	India	HEMC	1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente în custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.	Post female cu 3 orificii, inox (pag.3 din catalog_lot 37). Setul de instrumente în custodie. Se acceptă schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.	ISO 13485, Declarație de conform.
37.12	Implanturi traumatologice	Pivot feminin cu 4 gauri	571,004	India	HEMC	1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente în custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.	Post female cu 4 orificii, inox (pag.3 din catalog_lot 37). Setul de instrumente în custodie. Se acceptă schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.	ISO 13485, Declarație de conform.
37.13	Implanturi traumatologice	Placă curbă cu 4 găuri	568,004	India	HEMC	1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente în custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.	Placă curbă cu 4 orificii, inox (pag.3 din catalog_lot 37). Setul de instrumente în custodie. Se acceptă schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.	ISO 13485, Declarație de conform.
37.14	Implanturi traumatologice	Placă curbă cu 5 găuri	568,005	India	HEMC	1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente în custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.	Placă curbă cu 5 orificii, inox (pag.3 din catalog_lot 37). Setul de instrumente în custodie. Se acceptă schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.	ISO 13485, Declarație de conform.
37.15	Implanturi traumatologice	Placă de conexiune cu capăt filetat cu 5 găuri	573,005	India	HEMC	1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente în custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.	Placă conexiune cu 5 orificii, coadă filetată, inox (pag.8 din catalog_lot 37). Setul de instrumente în custodie. Se acceptă schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.	ISO 13485, Declarație de conform.
37.16	Implanturi traumatologice	Placă de conexiune cu capăt filetat cu 7 găuri	573,007	India	HEMC	1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente în custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.	Placă conexiune cu 7 orificii, coadă filetată, inox (pag.8 din catalog_lot 37). Setul de instrumente în custodie. Se acceptă schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.	ISO 13485, Declarație de conform.
37.17	Implanturi traumatologice	Șurub de fixare a broșei cresate	562,013	India	HEMC	1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente în custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.	Șurub fixare broșă, crestă, inox (pag.4 din catalog_lot 37). Setul de instrumente în custodie. Se acceptă schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.	ISO 13485, Declarație de conform.
37.18	Implanturi traumatologice	Șurub de fixare a broșei canulat	562,018	India	HEMC	1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente în custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.	Șurub fixare broșă, canulat, inox (pag.4 din catalog_lot 37). Setul de instrumente în custodie. Se acceptă schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.	ISO 13485, Declarație de conform.
37.19	Implanturi traumatologice	Șurub de conexiune 16 mm	562,004	India	HEMC	1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente în custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.	Șurub de conectare, lungime 16mm, inox (pag.4 din catalog_lot 37). Setul de instrumente în custodie. Se acceptă schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.	ISO 13485, Declarație de conform.

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model	Țara	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferită	Standarde de referință
37.20	Implanturi traumatologice	Șurub de conexiune 20 mm	562,004	India	HEMC	1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente în custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.	Șurub de conectare, lungime 20mm, inox (pag.4 din catalog_lot 37). Setul de instrumente în custodie. Se acceptă schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.	ISO 13485, Declarație de conform.
37.21	Implanturi traumatologice	Șurub de conexiune 30 mm	562,004	India	HEMC	1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente în custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.	Șurub de conectare, lungime 30mm, inox (pag.4 din catalog_lot 37). Setul de instrumente în custodie. Se acceptă schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.	ISO 13485, Declarație de conform.
37.22	Implanturi traumatologice	Piuliță	562,029	India	HEMC	1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente în custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.	Piuliță 10mm, filet M6, inox (pag.4 din catalog_lot 37). Setul de instrumente în custodie. Se acceptă schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.	ISO 13485, Declarație de conform.
37.23	Implanturi traumatologice	Tije filetate autotarodante, diametru 5 mm cu filet bilateral L- 150 mm	ROT-415150-50	Germania	REDA	1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente în custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.	Tijă filetată autotarodantă Ø 5 mm, filet bilateral, L-150mm, inox (pag.5 din catalog_lot 37). Setul de instrumente în custodie. Se acceptă schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.	ISO 13485, CE
37.24	Implanturi traumatologice	Tije filetate autotarodante, diametru 6 mm cu filet bilateral L- 150 mm	ROT-416150-60	Germania	REDA	1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente în custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.	Tijă filetată autotarodantă Ø 6 mm, filet bilateral, L-150mm, inox. (pag.6 din catalog_lot 37). Setul de instrumente în custodie. Se acceptă schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.	ISO 13485, CE
37.25	Implanturi traumatologice	Tije filetate autotarodante, diametru 6 mm cu filet bilateral L- 180 mm	ROT-416180-60	Germania	REDA	1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente în custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.	Tijă filetată autotarodantă Ø 6 mm, filet bilateral, L-180mm, inox. (pag.6 din catalog_lot 37). Setul de instrumente în custodie. Se acceptă schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.	ISO 13485, CE
37.26	Implanturi traumatologice	Tije filetate autotarodante, diametru 7 mm cu filet bilateral L- 150 mm	Fără cod (produs nestandard)	Germania	REDA	1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente în custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.	Tijă filetată autotarodantă Ø 7 mm, filet bilateral, L-150mm, inox. Notă: Produsul este nestandard și nu poate fi înregistrat la AMDM.	ISO 13485, CE
37.27	Implanturi traumatologice	Tije filetate autotarodante, diametru 7 mm cu filet bilateral L- 180 mm	Fără cod (produs nestandard)	Germania	REDA	1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente în custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.	Tijă filetată autotarodantă Ø 7 mm, filet bilateral, L-180mm, inox. Notă: Produsul este nestandard și nu poate fi înregistrat la AMDM.	ISO 13485, CE

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model	Țara	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferită	Standarde de referință
37.28	Implanturi traumatologice	Cheie pentru tije filetate cu diametru de 5 mm	561,044	India	HEMC	1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente în custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.	Chee cu mâner în 'T' pentru șuruburi Schanz, universală, inox. (pag.7 din catalog_lot 37). Setul de instrumente în custodie. Se acceptă schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.	ISO 13485, Declarație de conform.
37.29	Implanturi traumatologice	Cheie pentru tije filetate cu diametru de 6 mm	561,044	India	HEMC	1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente în custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor	Chee cu mâner în 'T' pentru șuruburi Schanz, universală, inox. Chee cu mâner în 'T' pentru șuruburi Schanz, universală, inox. (pag.7 din catalog_lot 37). Setul de instrumente în custodie. Se acceptă schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.	ISO 13485, Declarație de conform.
37.30	Implanturi traumatologice	Cheie pentru tije filetate cu diametru de 7 mm	561,044	India	HEMC	1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente în custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.	Chee cu mâner în 'T' pentru șuruburi Schanz, universală, inox (pag.7 din catalog_lot 37). Setul de instrumente în custodie. Se acceptă schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.	ISO 13485, Declarație de conform.
37.31	Implanturi traumatologice	Wrenchoqube cu o gaură	574,001	India	HEMC	1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente în custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.	Wrenchoqube cu 1 orificiu, inox (pag.8 din catalog_lot 37). Setul de instrumente în custodie. Se acceptă schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.	ISO 13485, Declarație de conform.
37.32	Implanturi traumatologice	Wrenchoqube cu 2 gauri	574,002	India	HEMC	1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente în custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.	Wrenchoqube cu 2 orificii, inox (pag.8 din catalog_lot 37). Setul de instrumente în custodie. Se acceptă schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.	ISO 13485, Declarație de conform.
37.33	Implanturi traumatologice	Wrenchoqube cu 3 gauri	574,003	India	HEMC	1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente în custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor	Wrenchoqube cu 3 orificii, inox (pag.8 din catalog_lot 37). Setul de instrumente în custodie. Se acceptă schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.	ISO 13485, Declarație de conform.
37.34	Implanturi traumatologice	Wrenchoqube cu 4 gauri	574,004	India	HEMC	1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente în custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.	Wrenchoqube cu 4 orificii, inox (pag.8 din catalog_lot 37). Setul de instrumente în custodie. Se acceptă schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.	ISO 13485, Declarație de conform.
37.35	Implanturi traumatologice	Priză filetată 160 mm diametrul 6 mm	579,150	India	HEMC	1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente în custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.	Tijă filetată 6mm, lungime 150mm, inox (pag.8 din catalog_lot 37). Setul de instrumente în custodie. Se acceptă schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.	ISO 13485, Declarație de conform.

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model	Țara	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferită	Standarde de referință
37.36	Implanturi traumatologice	Priză filetată 200 mm diametrul 6 mm	579,200	India	HEMC	1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente în custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.	Tijă filetată 6mm, lungime 200mm, inox (pag.8 din catalog_lot 37). Setul de instrumente în custodie. Se acceptă schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.	ISO 13485, Declarație de conform.
37.37	Implanturi traumatologice	Priză filetată 260 mm diametrul 6 mm	579,250	India	HEMC	1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente în custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.	Tijă filetată 6mm, lungime 250mm, inox (pag.8 din catalog_lot 37). Setul de instrumente în custodie. Se acceptă schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.	ISO 13485, Declarație de conform.
37.38	Implanturi traumatologice	Tensor broșe aparat Ilizarov	561,030	India	HEMC	1. Material: Inox; 2. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. 3. Setul de instrumente în custodie. 4. Să se accepte schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.	Întinzător broșe Ilizarov, inox (pag.9 din catalog_lot 37) Setul de instrumente în custodie. Se acceptă schimbarea lungimelor a șuruburilor și plăcilor.	ISO 13485, Declarație de conform.

Semnătură autorizată. Numele, Prenumele: **Iarovoi Petru** În calitate de: **Director**
Ofertantul: **FPC SOGNO SRL** Adresa: **MD2028 m.Chisinau, str.Academiei nr.2**

Specificații de preț

Numărul licitației:	21075526 / ocde-b3wdp1-MD-1678441036037	4/10/2023	Alternativa nr.: —
Denumirea licitației:	Achiziționarea Implanturilor traumatologico-ortopedice conform necesităților MSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2023	Lot:36, 37	Pagina: 1 din 3

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare
1	2			3	4	5	6	7	8	9
33100000-1	36.1	Pensă Schultz (autor)	Pensă Schultz (autor)	Bucată	10	300.00	360.00	3,000.00	3,600.00	pe parcursul anului 2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1	36.2	Pensă Schultz (autor)	Pensă AO maleolare	Bucată	8	400.00	480.00	3,200.00	3,840.00	
33100000-1	36.3	Pensă Schultz (autor)	-T-handle pentru fise Schanz	Bucată	1	350.00	420.00	350.00	420.00	
33100000-1	36.4	Pensă Schultz (autor)	Cheie p/u lacati la ap.de fixare externa	Pereche	2	150.00	180.00	300.00	360.00	
33100000-1	36.5	Pensă Schultz (autor)	Clește(taetor)p/u brose	Bucată	12	850.00	1020.00	10,200.00	12,240.00	
33100000-1	36.6	Pensă Schultz (autor)	Masina de gaurit, medicala, cu cate 2 acumulatori	Bucată	4	31500.00	37800.00	126,000.00	151,200.00	
33100000-1	36.7	Pensă Schultz (autor)	Fixatoare de os plate, mici si mijlocii, drepte si sub unghi	Bucată	5	1150.00	1380.00	5,750.00	6,900.00	
33100000-1	36.8	Pensă Schultz (autor)	Forceps de reducere a fracturii ascutit mic si mijlociu	Bucată	4	300.00	360.00	1,200.00	1,440.00	
33100000-1	36.9	Pensă Schultz (autor)	Forceps de reducere a fracturii ascutit cu olive pe branse mic si mijlociu	Bucată	6	850.00	1020.00	5,100.00	6,120.00	
33100000-1	36.10	Pensă Schultz (autor)	Burghiu I-200-250mm., la diametru 2,5mm;	Bucată	20	175.00	210.00	3,500.00	4,200.00	
33100000-1	36.11	Pensă Schultz (autor)	Burghiu I-200-250mm., la diametru 3,2mm.	Bucată	20	175.00	210.00	3,500.00	4,200.00	
33100000-1	36.12	Pensă Schultz (autor)	Burghiu I-200-250mm., la diametru 3,5mm. Canulat	Bucată	6	500.00	600.00	3,000.00	3,600.00	
33100000-1	36.13	Pensă Schultz (autor)	Burghiu I-200-250mm., la diametru 4,5mm.	Bucată	2	175.00	210.00	350.00	420.00	
33100000-1	36.14	Pensă Schultz (autor)	Burghiu canulat I-300mm la diam. 4,5mm.	Bucată	2	500.00	600.00	1,000.00	1,200.00	
33100000-1	36.15	Plăci pentru Hallux valgus universal cu lateralizare	Șurubelniță hexagonală D. 2,0mm	Bucată	2	400.00	480.00	800.00	960.00	
33100000-1	36.16	Pensă Schultz (autor)	Șurubelniță hexagonală D.3,5mm	Bucată	10	250.00	300.00	2,500.00	3,000.00	
33100000-1	36.17	Pensă Schultz (autor)	Șurubelniță hexagonală D.4,5mm	Bucată	15	250.00	300.00	3,750.00	4,500.00	
33100000-1	36.18	Pensă Schultz (autor)	Șurubelniță canulată hexagonală D 3,5mm	Bucată	2	300.00	360.00	600.00	720.00	
33100000-1	36.19	Pensă Schultz (autor)	Șurubelniță canulată hexagonală D 4,5 mm	Bucată	4	300.00	360.00	1,200.00	1,440.00	
33100000-1	36.20	Pensă Schultz (autor)	Șurubelniță canulată hexagonală D6.5 mm	Bucată	2	300.00	360.00	600.00	720.00	
Total Lotul 36								175,900.00	211,080.00	

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare
33100000-1	37.1	Implanturi traumatologice	Semiinele Ilizarov 150 mm	Bucată	200	175.00	210.00	35,000.00	42,000.00	pe parcursul anului 2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1	37.2	Implanturi traumatologice	Semiinele Ilizarov 160 mm	Bucată	200	175.00	210.00	35,000.00	42,000.00	
33100000-1	37.3	Implanturi traumatologice	Semiinele Ilizarov 180 mm	Bucată	100	175.00	210.00	17,500.00	21,000.00	
33100000-1	37.4	Implanturi traumatologice	Arc femural italian 90 de grade 180mm	Bucată	10	295.00	354.00	2,950.00	3,540.00	
33100000-1	37.5	Implanturi traumatologice	Arc femural italian 120 de grade 180mm	Bucată	10	295.00	354.00	2,950.00	3,540.00	
33100000-1	37.6	Implanturi traumatologice	Arc femural italian 120 de grade 200mm	Bucată	10	295.00	354.00	2,950.00	3,540.00	
33100000-1	37.7	Implanturi traumatologice	Tije telescopice 100 mm	Bucată	50	152.00	182.40	7,600.00	9,120.00	
33100000-1	37.8	Implanturi traumatologice	Tije telescopice 150 mm	Bucată	50	152.00	182.40	7,600.00	9,120.00	
33100000-1	37.9	Implanturi traumatologice	Pivot feminin cu 1 gaura	Bucată	20	50.00	60.00	1,000.00	1,200.00	
33100000-1	37.10	Implanturi traumatologice	Pivot feminin cu 2 gauri	Bucată	20	55.00	66.00	1,100.00	1,320.00	
33100000-1	37.11	Implanturi traumatologice	Pivot feminin cu 3 gauri	Bucată	20	59.00	70.80	1,180.00	1,416.00	
33100000-1	37.12	Implanturi traumatologice	Pivot feminin cu 4 gauri	Bucată	20	55.00	66.00	1,100.00	1,320.00	
33100000-1	37.13	Implanturi traumatologice	Placă curbă cu 4 găuri	Bucată	8	59.00	70.80	472.00	566.40	
33100000-1	37.14	Implanturi traumatologice	Placă curbă cu 5 găuri	Bucată	8	66.00	79.20	528.00	633.60	
33100000-1	37.15	Implanturi traumatologice	Placă de conexiune cu capăt filetat cu 5 găuri	Bucată	6	416.00	499.20	2,496.00	2,995.20	
33100000-1	37.16	Implanturi traumatologice	Placă de conexiune cu capăt filetat cu 7 găuri	Bucată	8	580.00	696.00	4,640.00	5,568.00	
33100000-1	37.17	Implanturi traumatologice	Șurub de fixare a broșei cresate	Bucată	600	32.00	38.40	19,200.00	23,040.00	
33100000-1	37.18	Implanturi traumatologice	Șurub de fixare a broșei canulat	Bucată	200	32.00	38.40	6,400.00	7,680.00	
33100000-1	37.19	Implanturi traumatologice	Șurub de conexiune 16 mm	Bucată	200	16.00	19.20	3,200.00	3,840.00	
33100000-1	37.20	Implanturi traumatologice	Șurub de conexiune 20 mm	Bucată	200	20.00	24.00	4,000.00	4,800.00	
33100000-1	37.21	Implanturi traumatologice	Șurub de conexiune 30 mm	Bucată	50	20.00	24.00	1,000.00	1,200.00	
33100000-1	37.22	Implanturi traumatologice	Piuliță	Bucată	500	9.00	10.80	4,500.00	5,400.00	
33100000-1	37.23	Implanturi traumatologice	Tije filetate autotarodante, diametru 5 mm cu filet bilateral L- 150 mm	Bucată	30	180.00	180.00	5,400.00	5,400.00	
33100000-1	37.24	Implanturi traumatologice	Tije filetate autotarodante, diametru 6 mm cu filet bilateral L- 150 mm	Bucată	150	180.00	180.00	27,000.00	27,000.00	
33100000-1	37.25	Implanturi traumatologice	Tije filetate autotarodante, diametru 6 mm cu filet bilateral L- 180 mm	Bucată	50	180.00	180.00	9,000.00	9,000.00	
33100000-1	37.26	Implanturi traumatologice	Tije filetate autotarodante, diametru 7 mm cu filet bilateral L- 150 mm	Bucată	20	180.00	180.00	3,600.00	3,600.00	

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare
33100000-1	37.27	Implanturi traumatologice	Tije filetate autotarodante, diametru 7 mm cu filet bilateral L- 180 mm	Bucată	20	180.00	180.00	3,600.00	3,600.00	pe parcursul anului 2023 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.
33100000-1	37.28	Implanturi traumatologice	Cheie pentru tije filetate cu diametru de 5 mm	Bucată	1	350.00	420.00	350.00	420.00	
33100000-1	37.29	Implanturi traumatologice	Cheie pentru tije filetate cu diametru de 6 mm	Bucată	2	350.00	420.00	700.00	840.00	
33100000-1	37.30	Implanturi traumatologice	Cheie pentru tije filetate cu diametru de 7 mm	Bucată	1	350.00	420.00	350.00	420.00	
33100000-1	37.31	Implanturi traumatologice	Wrenchoqube cu o gaură	Bucată	10	50.00	60.00	500.00	600.00	
33100000-1	37.32	Implanturi traumatologice	Wrenchoqube cu 2 gauri	Bucată	10	55.00	66.00	550.00	660.00	
33100000-1	37.33	Implanturi traumatologice	Wrenchoqube cu 3 gauri	Bucată	10	60.00	72.00	600.00	720.00	
33100000-1	37.34	Implanturi traumatologice	Wrenchoqube cu 4 gauri	Bucată	10	66.00	79.20	660.00	792.00	
33100000-1	37.35	Implanturi traumatologice	Priză filetată 160 mm diametrul 6 mm	Bucată	200	35.00	42.00	7,000.00	8,400.00	
33100000-1	37.36	Implanturi traumatologice	Priză filetată 200 mm diametrul 6 mm	Bucată	200	35.00	42.00	7,000.00	8,400.00	
33100000-1	37.37	Implanturi traumatologice	Priză filetată 260 mm diametrul 6 mm	Bucată	150	35.00	42.00	5,250.00	6,300.00	
33100000-1	37.38	Implanturi traumatologice	Tensor broșe aparat Ilizarov	Bucată	10	4740.00	5688.00	47,400.00	56,880.00	
	Total Lotul 37							281,326.00	327,871.20	

TOTAL:	457,226.00	538,951.20
---------------	-------------------	-------------------

Semnătură autorizată. Numele, Prenumele: **Iarovoi Petru** În calitate de: **Director**
Ofertantul: **FPC SOGNO SRL** Adresa: **MD2028 m.Chisinau, str.Academiei nr.2**