

## Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție nr. <b>21170683 din 13.02.2024</b>						
Obiectul achiziției: <b>Achiziționarea Dezinfectanților, pentru anul 2024</b> <b>IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Mosneaga”</b>						
Denumirea bunurilor/serviciilor lor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Nr de înregistrare la AMDM/înregistrarea la ANSP
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lot 1. Soluție pentru sterilizarea chimică a instrumentelor și endoscoapelor, ambalaj pînă la 6 kg</b>	<b>Chirosan plus</b>	<b>Czech republic</b>	<b>Schulke</b>	Soluție pentru sterilizarea chimică a instrumentelor și endoscoapelor. Acțiunea dezinfectantului: Bactericid EN 13727 și EN 14561 condiții de curățenie; Fungicid și levuricid conform EN 13624 și EN14562 condiții de curățenie; Micobactericid EN 14348 , EN 14563 (condiții de curățenie); Tuberculocid conform EN 14348, EN 14563 condiții de curățenie; Virucid complet conform EN 14476 și EN 17111 condiții de curățenie; Sporicid conform EN 17126 condiții de curățenie. Certificări: Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît laboratorul producătorului; - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. - Fisa tehnică de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an . Cerințe tehnice: - substanță activă: acid peracetic , pH neutru în diluție; - pînă la 6 kg. Expoziție 15 min. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului.	Soluție pentru sterilizarea chimică a instrumentelor și endoscoapelor. Acțiunea dezinfectantului: Bactericid EN 13727 și EN 14561 condiții de curățenie; Fungicid și levuricid conform EN 13624 și EN14562 condiții de curățenie; Micobactericid EN 14348 , EN 14563 (condiții de curățenie); Tuberculocid conform EN 14348, EN 14563 condiții de curățenie; Virucid complet conform EN 14476 și EN 17111 condiții de curățenie; Sporicid conform EN 17126 condiții de curățenie. Certificări: Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît laboratorul producătorului; - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. - Fisa tehnică de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an . Cerințe tehnice: - substanță activă: acid peracetic , pH neutru în diluție; - pînă la 6 kg. Expoziție 15 min. concentrația soluției de lucru : 2%	Reg. ANSP nr.00319 din 27.12.2022; Reg. AMDM – DM000428378 din 31.01.23

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Gritaenco Andrei** În calitate de: directorOfertantul: **„GALCHIM & CO” SRL** Adresa: mun. Chișinău, str. A. Șciusev, 37