

Specificații tehnice (F4.1)

LicitațieDeschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1606912299706						Data: „24” Decembrie 2020	Alternativa nr.: _____	
Denumirea licitației:	"Consumabile de laborator (sistem inchis) pentru anul 2021"					Lot: _____	Pagina: __ din __	
Nr. Lot/ pozitie	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lotul nr.4 Consumabile , reagenti p-u analizatorul imunologic Getein 1100								
4.1	33100000-1	PCR test cantitativ compatibil cu analizatorul imunologic Getein	IF1003	CHINA	GETEIN BIOTECH	Teste pentru analizatorul imunologic Getein 1100 teste pentru determinarea cantitativa PCR in amalalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate in funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau in format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.	Teste pentru analizatorul imunologic Getein 1100 teste pentru determinarea cantitativa PCR in amalalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate in funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, in format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă este indicat codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.	Certificat CE; ISO
4.2	33100000-1	Cystatin C teste metoda imunofluorescentă compatibile cu analizatorul imunologic Getein.	IF1008	CHINA	GETEIN BIOTECH	Teste pentru determinarea cantitativa Cystatin C cu metoda imunofluorescentă in analizatorul imunologic Getein. Amalalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate in funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau in format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.	Teste pentru determinarea cantitativa Cystatin C cu metoda imunofluorescentă in analizatorul imunologic Getein. Amalalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate in funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, in format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă este indicat codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.	Certificat CE; ISO
4.3	33100000-1	H-FABP teste metoda imunofluorescentă compatibile cu analizatorul imunologic Getein.	IF1014	CHINA	GETEIN BIOTECH	Teste pentru determinarea H-FABPin analizatorul imunologic Getein. Amalalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau in format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.	Teste pentru determinarea H-FABPin analizatorul imunologic Getein. Amalalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, in format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă este indicat codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.	Certificat CE; ISO

9.1	33000000-0	Set pentru determinarea fibrinogen	A0511-020	GERMANIA	TECO	Set pentru determinarea fibrinogen (plazma fara delutia leniritatea 0,9 - 10 g/l, fl. 8-10 ml)*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.	Set pentru determinarea fibrinogen (plazma fara delutia leniritatea 0,9 - 10 g/l, fl. 8-10 ml)*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă este indicat codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.	Certificat CE; ISO
9.2	33000000-0	Calibrator pentru fibrinogen 5 nivele fl 0,5- 1,0 ml.	P8001-010	GERMANIA	TECO	Calibrator pentru fibrinogen 5 nivele fl 0,5- 1,0 ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.	Calibrator pentru fibrinogen 5 nivele fl 0,5- 1,0 ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă este indicat codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.	Certificat CE; ISO

Semnat:_____ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A.Corobceanu 7A. ap.9