

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:		ocds-b3wdp1-MD-1630938858544				Data: „13” septembrie 2021		Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației:		Lampa bactericidă mobilă IMSP Spitalul Clinic Al Ministerului Sănătății, Muncii Și Protecției Sociale				Lot: 1		Pagina: _1_ din _1_
Cod CPV	N/no	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33600000-6	1	Lampă bactericidă mobilă cu 3 lămpi TUV-30W, frecvența – 50 Hț, durata medie de ardere 8000-10000 ore	ОБПе-225М	Ucraina	Zavet	TUV-30W, frecvența – 50 Hț, durata medie de ardere 8000-10000 ore; lungimea de undă 253,7 nanometri; Diametrul lămpii 28 mm; lungimea lămpii 908,8 mm. Standard CE; Data producerii și orele de lucru indicate pe lampa bactericidă	TUV-30W, frecvența – 50 Hț, durata medie de ardere 9000 ore; lungimea de undă 253,7 nanometri; Diametrul lămpii 28 mm; lungimea lămpii 908,8 mm. Data producerii și orele de lucru indicate pe lampa bactericidă	conform specificației tehnice

Semnat: _____

Numele, Prenumele Jighili Tatiana

În calitate de: administrator

Ofertantul: _____ SRL Triumf-Motiv _____ Adresa: _____ str. Grenoble 193 of 1301

