

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: Achizitii.md ID 21373980, ocds-b3wdp1-MD-1740998786944 din 5 mart 2025

Obiectul de achiziției: Servicii de mentenanța a dispozitivelor medicale pentru anul 2025

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Analizator bacteriologic automat Vitec-2	VITEK® 2 COMPACT	SUA	bioMérieux Inc.	o data la 2 luni /la solicitare	1. Mentenanța preventivă. Conform recomandărilor producătorului (se anexează). Include kitul de revizie. 2. Mentenanța corectivă. Intervenții nelimitate în caz de defecțiuni accidentale (include deplasare, manoperă)/ la solicitare	Conform recomandarilor producatorului

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Bondarciuc Roman În calitate de: director

Ofertantul: SRL "Mediclim AM" Adresa: Chisinau, str. Vasile Alecsandri 141 et 1