

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1782477539212 din „07” iulie 2026						
Denumirea procedurii de achiziție: Lame de laborator destinate secției morfopatologie						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 4 Lamele histologice de acoperire	TYI2450A Lamele histologice de acoperire	China	NTL Co., Ltd	Lamele histologice de acoperire 50x24 mm- foarte transparent si achromatic practic fara culoare, deformare; omogenitate optica ridicata practic fara incluziuni , dungi, bule etc; transmisie spectrala inalta; planaritate buna; stabilitate chimica foarte buna, indicele de refractie ajustat pentru microscopae; fabricate din sticla borosilicata; destinate pentru aparate de acoperire automatizata; dimensiunile 50x24 mm/0,13-0,17 mm(#1,5), dispuse in cosuri a cite maxim 500 bucati/cos, preambalate si sigilate de la producatorCompatibile cu Thermo Scientific Gemini As si Thermo Scientific ClearVue, (50 lame ca monstre pentru analiza ofertei).	Lamele histologice de acoperire 50x24 mm- foarte transparent si achromatic practic fara culoare, deformare; omogenitate optica ridicata practic fara incluziuni , dungi, bule etc; transmisie spectrala inalta; planaritate buna; stabilitate chimica foarte buna, indicele de refractie ajustat pentru microscopae; fabricate din sticla borosilicata; destinate pentru aparate de acoperire automatizata; dimensiunile 50x24 mm/0,13-0,17 mm.	CE, ISO Numărul de înregistrare AMDM DM000381208

Semnat: Numele, Prenumele: **Andrei Ionașcu** În calitate de: **Administrator**
Ofertantul: „**LifeMed Group**” SRL Adresa: **MD-3733, mun.Chișinău, com.Trușeni, str.Răzeșilor, 9**