

Sistem videoendoscopic pentru videogastroscoapie	Sistem videoendoscopic pentru videogastroscoapie Descriere Sistem video pentru investigarea și tratamentului căilor gastrice Parametrul Specificația Videoprocesor Intrări cameră ≥1 Imaginea HDTV / HD / FullHD sau lata tehnologie mai avansata ≥1920x1080 pixeli Caracteristici Ajustare nuanță da Iluminare auto Balans de alb auto Videocompensare da Ajustarea culorilor da Înșhetarea imaginii da Iris automat da Reducerea zgomotului imaginii da Zoom Electronic da Suporta tehnologie cromoscopie digitală sau analogica in 3 nivele/ Tehnologia de banda ingusta de culoare, care are rolul de a evidentia capilarele si structurile de pe suprafata mucoasei, pentru o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei minim in 3 nivele da Protocol de amplificarea adaugator pentru fiecare regim de cromoscopie digitala sau analogica. da Inclus posibilitatea de transfer a imaginilor direct pe USB sau HDD Extern da Inclus posibilitatea de inregistrare video direct pe USB sau HDD Extern/ Alt sistem de inregistrare video de inalta rezolutie cu transmitere la Nodbook, in acest caz să fie inclus Nodbook cu parametri recomandați de producător. da Programa/soft de achizitie si transmitere a imaginilor pe calculator da Inscrierea pacientilor in baza interna da Programarea protocolului pentru fiecare utilizator da Afisarae datelor video endoscopului atasate la procesor la necesitatea utilizatorului. da Control Tastatura Alfa numerica da Ecran tactil cu meniu minim in limba rusa da Dimensiunile pentru ecran tactil ≥ 5 inch Ieșiri Video semnal live/real Analogic VGA / RBG / Y/C / alte da Digital (DVI / HD-SDI / 12G-SDI / alte) ≥ 1 Rezolutia de iesire ≥ 1080i Iesire date si control RJ45 ≥1 RS-232C sau analogic ≥1 Compatibil cu video endoscoape Video gastroscop da Video Colonoscop da Video Duodenoscop da Video Bronhoscop da de clasa joasa si inalta da prezentarea listei cu care video endoscoape este compatibil - obligatoriu	Da Da Da, 1 Da, 1920x1080 Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da, NBI Da Da, prin notebook Da Da Da Da Da Da, 7" Da, Y/C, VGA Da, 12G, HD-SDI Da, 4K Da, 1 Da, D-Link Da Da Da Da Da, 180, Exera III
--	--	---

Anexa nr. 1 la Specificații Tehnice

	Pompa aer/apa Control Direct de pe procesor Integrata in videoprocessor minim 4 nivele volumul vasului pentru apă minim 200 ml Sursa de lumină Tip integrată Tip lampă Xenon/Led Timp de viață lampă ≥ 500 h Putere lampă ≥ 300W pentru lampa Xenon, pentru lampa LED echivalentul la ≥ 300W Contor lampă in nivele/ intensitate da Mod standby da Lampa de rezervă integrata in video procesor da, (doar in cazul lampii Xenon) Periferice disponibile Display medical Nu mai mica de 24 inch Nu mai mare de 26 inch Rezolutia minima ≥ 1080i Sistem de furnizare a aerului/apei minim 4 nivele volumul vasului pentru apă minim 200 ml Sistem de aspirație endoscopic Să se indice modelul oferit modelul Tip Separat de procesor Volumul rezervorului ≥ 2 litri Vid da Dirijarea nivelului de aspirare în trepte Puterea de aspiratie minim 60 L/min Control Prin buton Prin pedala Troleu Să se indice modelul oferit modelul Polițe reglabile la înălțime minim 4 unit Transformator electric integrat da Numarul de prize integrate in troleu minim 5 Suport pentru 2 video endoscope da reglabil pe inaltime Sertar pliant pentru tastiera da Miner pentru controlul in timpul deplasarii da Roti Pentru pozitionarea si deplsaarea troleului minim 4 buc Frine minim 2 Accesorii Piesă bucală minm 2 unit. Tester automat (sa se indice modelul oferit) 1 unit. Vas de rezervă pentru aspirator ≥ 2l minim 1 unit	Da Da, 4 nivele Daa, 250ml Da, integrate Da, LED Da, >10000 h Da, echivalent 300W Da Da Nu-i cazul Da, MD-2702 Da, Da, Full HD Da, 4 nivele Da, 250ml New Hospivac 350 Da Da, 2L Da Da Da, 60L/min Da Da Da, TC-C3 Da, 4 Da Da, 12 Da, 2 Da Da Da Da, 4 Da, 4 Da, 2 buc Da, MB-155 Da, 2L
--	---	--

	Filtre pentru aspirator 5 unit. Monitor medical (sa se indice modelul oferit) 1 unit. Videogastroscoap cu marire tip optic Cantitatea 1 unit Să se indice modelul oferit modelul Compatibilitatea cu Tehnologia de cromoscopie digitala sau analogica in minim 3 nivele /cu Tehnologia de banda ingusta de culoare, care are rolul de a evidentia capilarele si structurile de pe suprafata mucoasei, pentru o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei da Compatibil cu video procesorul de mai sus da Tip Rezolutie inalta HD Tehnologie de marire zoom optic ≥ 100x Tubul de inserție Lungime totală ≥ 1300 mm Lungime de lucru ≥ 1000 mm Diametrul exterior ≤ 10 mm Marcaj de lungime da Canal de lucru Numărul de canale ≥1 Diametrul nu mai mic de 2,8 mm Canal adaugator pentru jetul de apa da Optica Unghiul câmpului vizual ≥ 140 grade Înclinația câmpului vizual 0 grade Adâncimea câmpului vizual in regim normal 5-100 mm Tipul și unghiurile de deflecție Sus/jos ≥210/90 grade Stînga/dreapta ≥100/100 grade Spălarea obiectivului da Metode de sterilizare Chimic Etilen oxid opțional Posibilitatea de a se efectua multiple proceduri de sterilizare Compatibil cu masina automata de dezinfectare Programarea butoanelor da Accesori Pensa pu biopsie de mutipla folosinta compatibil cu canalul de de lucru a videogastroscoapului cu lungimea maxima de 1600 mm Minim 4 unitati Ace pentru injectare endoscopica de unica folosinta Set minim 10 bucati Garantia minim 24 luni	Da, 5 buc Da, MD2027 Da GIF-EX1500 Da, NBI, 5 nivele Da, NBI Da Da Da Da, 100x Da, 1350 Da, 1050 Da, 9.9 Da Da, 1 Da, 2.8 Da Da, 140 Da, 0 Da, 3-100 Da, 210/90 Da, 100/100 Da Da Da Da Da Da Da, 4Buc Da, 10 buc Da
--	--	---