

Specificatii tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1579162599110	Data: 27 ian 2020, 13:00 - 7 febr 2020, 13:00	Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației:	Accesorii, Consumabile și Piese de schimb necesare pentru efectuarea mentenanței preventive și corective a dispozitivelor medicale	Lot: 2-62	Pagina: 1 din 2

Nr. Lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolul ui	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stand arde de referin ță
	1	2	3	4	5	6	7	8
2	33192400-6	Bisturiu electric monopolar (reutilizabil)	30554	Italia	Gima	Întrerupător de picior dublu compatibil cu electrocoagulator Doctanz 300+	Conform broșurii anexate	CE/ISO
3	33192400-6	Electrod pasiv din silicon reutilizabil cu cablu 2,5m, adult	30573+30575	Italia	Gima	Bisturiu electric monopolar (reutilizabil), minim 100 de cicluri de sterilizare, compatibil cu electrocoagulator Doctanz 300+	Conform broșurii anexate	CE/ISO
4	33192400-6	Bisturiu electric monopolar (reutilizabil)	30554	Italia	Gima	Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult , compatibil cu electrocoagulator Doctanz 300+	Conform broșurii anexate	CE/ISO
7	33192400-6	Bisturiu electric monopolar (reutilizabil)	30554	Italia	Gima	Bisturiu electric monopolar (reutilizabil), minim 100 de cicluri de sterilizare, compatibil cu electrocoagulator Diatermo MB-202 Gima	Conform broșurii anexate	CE/ISO
8	33192400-6	Electrod pasiv din silicon reutilizabil cu cablu 2,5m , adult	30573+30575	Italia	Gima	Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult , compatibil cu electrocoagulator Diatermo MB-202 Gima	Conform broșurii anexate	CE/ISO
9	33192400-6	Bisturiu electric monopolar (reutilizabil)	30554	Italia	Gima	Bisturiu electric monopolar (reutilizabil), minim 100 de cicluri de sterilizare, compatibil cu electrocoagulator ЭХВ4-300-01	Conform broșurii anexate	CE/ISO
10	33192400-6	Electrod pasiv din silicon reutilizabil cu cablu 2,5m, adult	30573+30575	Italia	Gima	Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult , compatibil cu electrocoagulator ЭХВ4-300-01	Conform broșurii anexate	CE/ISO
11	33192400-6	Cablu interconectare ECG + electrozi ECG	EC005AI	China	GreatMade	Cablu ECG pacient cu 10 fire: 4 electrozi tip clește pentru membre, 6 electrozi precordiali tip ventuză, compatibil cu MAC-600, GE	Conform broșurii anexate	CE/ISO
12	33192400-6	Cablu interconectare ECG + electrozi ECG	EC010A	China	GreatMade	Cablu ECG pacient cu 10 fire: 4 electrozi tip clește pentru membre, 6 electrozi precordiali tip ventuză, compatibil cu EPG 6, Progetti	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33	33192400-6	Sensor O2	OOM202	Germania	Envitec	Celulă chimică care permite calcularea concentrației O2, de tip cilindric, compatibil cu Monnal T75, data de producere a senzorului în momentul livrării nu mai vechi de 3 luni.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
41	33192400-6	Sensor SpO2 reutilizabil adult de tip clește	AF052	China	GreatMade	Senzor SpO2, reutilizabil adult, compatibil cu monitoarele Nihon Kohden BSM-6701K	Conform broșurii anexate	CE/ISO
42	33192400-6	Manjetă cu conector, adult	CF004A	China	GreatMade	Manjetă cu 1 tub și conector din plastic, large adult 25-35(cm)compatibil cu monitoarele Nihon Kohden	Conform broșurii anexate	CE/ISO
43	33192400-6	Manjetă cu conector, large adult	CF004LA	China	GreatMade	Manjetă cu 1 tub și conector din plastic, large adult 33-47(cm)compatibil cu monitoarele Nihon Kohden	Conform broșurii anexate	CE/ISO

44	33192400-6	Sensor de flux (set/5buc)	SpiroQuant A+	Germania	Envitec	Senzor de flux reutilizabil, cu ajutorul căruia se calculează fluxul de aer expirat din plastic rezistent la temperatura de sterilizare 134 gr. , compatibil cu Drager "Fabius Plus XL"	Conform broșurii anexate	CE/ISO
46	33192400-6	O2-Sensor	OOM201	Germania	Envitec	Celulă chimică care permite calcularea concentrației O2, de tip cilindric, compatibil cu Ap-t de anestezie Drager Fabius Plus XL, data de producere a senzorului în momentul livrării nu mai vechi de 3 luni.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
47	33192400-6	Manjetă cu conector, pediatric	CF002A	China	GreatMade	Manjetă cu 1 tub și conector, pediatric 14-20(cm) compatibil cu monitoarele de pacient iM8	Conform broșurii anexate	CE/ISO
49	33192400-6	Electrozi ECG pediatriei de unică folosință	SX30	Spania	Telic	Electrozi ECG pediatriei de unică folosință	Conform broșurii anexate	CE/ISO
52	33192400-6	Spring tip I	MUT00429	Japonia	Olympus	Spring tip I compatibil cu Mașina de spălat endoscoape ETD-4	Spring tip I compatibil cu Mașina de spălat endoscoape ETD-4	CE/ISO
53	33192400-6	Spring tip II	MUT00430	Japonia	Olympus	Spring tip II compatibil cu Mașina de spălat endoscoape ETD-4	Spring tip II compatibil cu Mașina de spălat endoscoape ETD-4	CE/ISO
54	33192400-6	Adaptor tip I	MUT00490	Japonia	Olympus	Adaptor tip I compatibil cu Mașina de spălat endoscoape ETD-4	Adaptor tip I compatibil cu Mașina de spălat endoscoape ETD-4	CE/ISO
55	33192400-6	Adaptor tip II	MUT00491	Japonia	Olympus	Adaptor tip II compatibil cu Mașina de spălat endoscoape ETD-4	Adaptor tip II compatibil cu Mașina de spălat endoscoape ETD-4	CE/ISO
56	33192400-6	Senzor de nivel	B1/10, sensor nivel	Japonia	Olympus	Senzor de nivel compatibil cu Mașina de spălat endoscoape ETD-4	Senzor de nivel compatibil cu Mașina de spălat endoscoape ETD-4	CE/ISO
57	33192400-6	Flowmeter de soluție	M6408502 Flow meter soluție	Japonia	Olympus	Flowmeter de soluție compatibil cu Mașina de spălat endoscoape ETD-4	Flowmeter de soluție compatibil cu Mașina de spălat endoscoape ETD-4	CE/ISO
58	33192400-6	Flowmeter de apă	M9557182 Flowmeter de apă	Japonia	Olympus	Flowmeter de apă compatibil cu Mașina de spălat endoscoape ETD-4	Flowmeter de apă compatibil cu Mașina de spălat endoscoape ETD-4	CE/ISO
59	33192400-6	Pompă de soluție	M5417337 Pompa solutie	Japonia	Olympus	Pompă de soluție compatibil cu Mașina de spălat endoscoape ETD-4	Pompă de soluție compatibil cu Mașina de spălat endoscoape ETD-4	CE/ISO
60	33192400-6	Lampă UV p/u ETD4	K36L	Japonia	Olympus	Lampă UV compatibilă cu Mașina de spălat endoscoape ETD-4	Lampă UV compatibilă cu Mașina de spălat endoscoape ETD-4	CE/ISO
61	33192400-6	Lampă UV p/u miniETD2	K14L	Japonia	Olympus	Lampă UV compatibilă cu Mașina de spălat endoscoape miniETD2	Lampă UV compatibilă cu Mașina de spălat endoscoape miniETD2	CE/ISO
62	33192400-6	O-Ring conector LT	O-Ring conector LT	Japonia	Olympus	O-Ring conector LT, compatibil Mașina de spălat endoscoape ETD-4	O-Ring conector LT, compatibil Mașina de spălat endoscoape ETD-4	CE/ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director general**
Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Melestiu 20**