

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: <b>ocds-b3wdp1-MD-1738565298955</b> din <b>13/02/2025</b>						
Obiectul achiziției: <b>Servicii de deservire a utilajului radiologic (repetat)</b>						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lotul nr. 3</b>						
<b>Lot 7. Dispozitiv radiografic mobil XFM, Italray</b>	<b>XFM</b>	<b>Italia</b>	<b>ITALRAY</b>	<p><b>Cerințe generale</b></p> <p>1. Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui: Da</p> <p>2. Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documtele ulterioare specifice lucrării: Da</p> <p>3. Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii: Da</p> <p>4. La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, șef secție, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport de calibrare și testare a parametrilor, în care se va indica parametrii testați și concluzia specialistului cu privire la starea dispozitivului. Actul de predare-primire a serviciilor va fi întocmit astfel ca să fie indicat clar: Producătorul dispozitivului, modelul dispozitivului, numărul de serie a dispozitivului radiologic: Da</p> <p>5. Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua lunar cu întocmirea unui grafic de deservire preventiv, sau la cerința beneficiarului: Da</p> <p>6. Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua și pentru toate dispozitivele conexe și accesoriile atribuite dispozitivelor radiologice (stație de lucru, stație de arhivare, printere etc.): Da</p>	<p><b>Cerințe generale</b></p> <p>1. Da, Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui;</p> <p>2. Da, Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documtele ulterioare specifice lucrării;</p> <p>3. Da, Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii;</p> <p>4. Da, La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, șef secție, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport de calibrare și testare a parametrilor, în care se va indica parametrii testați și concluzia specialistului cu privire la starea dispozitivului. Actul de predare-primire a serviciilor va fi întocmit astfel ca să fie indicat clar: Producătorul dispozitivului, modelul dispozitivului, numărul de serie a dispozitivului radiologic;</p> <p>5. Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua lunar cu întocmirea unui grafic de deservire preventiv, sau la cerința beneficiarului;</p> <p>6. Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua și pentru toate dispozitivele conexe și accesoriile atribuite dispozitivelor radiologice (stație de lucru, stație de arhivare, printere etc.).</p>	<b>CE, ISO, Autoriz. Radiologică Certificat de instruire</b>
<b>TOTAL</b>						

Semnat:

Numele, Prenumele: Lungu Ion

În calitate de : Administrator

Ofertantul: Health Medical Solutions SRL

Adresa: str. Grenoble 128, of. 011

