ANEXA nr.2
Graficul efectuarii lucrărilor

Specificația tehnică: Mentenanța Periodică a Autoclavului Plusteam 6, TBT

Plan de mentenanta (MP) 2025

Dispozitivul	Locația	Periodicitatea Trimestrial	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie
Autoclavul TBT, Plusteam 6	SCM Arhanghel	**4**												

Serviciile de Mentenanță Periodică includ:

1. Mentenanța compresor aer;
2. Curățarea vacuum a dispozitivului de praf, murdărie;
3. Calibrare ușilor pneumatice;
4. Ajustarea troleului cu rafturi;
5. Testarea modulelor si pneumaticii, valvelor;
6. Verificarea cablurilor de tensiune înaltă;
7. Testarea scurgerilor;
8. Verificarea senzorilor de nivel;
9. Verificarea si înlocuirea valvelor de siguranță in caz de necesitate;
10. Verificarea pompei de vacuum;
11. Verificarea pompei de apa;
12. Verificarea etanșării conductelor de interconexiune;
13. Lubrifierea părților mecanice si a mecanismelor de menținere a ușilor;
14. Testarea funcționalității;
15. Depistarea defecțiunilor/pieselor defecte pentru procurare.

Digitally signed by Lungu Ion
Date: 2025.03.03 17:05:35 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

ION LUNGU L.Ş.

Numele Prenumele administratorului *Semnătura*