

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

Numărul licitației:	LP nr. 21524486 din 16 decembrie 2025	Data: „05” ianuarie 2026	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:	Achiziționarea Reagenți pentru PCR și Controalelor Externe de Calitate conform necesităților IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală pentru anul 2026		Pagina: 1 din 1

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare	valoarea estimativă
1		2		3	4	5	6	7	8	9	
33696500-0	5	Control extern de calitate pentru investigațiile de Biologie Moleculară hepatite virale cantitativ	Control extern de calitate pentru investigațiile Biologie Moleculară ADN HBV cantitativ	kit	1	14,185.00	15,319.80	14,185.00	15,319.80	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.12 din anunțul de participare: în termen de 20 zile de la comanda pe parcursul anului 2026	11,000.00
33696500-0	6	Control extern de calitate pentru investigațiile de Biologie Moleculară hepatite virale cantitativ	Control extern de calitate pentru investigațiile Biologie Moleculară ADN HCV cantitativ	kit	1	14,185.00	15,319.80	14,185.00	15,319.80	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.12 din anunțul de participare: în termen de 20 zile de la comanda pe parcursul anului 2026	11,000.00
33696500-0	7	Control extern de calitate pentru investigațiile de Biologie Moleculară hepatite virale cantitativ	Control extern de calitate pentru investigațiile Biologie Moleculară ADN HDV cantitativ	kit	1	14,185.00	15,319.80	14,185.00	15,319.80	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.12 din anunțul de participare: în termen de 20 zile de la comanda pe parcursul anului 2026	11,000.00
SUMA TOTALĂ								42,555.00	45,959.40		

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Gabriela Anghel**

În calitate de: **Directoare administrativă**

Ofertantul: **Medist Grup SRL**

Adresa: **mun. Chișinău, str. B. Bodoni, 25 of. 33**

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție		LP nr. 21524486 din 16 decembrie 2025					Alternativa nr.:		
Denumirea procedurii de achiziție:		Achiziționarea Reagenți pentru PCR și Controalelor Externe de Calitate conform necesităților IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală pentru anul 2026					Pagina:1 din 1		
Nr. Lot	Denumire Lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Control extern de calitate pentru investigațiile de Biologie Moleculară hepatite virale cantitativ	33696500-0	Control extern de calitate pentru investigațiile Biologie Moleculară ADN HBV cantitativ	QAV994110_1	Irlanda	Randox	1.Certificat de acreditare a producătorului ISO 17043 2.Asigurarea cu control extern o dată pe an. 3.Respectarea cerințelor de transportare a controlului (GTP), cu prezentarea dovezilor. 4.Termenul de livrare și termenul de valabilitate să se încadreze în perioada testărilor. 5.Analiti testati: - ADN HBV cantitativ 6. Livrarea rapoartelor de participare nu mai târziu de 14 zile. 7. Controlul să asigure nu mai puțin de 2 nivele patologice. 8. Compatibil cu echipamentele PCR din dotare (Rotor Gene Q, Quant Studio 5, Cobas 5800)	1.Certificat de acreditare a producătorului ISO 17043 - Vezi atașat 2. Asigurarea cu control extern o dată pe an. - Da 3. Respectarea cerințelor de transportare a controlului (GTP), cu prezentarea dovezilor - Da 4. Termenul de livrare și termenul de valabilitate să se încadreze în perioada testărilor - Da 5. Analiti testati: - ADN HBV cantitativ - Da, vezi IFU atașat. 6. Livrarea rapoartelor de participare nu mai târziu de 14 zile. - Da 7. Controlul să asigure nu mai puțin de 2 nivele patologice. - Da, vezi IFU atașat. 8. Compatibil cu echipamente PCR din dotare (Rotor Gene Q, Quant Studio 5) - Da, vezi IFU atașat.	ISO 17043
6	Control extern de calitate pentru investigațiile de Biologie Moleculară hepatite virale cantitativ	33696500-0	Control extern de calitate pentru investigațiile Biologie Moleculară ADN HCV cantitativ	QAV994112_1	Irlanda	Randox	1.Certificat de acreditare a producătorului ISO 17043 2.Asigurarea cu control extern o dată pe an. 3.Respectarea cerințelor de transportare a controlului (GTP), cu prezentarea dovezilor. 4.Termenul de livrare și termenul de valabilitate să se încadreze în perioada testărilor. 5.Analiti testati: - ADN HCV cantitativ 6. Livrarea rapoartelor de participare nu mai târziu de 14 zile. 7. Controlul să asigure nu mai puțin de 2 nivele patologice. 8. Compatibil cu echipamentele PCR din dotare (Rotor Gene Q, Quant Studio 5, Cobas 5800)	1. Certificat de acreditare a producătorului ISO 17043 - Vezi atașat 2. Asigurarea cu control extern o dată pe an. - Da 3. Respectarea cerințelor de transportare a controlului (GTP), cu prezentarea dovezilor - Da 4. Termenul de livrare și termenul de valabilitate să se încadreze în perioada testărilor - Da 5. Analiti testati: - ADN HCV cantitativ - Da, vezi IFU atașat. 6. Livrarea rapoartelor de participare nu mai târziu de 14 zile. - Da 7. Controlul să asigure nu mai puțin de 2 nivele patologice. - Da, vezi IFU atașat. 8. Compatibil cu echipamente PCR din dotare (Rotor Gene Q, Quant Studio 5) - Da, vezi IFU atașat.	ISO 17043

7	Control extern de calitate pentru investigațiile de Biologie Moleculara hepatite virale cantitativ	33696500-0	Control extern de calitate pentru investigațiile Biologie Moleculara ADN HDV cantitativ	QAV144170_1	Irlanda	Randox	1.Certificat de acreditare a producatorului ISO 17043 2.Asigurarea cu control extern o data pe an. 3.Respectarea cerintelor de transportare a controlului (GTP), cu prezentarea dovezilor. 4.Termenul de livrare si termenul de valabilitate sa se incadreze in perioada testarilor. 5.Analiti testati: - ADN HDV cantitativ 6. Livrarea rapoartelor de participare nu mai tirziu de 14 zile. 7. Controlul sa asigure nu mai putin de 2 nivele patologice. 8. Compatibil cu echipamentele PCR din dotare (Rotor Gene Q, Quant Studio 5, Cobas 5800)	1. Certificat de acreditare a producatorului ISO 17043 - Vezi atașat 2. Asigurarea cu control extern o data pe an. - Da 3. Respectarea cerintelor de transportare a controlului (GTP), cu prezentarea dovezilor - Da 4. Termenul de livrare si termenul de valabilitate sa se incadreze in perioada testarilor - Da 5. Analiti testati: - ADN HDV cantitativ - Da, vezi IFU atașat. 6. Livrarea rapoartelor de participare nu mai tirziu de 14 zile. - Da 7. Controlul sa asigure nu mai putin de 2 nivele patologice.- Da, vezi IFU atașat. 8. Compatibil cu echipamente PCR din dotare (Rotor Gene Q, Quant Studio 5) - Da, vezi IFU atașat.	ISO 17043
---	--	------------	---	-------------	---------	--------	---	--	-----------

Semnat:

Numele, Prenumele: **Gabriela Anghel**

În calitate de: **Directoare administrativă**

Ofertantul: **Medist Grup SRL**

Adresa: **mun. Chișinău, str. B. Bodoni, 25 of. 33**