

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1687325974397 / 21083007 din: 12.07.2023 conform SIARSAP Mtender
Obiectul achiziției: Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2023 (repetat 3)

Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii						
9	Balon pentru pre si postdilatare	MC-02-4020	China	Medoo	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Balon de tip RX compatibil cu ghid de 0.014 inch. Material balon - Fulcrum Plus, markeri din aur - 2; Presiunea nominala - 12 atm, presiune de explozie - 20 atm; Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: dimensiunile shaftului pentru diametre 2-3.75mm - proximal 1.9F, distal 2.4/2.6F; pentru diametrele 4.0-5.0 - proximal 1.9F, distal 3.0F, Diametre ale balonului 2.0-5.0mm din 0.5 in 0.5mm; lungimi disponibile 6, 9, 12, 15, 21, 27 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Balon de tip RX compatibil cu ghid de 0.014 inch. Material balon - Fulcrum Plus, markeri din aur - 2; Presiunea nominala - 12 atm, presiune de explozie - 20 atm; Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: dimensiunile shaftului pentru diametre 2-3.75mm - proximal 1.9F, distal 2.4/2.6F; pentru diametrele 4.0-5.0 - proximal 1.9F, distal 3.0F, Diametre ale balonului 2.0-5.0mm din 0.5 in 0.5mm; lungimi disponibile 6, 9, 12, 15, 21, 27 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	CE/ISO

32	Ocludere pentru DSA (Defect septal atrial)sublot occluder	FQFDQ-1 06 / FQFDQ-1 07 FQFDQ-1 08 / FQFDQ-1 09 FQFDQ-1 10 / FQFDQ-1 11 FQFDQ-1 12 / FQFDQ-1 13 FQFDQ-1 14 / FQFDQ-1 15 FQFDQ-1 16 / FQFDQ-1 17 FQFDQ-1 18 / FQFDQ-1 19 FQFDQ-1 20 / FQFDQ-1 22 FQFDQ-1 24 / FQFDQ-1 26 FQFDQ-1 28 / FQFDQ-1 30 FQFDQ-1 32 / FQFDQ-1 34 FQFDQ-1 36 / FQFDQ-1 38 FQFDQ-1 40 / FQFDQ-1 42 FQFDQ-1 44 / FQFDQ-1 46 FQFDQ-1 48 / FQFDQ-1 50 WTFQFDQ-1 06 / WTFQFDQ-1 07 WTFQFDQ-1 08 / WTFQFDQ-1 09 WTFQFDQ-1 10 / WTFQFDQ-1 11 WTFQFDQ-1 12 / WTFQFDQ-1 13 WTFQFDQ-1 14 / WTFQFDQ-1 15 WTFQFDQ-1 16 / WTFQFDQ-1 17 WTFQFDQ-1 18 / WTFQFDQ-1 19 WTFQFDQ-1 20 / WTFQFDQ-1 22 WTFQFDQ-1 24	China	Shanghai Shape Memory Alloy	Design asimetric cu doua discuri (disc mai mic pentru atriu sting), confectionat din plasa din nitinol intrețesut cu fir din poliester. Trombogenitate aproape zero. Posibilitatea de recuperare deplina si repositionare completa, pana la deploimentul dispozitivului. Diametre Disc atrial drept - de la 12 la 35 +/-1mm. Diametre disc atrial sting obligatorii: - de la 16 pana la 40+/-1mm.	Design asimetric cu doua discuri (disc mai mic pentru atriu sting), confectionat din plasa din nitinol intrețesut cu fir din poliester. Trombogenitate aproape zero. Posibilitatea de recuperare deplina si repositionare completa, pana la deploimentul dispozitivului. Diametre Disc atrial drept - de la 12 la 35 +/-1mm. Diametre disc atrial sting obligatorii: - de la 16 pana la 40+/-1mm.	CE/ISO
32	Ocludere pentru DSA (Defect septal atrial)sublot ghid	ODS-A-III-5F ODS-A-III -6F ODS-A-III-7F ODS-A-III-8F ODS-A-III-9F ODS-A-III-10F ODS-A-III-12F ODS-A-III-14F ODS-A-I-5F* ODS-A-I-6F* ODS-A-I-7F ODS-A-I-8F ODS-A-I-9F ODS-A-I-10F ODS-A-I-12F ODS-A-I-14F	China	Shanghai Shape Memory Alloy	Ghid ce conține un miez de metal inoxidabil, și acoperire PTFE, ce redă suport și pushabilitate sporită, fiind dedicat intervențiilor de radiologie intervențională cardiacă. Vârf atraumatic “J-tip”, torcabilitate sporită. Proprietăți antitrombotice ale stratului extern.	Ghid ce conține un miez de metal inoxidabil, și acoperire PTFE, ce redă suport și pushabilitate sporită, fiind dedicat intervențiilor de radiologie intervențională cardiacă. Vârf atraumatic “J-tip”, torcabilitate sporită. Proprietăți antitrombotice ale stratului extern.	CE/ISO
32	Ocludere pentru DSA (Defect septal atrial)sublot teaca de livrare	ASD-6F ASD-7F ASD-8F ASD-9F ASD-10F ASD-12F ASD-14F	China	Shanghai Shape Memory Alloy	1.Teaca de livrare, acoperită cu material ce să reducă fricțiunea, să conțină un strat de spirală metalică pentru rezistentă, și radioopacitate, conector proximal “feminin” pentru conectarea cu dilatatorul sau cu încărcătorul. Unghiuri de 45 grade obligator; 2. Dilatator, confectionat din material cu coeficient de fricțiune scăzut, radioopac, compatibil cu ghid 0,035’’; 3. Încărcător; 4. Y-conector cu valvă hemostatică. Compatibilitate cu ocludere din sublot. Teaca de livrare: Lungimi obligatorii- 60 (+/-5cm), 80(+/-5cm), Diametre obligatorii: - 6,7,8,9,10,12 F	1.Teaca de livrare, acoperită cu material ce să reducă fricțiunea, să conțină un strat de spirală metalică pentru rezistentă, și radioopacitate, conector proximal “feminin” pentru conectarea cu dilatatorul sau cu încărcătorul. Unghiuri de 45 grade obligator; 2. Dilatator, confectionat din material cu coeficient de fricțiune scăzut, radioopac, compatibil cu ghid 0,035’’; 3. Încărcător; 4. Y-conector cu valvă hemostatică. Compatibilitate cu ocludere din sublot. Teaca de livrare: Lungimi obligatorii- 60 (+/-5cm), 80(+/-5cm), Diametre obligatorii: - 6,7,8,9,10,12 F	CE/ISO

53	Balon pentru artere carotide	MC-01			Balon Semicompliant RX recomandat pentru pre si post dilatare a leziunilor stenotice sau ocluzive Markeri Radioopaci: 2. Lungimi balon obligatorie: 20mm (+/- 2mm); Diametre disponibile balon: 4.0mm; 5.0mm; 6.0mm; 7.0mm. Compatibilitate ghid: 0,014" sau 0.018" . Lungime utila: între 140 si 150 cm. Compatibilitate introducător: 5 Fr. Presiune RBP: minim - 12 atm	Balon Semicompliant RX recomandat pentru pre si post dilatare a leziunilor stenotice sau ocluzive Markeri Radioopaci: 2. Lungimi balon obligatorie: 20mm (+/- 2mm); Diametre disponibile balon: 4.0mm; 5.0mm; 6.0mm; 7.0mm. Compatibilitate ghid: 0,014" sau 0.018" . Lungime utila: între 140 si 150 cm. Compatibilitate introducător: 5 Fr. Presiune RBP: minim - 12 atm	CE/ISO
----	------------------------------	-------	--	--	--	--	--------

Semnat:_____

Numele, Prenumele Jighili Tatiana

În calitate de: administrator

Ofertantul: SRL Triumf-Motiv

Adresa: str. Grenoble 193 of 1301