

Specificatii tehnice F. 4,1						
Nr. Lot	LP N ocds-b3wdp1-MD-1707314884435 (21167738) din 13,02,2024					
	Denumirea	Modelul articolului	Tara de origine	Producator	Descrierea propusa	Standarte de referinta
1	<b>Lotul 1</b> Drenaj steril pentru aspiratie active a plagilor postoperatorii cu balon de 400 ml	Wound Drainage sistem	Turcia	Plasti-Med	Drenaj steril pentru aspiratie active a plagilor postoperatorii cu balon de 400 ml, Valva antireflux, Dren cu troacar, Punga cu 3 spirale, Tuburi cu conector în Y, Clampa pentru tuburi, Clampa pentru fixare de cersaf, Ambalaj steril de unică folosință. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)	DM000656193
2	<b>Lotul 2</b> Set chirurgical standard steril	Standart Surgery Set	Turcia	Su Biyomedical	"Camp pentru masa de instrumente cu Zona reinforzata din SMS 150x190cm (+/-10cm) - 1 buc Camp pentru Masa Mayo cu reinforzare SMS 80x140 cm (+/- 10 cm) - 1 buc Servetel pentru absorbtie - sa nu lase scame - 30x35 cm (+/- 10 cm) - 2 buc Camp parte inferioara. 190 x 195 cm (+/-10cm) - 1 buc • Banda de pozitionare- pe toata suprafata zonei de incizie, impregnate in tesatura, latimea de > 5 cm; • Zona absorbanta - pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichide de min. 150 cm de H20/cm2 • Material SMS pe toata suprafata campului, cu rezistenta lichide > 50 cm H20/cm2 Camp parte superioarS. 150x270 cm (+/- 10 cm) - 1 buc • Banda de pozitionare- pe toata suprafata zonei de incizie, impregnate in tesatura, latimea de > 5 cm; • Zona absorbanta- pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichine de min 150 cm de H20/cm2 • Material SMMS pe toata suprafata campului, cu rezistenta lichide min. 150 cm H20/cm2 Banda de pozitionare 10*50 ( +/-5cm) - 1 buc *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	DM000656315
3	<b>Lotul 4</b> Bandaj elastic 15cm x 5 m	GT090-100	China	Ningbo Greetmed	1.Nesteril 2.lățime:15 cm ± 2cm (stare liberă) 3.lungime: 5 m (stare liberă) 4.cleme de fixare 5.ambalaj individual 6.țesătură: bumbac-min 60%, poliamidă și/sau elastan 7. elasticitate: ≥ 100%	CE, ISO

Semnat

Diana Tutunaru

jurist

Natusana SRL or. Codru, str. M. Eminescu 31