

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:		LP nr. MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1629286866654					Data: „23”septembrie 2021	Alternativa nr.: c5c54210-353b-4e72-a2b6-dde3b137ddd1	
Denumirea licitației:		Dispozitivelor medicale, conform necesităților beneficiarilor lista suplimentară 12, pentru anul 2021					Lot: 13	Pagina: 1 din 2	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8	
3310000-1	13	Termometru digital cu infrarosu	Termometru digital cu infrarosu	Medel EAR TEMP	CHINA	Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments Co., Ltd.	<p>Termometru digital cu infrarosu Cod 260620 Parametrul Specificația Descriere Termometru electronic pentru măsurarea temperaturii corpului uman, camerei și alte Afișaj alfanumeric LED / LCD Tip pacient nou-născut, pediatric, adult Regim de măsurare temperatura urechii (timpanic) temperatura fruntii (temporală) Diapazon de măsurare 34.0 - 43.0 °C Rezoluția de măsurare 0.1 °C Eroarea ≤ ± 0.2 °C Timp de măsurare ≤ 5 s Control on/off, deconectare automată Alarmer/indicatori Vizuală alerta febră temperatura finală baterie descărcată pornire/oprire Acustică temperatura finală Alimentare Baterie inclusa</p>	<p>Termometru digital cu infrarosu Cod 260620 Parametrul Specificația Descriere Termometru electronic pentru măsurarea temperaturii corpului uman, camerei și alte Afișaj alfanumeric LCD Tip pacient nou-născut, pediatric, adult - da Regim de măsurare temperatura urechii (timpanic) - da temperatura fruntii (temporală) - da Diapazon de măsurare 34.0 - 43.0 °C Rezoluția de măsurare 0.1 °C Eroarea ≤ ± 0.2 °C - da Timp de măsurare 1 s Control on/off, deconectare automată - da Alarmer/indicatori - da Vizuală alerta febră temperatura finală - da baterie descărcată - da pornire/oprire Acustică temperatura finală - da Alimentare Baterie inclusa - da</p>	

Specificații tehnice (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitației: LP nr. **MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1629286866654**

Data: „23” septembrie 20 Alternativa nr.: **c5c54210-353b-4e72-a2b6-dde3b137ddd1**
Lot: 13 Pagina: 2 din 2

Denumirea licitației: Dispozitive medicale, conform necesităților beneficiarilor lista suplimentară 12, pentru anul 2021

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)=	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare	VALOAREA ESRIMATĂ
1		2		3	4,00	5	6	7	8	9	
33100-00-1	13	Termometru digital cu infrarosu	Termometru digital cu infrarosu	Bucată	28					1. până la 60 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 20 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)	22.400,00
						364,00	436,80	10.192,00	12.230,40		

22.400,00

Director Mojila Violetta
 SC Distribuitor Prim SRL
 Chisinau, bl. Dacia 36A