



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE
CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE

MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Grigore Vieru 22/2,
tel./fax 022 222 445, e-mail: office@capcs.md

Nr. Rg. 02-1278 din "22" aprilie 2022

**Operatorilor economici participanți
și beneficiarilor potrivit listei de distribuție**

Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale din cadrul Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1645544349372 din 22.10.2022 privind achiziționarea dispozitivelor medicale, conform necesităților beneficiarilor potrivit listei de distribuție, pentru anul 2022 (listă suplimentară 1), Vă comunică că conform deciziei din 22.04.2022 în conformitate cu prevederile pct. 23 din Anunțul de Participare au fost desemnate câștigătoare următoarele oferte:

Denumire Lot	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art/ Producător/ Țara de Origine	Ofertant
Lot nr. 11 Sistem motorizat pentru craniotomie si chirurgia spinala cu accesorii	1	499 800	599 760,000	499 800	599 760,000	Elan 4 - GA800 GA395SU TE730 GA822 GB076R GA849 GB085R GA864 GB945R GA808 GA806 GB942R GB719R GP153R GP155R GP157R GP188R GP342R GB698R/ Germania/ Aesculap AG Bbraun	Tehnomedica

Pentru loturile nr. 1 - 9, beneficiarul final IMSP Institutul Mamei și Copilului, prin scrisoarea nr. 01-15/25 din 24.03.2022 a solicitat anularea acestora din cadrul procedurii din motivul că, în rezultatul negocierilor condițiilor contractuale pentru anul 2022 cu CNAM a fost redus ICM-ul și costul cazului tratat, ceea ce generează un deficit financiar.

Pentru lotul nr. 10, operatorul economic GBG-MLD SRL primul după preț se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. S-a solicitat Moduri de lucru / Monopolar / Tăiere, parametru maxim ≥ 350 Ohm s-a oferit 200 Ohm;

2. S-a solicitat Bipolar / Tăiere, max. ≥ 300 Ohm s-a oferit 75 Ohm;

3. S-a solicitat Bipolar / Coagulare, max. ≥ 100 Ohm s-a oferit 25 Ohm;

4. S-a solicitat Mâner cu tub reutilizabil, tip Maryland pentru sigilarea vaselor la operații deschise: min. 20 cm, cu sistem de auto-recunoaștere a instrumentului s-a oferit 110mm (11cm) - PN 770-000+771-011+ 772-011;

5. S-a solicitat Vârfuri de unica folosință pentru mânerul cu tub reutilizabil, tip Maryland de min. 20 cm - 50 buc. s-a oferit 110mm (11cm) - ""Insert autoclavabil"" - PN 772-011 - 1 buc;

6. S-a solicitat Mâner cu tub, tip Maryland pentru sigilarea vaselor la operații laparoscopice: min. 40 cm, cu conector cu sistem de auto-recunoaștere a instrumentului s-a oferit 360mm (36cm) - PN 770-000+770-236+772-036;

7. S-a solicitat Vârfuri de unica folosință pentru mânerul cu tub reutilizabil, tip Maryland de min. 40 cm - 50 buc. s-a oferit 360mm (36cm) - PN 770-000+770-236+772-036 - 1 buc.";

Pentru lotul nr. 10, operatorul economic DataControl SRL următorul după preț se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. S-a solicitat Bipolar / Tăiere, max. ≥ 300 Ohm s-a oferit 100 Ohm;

2. S-a solicitat "Vârfuri de unica folosință pentru mânerul cu tub reutilizabil, tip Maryland de min. 20 cm" - 50 buc, oferit conform catalogului producătorului 10buc;

3. S-a solicitat "Vârfuri de unica folosință pentru mânerul cu tub reutilizabil, tip Maryland de min. 40 cm" - 50 buc, oferit conform catalogului producătorului 10buc;

4. S-a solicitat "Vârfuri de unica folosință tip Maryland pentru instrumentul de sigilare reutilizabil cu min. 16 cm" - 30 buc, oferit conform catalogului producătorului 10buc.

Cu respect,

Președinte al grupului de lucru

Gheorghe GORCEAG