

Specificatii tehnice

IMSP Institutul de Medicină Urgentă

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1672835578720 din 23.02.2023						nr. 21071049	
Denumirea procedurii de achiziție: Reactive - 2023						Lot:	Pagina 1 din 3
Denumirea lotului	Tara de origine	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1	3	4	5	6	7	8	
Lot nr. 19 (Evaluarea pe poziții)							
19.1. Set reagenți p/u investigații imunologice	1. CRP nr.catalog 1200302	SPANIA	SPINREACT	Ceriințele p/u test: Ceriințe generale*+Nota**. Metoda: LATEX - TEST (conform anexei 2 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	CRP - Metoda: LATEX - TEST Conform Ceriințele p/u test: Ceriințe generale*+Nota** (conform anexei 2 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Nr.inregistrarii la AMDM - DM000370706	ISO, CE.	
19.2. Set reagenți p/u investigații imunologice	2. ASLO nr.catalog 1202102	SPANIA	SPINREACT	Ceriințele p/u test: Ceriințe generale*+Nota**. Metoda: LATEX - TEST (conform anexei 2 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	ASLO - Metoda: LATEX - TEST Conform Ceriințele p/u test: Ceriințe generale*+Nota** (conform anexei 2 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Nr.inregistrarii la AMDM - DM000370698	ISO, CE.	
19.3. Set reagenți p/u investigații imunologice	3. RF nr.catalog 1200202	SPANIA	SPINREACT	Ceriințele p/u test: Ceriințe generale*+Nota**. Metoda: LATEX - TEST (conform anexei 2 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	RF - Metoda: LATEX - TEST Conform Ceriințele p/u test: Ceriințe generale*+Nota** (conform anexei 2 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Nr.inregistrarii la AMDM - DM000370701	ISO, CE.	
19.5. Set reagenți p/u investigații imunologice	5.Test rapid la Helicobacter Pylori Ab, nr.catalog IHP-402	China	Alltest Biotech	Ceriințele p/u test: Ceriințe generale*+Nota**. Metoda: Imunocromatografie (conform anexei 2 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Test rapid Helicobacter Pylori Ab- Conform Ceriințele p/u test: Ceriințe generale*+Nota**. Metoda: Imunocromatografie (conform anexei 2 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Nr.inregistrarii la AMDM - DM000377307	ISO, CE.	
19.6. Set reagenți p/u investigații imunologice	6. Test rapid la Occult Blood - FOB, nr.catalog TFO-602	China	Alltest Biotech	Ceriințele p/u test: Ceriințe generale*+Nota**. Metoda: Imunocromatografie.	Test rapid FOB - Metoda: Imunocromatografie Conform Ceriințele p/u test: Ceriințe generale*+Nota**. Nr.inregistrarii la AMDM - DM000377425	ISO, CE.	
19.7. Set reagenți p/u investigații imunologice	7. Test rapid la HBsAg, nr.catalog IHBSG-402	China	Alltest Biotech	Ceriințele p/u test: Ceriințe generale*+Nota**. Metoda: Imunocromatografie.	Test rapid la HBsAg - Metoda: Imunocromatografie. Conform Ceriințele p/u test: Ceriințe generale*+Nota**. Nr.inregistrarii la AMDM - DM000377191	ISO, CE.	
19.8. Set reagenți p/u investigații imunologice	8. Test rapid la Anti-HCV, nr.catalog IHC-402	China	Alltest Biotech	Ceriințele p/u test: Ceriințe generale*+Nota**. Metoda: Imunocromatografie.	Test rapid la Anti-HCV - Metoda: Imunocromatografie. Conform Ceriințele p/u test: Ceriințe generale*+Nota**. Nr.inregistrarii la AMDM - DM000377190	ISO, CE.	
Lot nr.30 (Evaluarea pe poziții)							
30. Analizator automat Finecare FIA Meter Plus, WondFo	30.1. Test rapid cantitativ D-dimeri FIA, nr.catalog W - 211	China	Wondfo	Ceriințe generale*+Nota** Determinarea D-dimeri din plasma, ser sau sânge integral cu anticoagulant prin metoda FIA. Componența setului: 25 card-teste de unica folosință compatibile cu analizator automat Finecare FIA Meter, WondFo. ISO. (Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Certificat European. Certificat de la producător. Prezentarea mostrelor de teste.	30.1. Test rapid cantitativ D-dimeri p/u Analizator automat Finecare FIA Meter Plus, WondFo Conform ceriințe generale*+Nota**. Nr.inregistrarii la AMDM - DM000372782	ISO, CE.	
30. Analizator automat Finecare FIA Meter Plus, WondFo	30.2. Test rapid cantitativ cTri/CK-MB/Myo FIA, nr.catalog W - 216	China	Wondfo	Ceriințele p/u articole: Ceriințe generale*+Nota** Determinarea cantitativ cTri/CK-MB/Myo din plasma, ser sau sânge integral cu anticoagulant prin metoda FIA, compatibile cu analizator automat Finecare FIA Meter, WondFo. ISO. (Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Certificat European. Certificat de la producător. Prezentarea mostrelor de teste.	30.2. Test rapid cantitativ cTri/CK-MB/Myo p/u Analizator automat Finecare FIA Meter Plus, WondFo Conform ceriințe generale*+Nota**. Nr.inregistrarii la AMDM - DM000372763	ISO, CE.	

30. Analizator automat Finecare FIA Meter Plus, WondFo	30.3. Control pentru test rapid cantitativ D-dimeri metoda FIA, nr.catalog W- 812L	China	Wondfo	Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Determinarea D-dimeri din plasma, ser sau sânge integral cu anticoagulant prin metoda FIA, compatibile cu analizator automat Finecare FIA Meter, WondFo. ISO. (Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Certificat European. Certificat de la producător. Prezentarea mostrelor de teste.	30.3. Control p/u test rapid cantitativ D-dimeri p/u Analizator automat Finecare FIA Meter Plus, WondFo Conform cerințe generale*+Nota**. Nr.inregistrarii la AMDM - DM000372784	ISO, CE.
30. Analizator automat Finecare FIA Meter Plus, WondFo	30.4. Control pentru test rapid cantitativ cTri/CK-MB/Myo FIA nr.catalog W- 817	China	Wondfo	Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Determinarea cantitativ cTri/CK-MB/Myo din plasma, ser sau sânge integral cu anticoagulant prin metoda FIA. Componenta setului: 25 card-teste de unica folosință în ambalaj ermetic individual fiecărui mini-cartrid compatibile cu analizator automat Finecare FIA Meter, WondFo. ISO. (Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Certificat European. Certificat de la producător. Prezentarea mostrelor de teste.	30.4 Control p/u test rapid cantitativ cTri/CK-MB/Myo p/u Analizator automat Finecare FIA Meter Plus, WondFo Conform cerințe generale*+Nota**. Nr.inregistrarii la AMDM - DM000372788	ISO, CE.
30. Analizator automat Finecare FIA Meter Plus, WondFo	30.5. Optical Laser Module	China	Wondfo	- Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Modul optic compatibil cu analizator automat Finecare FIA Meter, WondFo. ISO. (Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Certificat European. Certificat de la producător. Prezentarea mostrelor de teste.	30.5 Optical Laser Module p/u Analizator automat Finecare FIA Meter Plus, WondFo	ISO, CE.
30. Analizator automat Finecare FIA Meter Plus, WondFo	30.6. Adapter	China	Wondfo	Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Adapter compatibil cu analizator automat Finecare FIA Meter, WondFo. ISO. (Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Certificat European. Certificat de la producător. Prezentarea mostrelor de teste.	30.6 Adapter p/u Analizator automat Finecare FIA Meter Plus, WondFo	ISO, CE.
30. Analizator automat Finecare FIA Meter Plus, WondFo	30.7. Test rapid Beta-CG , nr.catalog W - 817	China	Wondfo	Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Determinarea Beta-HCG in plasma, ser sau sânge integral cu anticoagulant prin metoda FIA. Componenta setului: 25 card-teste de unica folosință compatibile cu analizator automat Finecare FIA Meter, WondFo. ISO. (Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Certificat European. Certificat de la producător. Prezentarea mostrelor de teste.	30.7. Beta-HCG p/u Analizator automat Finecare FIA Meter Plus, WondFo Conform cerințe generale*+Nota**. Nr.inregistrarii la AMDM - DM000372772	ISO, CE.
30. Analizator automat Finecare FIA Meter Plus, WondFo	30.8. Hîrtie termică 57x30	China	Wondfo	Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**Hîrtie termică compatibilă cu analizator automat Finecare FIA Meter, WondFo. ISO. (Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Certificat European. Certificat de la producător. Prezentarea mostrelor de teste.	30.8. Hîrtie termică 57x30 p/u Analizator automat Finecare FIA Meter Plus, WondFo	ISO, CE.
Lot nr.32 (Evaluarea pe poziții)						
32. Chip-test pentru glucometru manual pentru determinarea glicemiei din sânge capilar	32.Strip-test HT-100	Taiwan	Tyson Bitech Co	Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Strip-test cu microchip, conține ferment glicolitic specific Glucozoxidaza pentru glucometria singelui integral express rapidă. Agentul economic obligator să ofere 2-3 glucometre compatibile cu microchip achiziționate. IVD. De prezentat obligator: Certificat de la producător, Certificat de conformitate, CE. Mostre.	32. Strip-test Teste pentru determinarea glucozei compatibile cu aparatul Tyson HT-100. Set a câte 50 teste fiecare Agentul economic obligator să ofere 2-3 glucometre compatibile cu microchip achiziționate. Conform cerințe generale*+Nota**. Nr.inregistrarii la AMDM - DM000377195	ISO, CE.
Lot nr.35 (Evaluarea pe poziții)						
35.1. Articole de ustensilă, consum și veselă de laborator	35.1. Dozator semiautomat unicanal 10mkl - 100mkl Cat.nr: 7010101008	China	DLAB	Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Dozator semiautomat unicanal cu volum reglabil 10 mkl-100 mkl. Pasul schimbului diviziunilor: 1 µL. Inacuratețe maximală (E%): Vol.min. ≤ ±1,5%; Vol.med. ≤ ±1,2%; Vol.max ≤ ±0,8%. Imprecizie (CV%): Vol.min. ≤ 1,0%; Vol.med. ≤ 0,6%; Vol.max ≤ 0,2%. Stabilitatea înaltă a volumului reglat cu ajutorul mecanismului de oprire a clicurilor și butonului rotativ smarties-ului pe piston. Set pentru calibrare rapidă cu mecanism de blocare a cheilor. Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). De prezentat exemple de dozatoare. Prezentare obligator: Certificat de la producător. Certificat European. Certificat metrologic.	35.1. Dozator semiautomat unicanal 10mkl - 100mkl Conform cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010) . De prezentat exemple de dozatoare. Prezentare obligator: Certificat de la producător. Certificat European. Certificat metrologic. Modelul articolului poate fi vazut pe http://www.dlabsci.com/english/cplb/Liquid_Handling/Mechanical_Nr_inregistrarii_la_AMDM_-_DM000373498	ISO, CE.
35.2. Articole de ustensilă, consum și veselă de laborator	35.2. Dozator semiautomat unicanal 0,5mkl - 10mkl Cat.nr: 7010103004	China	DLAB	Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Dozator semiautomat unicanal cu volum reglabil 1 mkl-10 mkl. Pasul schimbului diviziunilor: 0,1 - 0,5 µL. Inacuratețe maximală (E%): Vol.min. ≤ ±1,5%; Vol.med. ≤ ±1,2%; Vol.max ≤ ±0,8%. Imprecizie (CV%): Vol.min. ≤ 1,0%; Vol.med. ≤ 0,6%; Vol.max ≤ 0,2%. Stabilitatea înaltă a volumului reglat cu ajutorul mecanismului de oprire a clicurilor și butonului rotativ smarties-ului pe piston. Set pentru calibrare rapidă cu mecanism de blocare a cheilor. Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). De prezentat exemple de dozatoare. Prezentare obligator: Certificat de la producător. Certificat European. Certificat metrologic.	35.2. Dozator semiautomat unicanal 0,5mkl - 10mkl Conform cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). De prezentat exemple de dozatoare. Prezentare obligator: Certificat de la producător. Certificat European. Certificat metrologic. Modelul articolului poate fi vazut pe http://www.dlabsci.com/english/cplb/Liquid_Handling/Mechanical_Nr_inregistrarii_la_AMDM_-_DM000373517	ISO, CE.
35.3. Articole de ustensilă, consum și veselă de laborator	35.3. Dozator semiautomat unicanal 2mkl - 20mkl Cat.nr: 7010101005	China	DLAB	Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Dozator semiautomat unicanal cu volum reglabil 1 mkl-20 mkl. Pasul schimbului diviziunilor: 0,1 - 0,5 µL. Inacuratețe maximală (E%): Vol.min. ≤ ±1,5%; Vol.med. ≤ ±1,2%; Vol.max ≤ ±0,8%. Imprecizie (CV%): Vol.min. ≤ 1,0%; Vol.med. ≤ 0,6%; Vol.max ≤ 0,2%. Stabilitatea înaltă a volumului reglat cu ajutorul mecanismului de oprire a clicurilor și butonului rotativ smarties-ului pe piston. Set pentru calibrare rapidă cu mecanism de blocare a cheilor. Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). De prezentat exemple de dozatoare. Prezentare obligator: Certificat de la producător. Certificat European. Certificat metrologic.	35.3. Dozator semiautomat unicanal 2mkl - 20mkl Conform cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** . Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). De prezentat exemple de dozatoare. Prezentare obligator: Certificat de la producător. Certificat European. Certificat metrologic. Modelul articolului poate fi vazut pe http://www.dlabsci.com/english/cplb/Liquid_Handling/Mechanical_Nr_inregistrarii_la_AMDM_-_DM000373497	ISO, CE.

35.4. Articole de ustensilă, consum și veselă de laborator	35.4. Dozator semiautomat unicanel 20mkl - 200mkl Cat.nr: 7010101009	China	DLAB	Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Dozator semiautomat unicanel cu volum reglabil 10 mkl-200 mkl cu metrologie. Pasul schimbului diviziunilor: 1 μL. Inacuratețe maximală (E%): Vol.min. ≤ ±1,5%; Vol.med. ≤ ±1,1%; Vol.max ≤ ± 0,6%. Imprecizie (CV%): Vol.min. ≤ 0,6%; Vol.med. ≤ 0,4%; Vol.max ≤ 0,2%. Stabilitatea înaltă a volumului reglat cu ajutorul mecanismului de oprire a clicurilor și butonului rotativ smarties-ului pe piston. Set pentru calibrare rapidă cu mecanism de blocare a cheilor. Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). De prezentat exemple de dozoare. Prezentare obligator: Certificat de la producător. Certificat European. Certificat metrologic	35.4. Dozator semiautomat unicanel 20mkl - 200mkl Conform cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** . Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). De prezentat exemple de dozoare. Prezentare obligator: Certificat de la producător. Certificat European. Certificat metrologic. Modelul articolului poate fi vazut pe http://www.dlabsci.com/english/cplb/Liquid_Handling/Mechanical_Nr.inregistrarii la AMDM - DM000373499	ISO, CE.
35.5. Articole de ustensilă, consum și veselă de laborator	35.5. Dozator semiautomat unicanel 100mkl - 1000mkl Cat.nr: 7010101014	China	DLAB	Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Dozator semiautomat unicanel cu volum reglabil 100 mkl-1000 mkl cu metrologie. Pasul schimbului diviziunilor: 1 μL. Inacuratețe maximală (E%): Vol.min. ≤ ±1,5%; Vol.med. ≤ ±1,1%; Vol.max ≤ ± 0,6%. Imprecizie (CV%): Vol.min. ≤ 0,6%; Vol.med. ≤ 0,4%; Vol.max ≤ 0,2%. Stabilitatea înaltă a volumului reglat cu ajutorul mecanismului de oprire a clicurilor și butonului rotativ smarties-ului pe piston. Set pentru calibrare rapidă cu mecanism de blocare a cheilor. Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). De prezentat exemple de dozoare. Prezentare obligator: Certificat de la producător. Certificat European. Certificat metrologic.	35.5. Dozator semiautomat unicanel 100mkl - 1000mk Conform cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** . Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). De prezentat exemple de dozoare. Prezentare obligator: Certificat de la producător. Certificat European. Certificat metrologic. Modelul articolului poate fi vazut pe http://www.dlabsci.com/english/cplb/Liquid_Handling/Mechanical_Nr.inregistrarii la AMDM - DM000373501	ISO, CE.
35.6. Articole de ustensilă, consum și veselă de laborator	35.6. Suport vertical p/u 4 dozoare	China	DLAB	Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Suport vertical pentru 4 dozoare. Plastmass.	35.6. Suport vertical p/u 4 dozoare . Plastmass.	ISO, CE.
38. Test express la droguri 10 parametri	38. Test express la droguri 10 parametri Cat.nr: DOA465	China	Alltest Biotech	38. Test express la droguri 10 parametri - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Caseta cu 10 parametri de droguri simultan la următoarele grupe generale de substanțe psihotrope și stupefiante: Amfetamine, Metamfetamine, Benzodiazepine (să posede reacții generale inclusiv la Diazepam, Clonazepam, Alprazolam, Lorazepam), Cocaine, Canabinoizi, Metadon, Morfine, Opiate, Acid lisergic dietilamid (LSD), Barbiturice. CE, Certificat de conformitate de la producător	38. Test express la droguri 10 parametri - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Caseta cu 10 parametri de droguri simultan la următoarele grupe generale de substanțe psihotrope și stupefiante: Amfetamine, Metamfetamine, Benzodiazepine (să posede reacții generale inclusiv la Diazepam, Clonazepam, Alprazolam, Lorazepam), Cocaine, Canabinoizi, Metadon, Morfine, Opiate, Acid lisergic dietilamid (LSD), Barbiturice. CE, Certificat de conformitate de la producător Nr.inregistrarii la AMDM - DM000377424	ISO, CE.

Semnat: _____ Nume: Varman Irina În calitate de: Director

Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL Adresa: mun. Chisinau, Dokucaev 6, of.61