

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1684506798338 din 22 iun 2023, 14:27 - 14 iul 2023, 14:27

Obiectul achiziției: Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie pentru anul 2023 (listă suplimentară 13)

Cod CP V	Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
3310 0000 -1	2	Stress sistema diagnostica cu cicloergometru	Cubestress system with HD+12 (PC+Printer+XR100+ BP)	Italia	Cardioline	Stress sistema diagnostica cu cicloergometru Cod 260250 Descriere Stress sistema diagnostica înregistrează ECG în 12 derivații simultan, în timpul efectuării unui efort fizic Parametrul Specificația Registrator ECG pentru PC adult, pediatric Numărul de canale de procesare 12 Configurația Portabil da Derivațiile Tip înregistrare automat Gama de frecvență De diagnostic 0.67-150 Hz Impedanța de intrare ≥ 2.5 M Ohm Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz >86 dB Indicator deconectare electrod acustic sau vizual da Posibilitatea transmiterii datelor ECG la PC sau notebook prin bluetooth, wireless Alimentarea- 220 V, 50 Hz Baterie internă- reincărcabilă da Timp operare autonomă $\geq 2,5$ h Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact status sistem deconectare alimentare rețea baterie descărcată Accesorii standard Cablu pacient cu conectare la 10 electrozi 2 unități Gel de contact 1 litru PC (notebook) cu softul registratorului de ECG da imprimanta laser bicicleta de exerciții (cicloergometru) electro-mecanica consola principala cu display LED sau LCD conectivitatea consolei cu PC USB sau RS 232 diapazonul vitezei 30 - 130 rot/min reglarea incarcaturii programabila de utilizator greutatea maximala a pacientului 150 kg frina electromagnetica Alimentarea consolei 220 V, 50 Hz Modul de masurare al Tensiunii Arteriale aparte sau incorporat Diapazonul masurarilor 40- 300 mm col Hg masurarea pulsului 35 - 230 contractii/min Acurateea masurarii ± 3 mm col Hg Calibrare externa optional	Cubestress system with HD+12 (PC+Printer+XR100+ BP), Cardioline, Italia da da da, 12 canale da da da, 0.05-300Hz da, 100Mohm da. 100dB da da, BT da da da, mai mult de 500 ECG-uri, da da da da Da da da da da da, 30-130 rpm Da da, da da da, 40-280 da, 35-230 bpm da, +/-3 mmHg da	CE/ISO
3310 0000 -1	7	Monitor pentru monitorizarea	BT-780+Central station	Coreea	Bistos	Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici avansate, accesorii Adult) + software pentru statia centrala de monitorizare Descriere Sistem pentru monitorizarea și afișarea funcțiilor vitale ale pacientului cu caracterisitici avansate.	BT-780+Central station, Bistos, Coreea, da	CE/ISO

		funcțiilor vitale (caracteristici avansate, accesorii Adult) + software pentru statia centrala de monitorizare			Parametrul Specificația Tip pacient Adult, pediatric da Display, tip Diagonala ≥ 15 inch LCD TFT sau LED, Touchscreen da Rezoluția $\geq 1366 \times 768$ pixeli Unghi de vizualizare ≥ 170 Funcția de regalară automată a luminozității da "Numărul de curbe afișate concomitent" între 3 și 12 minim Parametri afișați ECG Pulsul SpO2 Fotopletismograma Presiunea sanguină neinvaziv Presiunea sanguină invaziv Capnografia Temperatura Analiza automată a unde ST Trendingul ST da Media în analiza segmentului ST da Modul ECG "Culegerea semnalului ECG prin cablu 3 si 5 electrozi" da I, II, III, aVR, aVL, aVF, Vn da Sensivitatea 2.5 - 40 mm/mV Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz ≥ 100 dB Rata cardiacă 15 - 300 bpm Detectarea aritmiei ≥ 25 aritmii Detectarea pacemaker da Monitorizarea respirației 0 - 150 rpm "Protecție în portiva șocurilor de defibrilare" da Modul SpO2 Diapazonul 1 - 100% Acuratețea la 70 - 100% ≤ 2 % Monitorizarea rata pulsului 20 - 300 bpm Monitorizarea pletismogramei da "Sa se indice tehnologia modulului și senzorului de SpO2 utilizat" (exemplu: masimo, nellcor, etc) Modul NIBP Diapazonul 10 - 300 mmHg Regim de măsurare manual, automat, butonul Start Regim automat 1-5, 10, 15, 30, 60, 120 min. "Buton de activare/dezactivare manual a NIBP" da Metoda de măsurare oscilometrică "Protecție de suprapresiune la regimului de pacient adult" 300 mmHg Modul IBP Numărul de canale de măsurare IBP independente ≥ 2 Diapazonul -50 ... +320 mmHg Acuratețea ± 1 mmHg Sensivitatea de intrare 5 μ V/mmHg Monitorizarea undelor IBP ≥ 2 Modul Capnografie (CO2) Modul Capnografie (CO2) da Diapazonul 0 - 100 mmHg Rata respiratorie 0 - 150 rpm Timp de înregistrare Apnea 5 - 60 s Monitorizarea unei CO2 da Modul Temperatura Diapazonul 0 - 50.0 °C Rezoluția 0.1 °C Număr de senzori 1 unit. Protoacele de lucru preprogramate da Protoacele de lucru setate de utilizator da Memorie internă da Trendingul evenimentelor da Arhivarea datelor da Imprimantă Incorporată da Forme de raportare Viteza de înscriere 25, 50 mm/s Înscriere continuă da Preprogramate da Personalizate da Alimentarea Rețea electrică 220 V, 50 Hz da Baterie internă tip Li-Ion da Timp de lucru autonom a bateriei minim 2 h Interfata de conectare la monitorul central Ethernet / wireless / RS-232 / etc. da Alarma Vizuala, sonora da Manjetă deconectată da	da da, 15.6 inch da, LCD TFT, touchscreen da. 1366x768 da da da da Da Da Da Da Da Da Da da da da da, 3 sau 5 electrozi da da da, 100 dB da, 15-300 bpm da da 0-120 rpm da da, 0-100% da, 70-100%, +/-2% da, 25-250 bpm da da, Nellcor da, 10-300, mmHg da da da da da, 300 mmHg da, 2 canale da, -50...+400mmHg da da da da da, 0-150mmHg da, 0-150 da, pina la 60s da da, 0-50C da Da da da Da Da Da Da da Da Da Da Da, 5 ore da Da Da	
--	--	---	--	--	--	---	--

[illegible]

Semnat: Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**