

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1643724171354 / 21051064din: conform SIARSAP Mtender

Obiectul achiziției: **Deservirea și întreținerea dispozitivelor medicale – 2022**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciu lui	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
3.Cromatograf CROM-5				– Controlul ermeticității- cuplărilor magistralilor de gaze si inlaturarea defectelor – Regenerare și schimbarea absorbentilor la filter în rețeaua de gaze – Testarea purității injectorului si curățirea lui – Testarea purității și curățirea detectorului DTP – Controlul și reglarea sistemului de indicație a parametrilor – Testarea și reglarea corespunderii debitului de gaz purtator – Testarea functionarii și înlaturarea defectelor înregistratorului		

Semnat:  Numele, Prenumele: **Ruslan Guci** În calitate de: **director**
Ofertantul: **SRL „Repelcom”** Adresa: **m. Chișinău str. V. Lupu 6 of. 52**