

Specificații tehnice (Anexa 22)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1730898857413 / 21307339							Data: 01/01/2025	Alternative nu sunt
Obiectul achiziției: Reactivi și consumabile pentru anul 2025							Lot: 18; 19	Pagina 1
Codul CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de Referință. Nr. de înregistrare AMDM
1		2	3	4	5	6	7	8
	18	Lot 18// Reactivi și consumabile compatibile cu analizatorul Imunologic Maglumi X3				MAGLUMI X3 analizator imunologic, automat de tip închis , care funcționează după metoda CLIA. Se acceptă oferte alternative pentru următoarele tipuri de analize cu utilaj incomodat: Ig E total, HBs Ag, α - HBs Ag, α – HB cor, αFP, β-HCG, CMV IgM, CMV IgG, Toxo IgM, Toxo IgG, EBV – EBNA IgG, TSH, Lh, FSH, Cortizol, Testosteron, DHEA s, A – TG, A – TPO, ACTH , C – peptid , Insulin, Progesteron, Prolactin, IL – 6, NT – pro BNP.	MAGLUMI X3 analizator imunologic, automat de tip închis , care funcționează după metoda CLIA în comodat pentru următoarele tipuri de analiză: Ig E total, HBs Ag, α - HBs Ag, α – HB cor, αFP, β-HCG, CMV IgM, CMV IgG, Toxo IgM, Toxo IgG, EBV – EBNA IgG, TSH, Lh, FSH, Cortizol, Testosteron, DHEA s, A – TG, A – TPO, ACTH , C – peptid , Insulin, Progesteron, Prolactin, IL – 6, NT – pro BNP.	
33600000-6	18	Maglumi FSH(CLIA) Reactivi și consumabile compatibile cu analizatorul Imunologic Maglumi X3	130252001M	China	SNIBE	FSH Metoda de determinare : Test cantitativ automat Tipul de reagenti: lichid stabil gata de utilizare; calibrator ,control- inclusi in set. Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producatori nu mai mic de 12 luni din data livrarii.Instructiunile privind la modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat.	FSH Metoda de determinare : Test cantitativ automat Tipul de reagenti: lichid stabil gata de utilizare; calibrator ,control- inclusi in set. Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producatori nu mai mic de 12 luni din data livrarii.Instructiunile privind la modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat. Reagenți compatibili cu analizatorul imunologic Maglumi X3 - generația II, set a câte 100 teste, include reagenți, calibratori, material de control - 2 nivele.	DM000370064
33600000-6	18	Maglumi LH(CLIA) Reactivi și consumabile compatibile cu analizatorul Imunologic Maglumi X3	130252002M	China	SNIBE	LH Metoda de determinare : Test cantitativ automat Tipul de reagenti: lichid stabil gata de utilizare; calibrator ,control- inclusi in set. Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producatori nu mai mic de 12 luni din data livrarii.Instructiunile privind la modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat.	LH Metoda de determinare : Test cantitativ automat Tipul de reagenti: lichid stabil gata de utilizare; calibrator ,control- inclusi in set. Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producatori nu mai mic de 12 luni din data livrarii.Instructiunile privind la modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat. Reagenți compatibili cu analizatorul imunologic Maglumi X3 - generația II, set a câte 100 teste, include reagenți, calibratori, material de control - 2 nivele.	DM000370067
33600000-6	18	Maglumi PRL(CLIA) Reactivi și consumabile compatibile cu analizatorul Imunologic Maglumi X3	130252006M	China	SNIBE	PRL Metoda de determinare : Test cantitativ automat Tipul de reagenti: lichid stabil gata de utilizare; calibrator ,control- inclusi in set. Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producatori nu mai mic de 12 luni din data livrarii.Instructiunile privind la modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat.	PRL Metoda de determinare : Test cantitativ automat Tipul de reagenti: lichid stabil gata de utilizare; calibrator ,control- inclusi in set. Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producatori nu mai mic de 12 luni din data livrarii.Instructiunile privind la modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat. Reagenți compatibili cu analizatorul imunologic Maglumi X3 - generația II, set a câte 100 teste, include reagenți, calibratori, material de control - 2 nivele.	DM000370076
33600000-6	18	Maglumi Estradiol(CLIA) Reactivi și consumabile compatibile cu analizatorul Imunologic Maglumi X3	130252007M	China	SNIBE	Estradiol Metoda de determinare : Test cantitativ automat Tipul de reagenti: lichid stabil gata de utilizare; calibrator ,control- inclusi in set. Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producatori nu mai mic de 12 luni din data livrarii.Instructiunile privind la modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat.	Estradiol Metoda de determinare : Test cantitativ automat Tipul de reagenti: lichid stabil gata de utilizare; calibrator ,control- inclusi in set. Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producatori nu mai mic de 12 luni din data livrarii.Instructiunile privind la modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat. Reagenți compatibili cu analizatorul imunologic Maglumi X3 - generația II, set a câte 100 teste, include reagenți, calibratori, material de control - 2 nivele.	DM000370070
33600000-6	18	Maglumi PRG(CLIA) Reactivi și consumabile compatibile cu analizatorul Imunologic Maglumi X3	130252009M	China	SNIBE	PRG Metoda de determinare : Test cantitativ automat Tipul de reagenti: lichid stabil gata de utilizare; calibrator ,control- inclusi in set. Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producatori nu mai mic de 12 luni din data livrarii.Instructiunile privind la modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat.	PRG Metoda de determinare : Test cantitativ automat Tipul de reagenti: lichid stabil gata de utilizare; calibrator ,control- inclusi in set. Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producatori nu mai mic de 12 luni din data livrarii.Instructiunile privind la modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat. Reagenți compatibili cu analizatorul imunologic Maglumi X3 - generația II, set a câte 100 teste, include reagenți, calibratori, material de control - 2 nivele.	DM000370079
33600000-6	18	Maglumi DHEA-S(CLIA) Reactivi și consumabile compatibile cu analizatorul Imunologic Maglumi X3	130252012M	China	SNIBE	DHEA Metoda de determinare : Test cantitativ automat Tipul de reagenti: lichid stabil gata de utilizare; calibrator ,control- inclusi in set. Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producatori nu mai mic de 12 luni din data livrarii.Instructiunile privind la modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat.	DHEA Metoda de determinare : Test cantitativ automat Tipul de reagenti: lichid stabil gata de utilizare; calibrator ,control- inclusi in set. Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producatori nu mai mic de 12 luni din data livrarii.Instructiunile privind la modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat. Reagenți compatibili cu analizatorul imunologic Maglumi X3 - generația II, set a câte 100 teste, include reagenți, calibratori, material de control - 2 nivele.	DM000370145

Codul CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de Referință. Nr. de înregistrare AMDM
33600000-6	18	Maglumi HSV -1/2IgM (CLIA) Reactivi și consumabile compatibile cu analizatorul Imunologic Maglumi X3	130262009M	China	SNIBE	HSV -1/2IgM Metoda de determinare : Test cantitativ automat .Tipul de reagenți: lichid stabil gata de utilizare; calibrator ,control- inclusi in set. Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producatori nu mai mic de 12 luni din data livrării.Instrucțiunile privind la modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat.	HSV -1/2IgM Metoda de determinare : Test cantitativ automat .Tipul de reagenți: lichid stabil gata de utilizare; calibrator ,control- inclusi in set. Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producatori nu mai mic de 12 luni din data livrării.Instrucțiunile privind la modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat. Reagenți compatibili cu analizatorul imunologic Maglumi X3 - generația II, set a cite 100 teste, include reagenți, calibratori, material de control - 2 nivele.	DM000370295
33600000-6	18	Maglumi CMV IgG (CLIA) Reactivi și consumabile compatibile cu analizatorul Imunologic Maglumi X3	130212005M	China	SNIBE	CMV IgG Metoda de determinare : Test cantitativ automat Tipul de reagenți: lichid stabil gata de utilizare; calibrator ,control- inclusi in set. Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producatori nu mai mic de 12 luni din data livrării.Instrucțiunile privind la modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat.	CMV IgG Metoda de determinare : Test cantitativ automat Tipul de reagenți: lichid stabil gata de utilizare; calibrator ,control- inclusi in set. Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producatori nu mai mic de 12 luni din data livrării.Instrucțiunile privind la modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat. Reagenți compatibili cu analizatorul imunologic Maglumi X3 - generația I, set a cite 100 teste, include reagenți, calibratori.	DM000368335
33600000-6	18	Maglumi CMV IgM (CLIA) Reactivi și consumabile compatibile cu analizatorul Imunologic Maglumi X3	130212006M	China	SNIBE	CMV IgM Metoda de determinare : Test cantitativ automat Tipul de reagenți: lichid stabil gata de utilizare; calibrator ,control- inclusi in set. Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producatori nu mai mic de 12 luni din data livrării.Instrucțiunile privind la modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat.	CMV IgM Metoda de determinare : Test cantitativ automat Tipul de reagenți: lichid stabil gata de utilizare; calibrator ,control- inclusi in set. Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producatori nu mai mic de 12 luni din data livrării.Instrucțiunile privind la modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat. Reagenți compatibili cu analizatorul imunologic Maglumi X3 - generația I, set a cite 100 teste, include reagenți, calibratori.	DM000368337
33600000-6	18	Maglumi Toxo IgM (CLIA) Reactivi și consumabile compatibile cu analizatorul Imunologic Maglumi X3	130212002M	China	SNIBE	Toxo IgM Metoda de determinare : Test cantitativ automat .Tipul de reagenți: lichid stabil gata de utilizare; calibrator ,control- inclusi in set. Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producatori nu mai mic de 12 luni din data livrării.Instrucțiunile privind la modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat.	Toxo IgM Metoda de determinare : Test cantitativ automat .Tipul de reagenți: lichid stabil gata de utilizare; calibrator ,control- inclusi in set. Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producatori nu mai mic de 12 luni din data livrării.Instrucțiunile privind la modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat. Reagenți compatibili cu analizatorul imunologic Maglumi X3 - generația I, set a cite 100 teste, include reagenți, calibratori.	DM000368329
33600000-6	18	Maglumi Toxo IgG (CLIA) Reactivi și consumabile compatibile cu analizatorul Imunologic Maglumi X3	130212001M	China	SNIBE	Toxo IgG Metoda de determinare : Test cantitativ automat Tipul de reagenți: lichid stabil gata de utilizare; calibrator ,control- inclusi in set. Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producatori nu mai mic de 12 luni din data livrării.Instrucțiunile privind la modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat.	Toxo IgG Metoda de determinare : Test cantitativ automat Tipul de reagenți: lichid stabil gata de utilizare; calibrator ,control- inclusi in set. Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producatori nu mai mic de 12 luni din data livrării.Instrucțiunile privind la modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat. Reagenți compatibili cu analizatorul imunologic Maglumi X3 - generația I, set a cite 100 teste, include reagenți, calibratori.	DM000368327
33600000-6	18	Cuvete de reacție (Maglumi X3), 1 set = 3X182 cuvete = 546 cuvete /set Reactivi și consumabile compatibile cu analizatorul Imunologic Maglumi X3	130105000101	China	SNIBE	Cuvete de reacție (kit 546) Consumabile pentru teste cantitativ automat	Cuvete de reacție (kit 546) Cuvete de reacție Maglumi X3,(set 3x182 cuvete (546 cuvete)/set) Consumabile pentru teste cantitativ automat	DM000368378
33600000-6	18	Starter kit 1+2 (1 set= 2*230ml) Reactivi și consumabile compatibile cu analizatorul Imunologic Maglumi X3	130299004M	China	SNIBE	Starter Kit Consumabile pentru teste cantitativ automat	Starter Kit. Starter kit 1+2 (1 set 2*230ml) Consumabile pentru teste cantitativ automat	DM000368367
33600000-6	18	Solutie de spalare concetrtrata (cutie = 714ml) Reactivi și consumabile compatibile cu analizatorul Imunologic Maglumi X3	130299005M	China	SNIBE	Solutie de spalare Consumabile pentru teste cantitativ automat	Solutie de spalare. Solutie de spălare concentrată (cutie = 714ml) Consumabile pentru teste cantitativ automat	DM000368376
33600000-6	18	Lichid pentru testarea semnalului luminiscent (1 set =5*2ml) = 10 ml Reactivi și consumabile compatibile cu analizatorul Imunologic Maglumi X3	130299006M	China	SNIBE	Lichid pentru testare Consumabile pentru teste cantitativ automat	Lichid pentru testare. Lichid pentru testarea semnalului luminiscent (1 set 5*2ml) Consumabile pentru teste cantitativ automat	DM000368380
33600000-6	18	Lichid pentru spalarea tubulaturii (un flacon =500ml) Reactivi și consumabile compatibile cu analizatorul Imunologic Maglumi X3	130299007M	China	SNIBE	Lichid pentru spalarea Consumabile pentru teste cantitativ automat	Lichid pentru spalarea. Lichid pentru spălarea tubulaturii (flacon 500 ml) Consumabile pentru teste cantitativ automat	DM000368369
		Lot 19// Reactivi și consumabile compatibile cu analizatorul BD BACTEC Plus Anaerobic/ F				BD BACTEC - aparat microbiologic automat de detectare a microorganismelor în sânge. Se acceptă oferte alternative pentru următoarele tipuri de analize cu utilaj incomod: detectarea microorganismelor aerobe și anaerobe în sânge	BD BACTEC - aparat microbiologic automat de detectare a microorganismelor în sânge în comodat pentru detectarea microorganismelor aerobe și anaerobe în sânge	
33600000-6	19	Среда для культивирования анаэробов (BD BACTEC Plus Anaerobic/ F)	442022	USA	Becton Dickinson (BD)	BD Bactec Plus Anaerobic / F Metoda de determinare : Test cantitativ automat .Tipul de reagenți: lichid stabil gata de utilizare; Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producatori nu mai mic de 12 luni din data livrării.Instrucțiunile privind la modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat.	# 442022 Среда для культивирования анаэробов с полимерными смолами в пластиковом флаконе (BD BACTEC Plastic Anaerobic 50V)	DM000332266

Codul CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de Referință. Nr. de înregistrare AMDM
33600000-6	19	Среда для культивирования аэробов (BD BACTEC Plus Aerobic /F	442023	USA	Becton Dickinson (BD)	BD Bactec Plus Aerobic / F Metoda de determinare : Test cantitativ automat .Tipul de reagenti: lichid stabil gata de utilizare; Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producatori nu mai mic de 12 luni din data livrării.Instructiunile privind la modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat.	# 442023 Среда для культивирования аэробов с полимерными смолами в пластиковом флаконе (BD BACTEC Plus Aerobic/F)	DM000332267
33600000-6	19	Среда для культивирования аэробов из образцов детской крови (BC BACTEC Peds Plus)	442020	USA	Becton Dickinson (BD)	BD Bactec Peds Plus Metoda de determinare : Test cantitativ automat .Tipul de reagenti: lichid stabil gata de utilizare; Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producatori nu mai mic de 12 luni din data livrării.Instructiunile privind la modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat.	# 442020 Среда для культивирования аэробов из образцов детской крови с полимерными смолами в пластиковом флаконе (BD BACTEC Peds Plus)	DM000332264

Semnat: _____ Numele, prenumele: Petru Bolea În calitate de: Șef Departament Comercial

Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova