

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocuds-b3wdp1-MD-1657011892917 din 05.07.2022

Obiectul achiziției: Kituri și consumabile pentru determinarea reziduurilor de medicamente (antibiotice) și metale grele pentru domeniul siguranță alimentară

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
LOT 11 Inserție pentru vialuri	5183-2085	SUA	Agilent	Inserție pentru viala, 250 μ L, sticlă cu picioare polimerice, dimensiunea inserției: 5,6 x 30 mm, 100buc in set	<i>Denumire: 5183-2085 Insertie din sticla 250ul</i> Inserție pentru viala, 250 μ L, sticlă cu virf întins, dimensiunea inserției: 5,6 x 31 mm, 100buc in set	
LOT 12 Filtru in linie	5067-1551	SUA	Agilent	Ansamblu filtru în linie, 2,1 mm, 0,2 μ m, max 600 bar, 3 frite, capilar de conectare 0.12 x 70 mm, SST, compatibil cu Lichid cromatograf Agilent 1260/1290	<i>Denumire: 5067-1551 Filtru in linie</i> Ansamblu filtru în linie, 2,1 mm, 0,2 μ m, max 600 bar, 3 frite, capilar de conectare 0.12 x 70 mm, SST, compatibil cu Lichid cromatograf Agilent 1260/1290	
LOT 13 Tuburi de cultură, sticlă soda-calcică	114115	Germania	Brand	Tuburi de cultură, sticlă soda-calcică, cu margine netedă 16x100mm, 13ml, grosime pereti 0.7mm, RCF max. 2600, 1000 buc in set.	<i>Denumire: 114115 Tuburi de cultură, sticlă soda-calcică</i> Tuburi de cultură, sticlă soda-calcică, cu margine netedă 16x100mm, 13ml, grosime pereti 0.7mm, RCF max. 2600, 1000 buc in set.	
LOT 14 Ulei pompa Vid	6040-1444	SUA	Agilent	AVF 60 Gold Oil	<i>Denumire: 6040-1444 Ulei pt pompa Vid</i> AVF 60 Gold Oil	
LOT 15 Foaie abraziva pentru curatarea sursei LCMS	8660-0827	SUA	Agilent	Abrasiv mesh, 4000 grit (4 μ m), compatibil pentru mentenanta sistemului LCMS	<i>Denumire: 8660-0827 Foaie abraziva pt curatarea sursei LCMS</i> Abrasive mesh, 4000 grit (4 μ m), compatibil pentru mentenanta sistemului Agilent LCMS	

					Ultivo	
LOT 16 Praf curatare capilar	5190-1401	SUA	Agilent	Praf de curățare, pentru capilar dielectric, pentru curățarea capilarului transfer de ioni, compatibil pentru mentenanta sistemului LCMS	<i>Denumire: 5190-1401 Praf pt curatare capilar</i> Praf de curățare, pentru capilar dielectric, pentru curățarea capilarului transfer de ioni, compatibil pentru mentenanta sistemului Agilent LCMS Ultivo	
LOT 17 Fiting colona LC viraj rapid	5067-5966	SUA	Agilent	Fiting coloana LC cu viraj rapid si conectare manuala, compatibil cu Lichid cromatograf Agilent 1260/1290	<i>Denumire: 5067-5966 Fiting colona LC viraj rapid</i> Fiting coloana LC cu viraj rapid si conectare manuala, compatibil cu Lichid cromatograf Agilent 1260/1290	
LOT 18 Set anual consumabile generatorul de azot	3301538	UK	Peak Scientific	Set anual pentru generatorul de azot Peak Genius XE, compatibil cu sistemului Agilent LCMS Ultivo.	<i>Denumirea : 3301538 Set anual consumabile generatorul de azot</i> Set anual pentru generatorul de azot Peak Genius XE, compatibil cu sistemului Agilent LCMS Ultivo.	
LOT 19 Set frite pentru pompa	5067-5716	SUA	Agilent	Frite pentru filtrul de evacuare a pompei Agilent 1290, compatibil cu pompa Agilent 1290, 2buc in set	<i>Denumirea: 5067-5716 Frite pt filtru de evacuare</i> Frite pentru filtrul de evacuare a pompei Agilent 1290, compatibil cu pompa Agilent 1290, 2buc in set	
LOT 20 Set filtre Inline Filter for pump	5023-0271	SUA	Agilent	Frită pentru filtru inline a pompei Agilent 1290, 0.3 μm, compatibil cu pompa Agilent 1290, 5buc in set	<i>Denumirea: 5023-0271 Frite pentru filtru inline</i> Frită pentru filtru inline a pompei Agilent 1290, 0.3 μm, compatibil cu pompa Agilent 1290, 5buc in set	
LOT 21 Set de consumabile 12000 ore de lucru pentru generatorul de azot	PNE.VALV.003	Franta	F-DGSi	Setul de consumabilele necesare pentru generatorul de azot CALYPSO utilizat la sistemul Agilent 6470 Triple Quadrupole LC/MS. Setul trebuie sa includa: valve SMC 1/2" - 4 buc.	<i>Denumirea: PNE.VALV.003 Set de consumabile 12000 h, pt generatorul N2</i> Setul include consumabilele necesare spre inlocuire dupa 12000 ore de lucru pentru generatorul de azot CALYPSO utilizat la sistemul Agilent 6470 Triple Quadrupole LC/MS. Setul trebuie sa includa: valve SMC 1/2" - 4 buc.	
LOT 22 Lichid de răcire Agilent Cool Clear	5799-0037	SUA	Agilent	Lichid de răcire Agilent Cool Clear, volumul - 2 gal/pachet. Lichid de răcire de uz general compatibil cu schimbătorul de căldură	<i>Denumirea: 5799-0037 Lichid de răcire Agilent Cool Clear</i> Lichid de răcire Agilent Cool Clear, volumul - 2	

				cu recirculare Agilent, utilizat la spectrometrul de absorbție atomică Agilent 240Z. Compoziția lichidului include inhibitor de coroziune pentru protecția circuitului de răcire al spectrometrului.	gal/pachet. Lichid de răcire de uz general compatibil cu schimbătorul de căldură cu recirculare Agilent, utilizat la spectrometrul de absorbție atomică Agilent 240Z. Compoziția lichidului include inhibitor de coroziune pentru protecția circuitului de răcire al spectrometrului.	
LOT 23 Set precoloane C18 2.1x5mm 1.8-Micron	821725-901	SUA	Agilent	Set precoloane ZORBAX Rapid Resolution HD Eclipse Plus C18, 2.1 x 5 mm, 1.8 µm, 1200 bar, precoloane UHPLC, 3 bucati in set.	<i>Denumirea: 821725-901 Precoloana ZORBAX Rapid Resolution HD Eclipse Plus C18, 2.1 x 5 mm, 1.8 µm</i> Set precoloane ZORBAX Rapid Resolution HD Eclipse Plus C18, 2.1 x 5 mm, 1.8 µm, 1200 bar, precoloane UHPLC, 3 bucati in set.	
LOT 25 Filtre pentru seringi	5190-5262	SUA	Agilent	Filtre PVDF de 0.45 µm, diam. 13mm,	<i>Denumirea: 5190-5262 Filtru pentru seringi 1000/Pk</i> Filtre PVDF de 0.45 µm, diam. 13mm	
TOTAL						

Semnat Numele, prenumele: **Nicolai Iasîbaş** În calitate de: **Director**

Ofertantul **Lokmera SRL** Adresa: **str. Mitropolit Gurie Grosu 9, Chişinău, MD-2028, Republica Moldova**