

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației: LP nr. oeds-b3wdp1-MD-1678193362324

Denumirea licitației: Achiziționarea reactive și consumabile medicale întru realizarea Programului Național „Securitatea transfuzională și autoasigurarea firii cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2023 (repetat)

Data: „23” martie 2023

Lot: 1

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1	2				3	4	5	6	7	8
33100 00-1	1	Set consumabile pentru colectarea trombocitelor în doza dubla de trombocite și una doza de plasma	Set consumabile pentru colectarea trombocitelor în doza dublă de trombocite și una doza de plasmă	Model aparat: Nigale Blood Component Separator XCF 3000; Model seturi: P-2000 I F Disposable Blood Component Apheresis set	China	Sichuan Nigale Biomedical Co., Ltd.;	<p>Cerințe față de dispozitivul medical, alături de dotare:</p> <p>Trima Accel 1000 (3 bucăți), sau Amicore Apheresis (4 bucăți) Prin tehnologia aplicată la dispozitivele aflate în dotarea instituției, cu toate componentele: număr de seturi/consumabile obligatorii activității dispozitivului medical aflat în dotarea instituției, necesare în procesul de colectare trombocitelor în doza dubla de trombocite și una doza de plasma de la donator, total – 1800 seturi.</p> <p>Dispozitivele aflate în dotarea instituției:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dispozitiv pentru colectarea trombocitelor în doza dubla de trombocite și una doza de plasma de la donator (citatează) Trima Accel 1000 (3 bucăți), anul producerii 2016 (dobândite prin contract de donație); - dispozitiv pentru colectarea trombocitelor în doza dubla de trombocite și una doza de plasma de la donator (citatează) Amicore Apheresis (4 bucăți – anul producerii 2020 și 1 bucată – anul producerii 2021), (dobândite prin contract de comodat). <p>- Asigurarea deservirii tehnice a dispozitivelor medicale aflate în dotare/oferte în comodat pe toată perioada de executare a contractului.</p> <p>Cerințe față de dispozitivul medical, alt dispozitiv decât cel existent în dotare: bucăți 4</p> <p>Prin tehnologia aplicată pentru un alt dispozitiv decât cel existent în dotare, cu toate componentele: număr de seturi/consumabile și alte produse obligatorii activității dispozitivului medical, necesare în procesul de colectare trombocitelor în doza dubla de trombocite și una doza de plasma de la donator, total – 1800 seturi.</p> <p>Destinație: pentru efectuarea procedurii de citafereză la donatorul de celule.</p> <p>Tehnologie automatizată, de tip închis.</p> <p>Separarea componentelor (plasmă, trombocite): prin centrifugare cu seturi sterile de unica folosință.</p> <p>Cerințe către funcționalitatea dispozitivului:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Asigurat cu Pompă pentru sânge b) Asigurat cu Pompă pentru anticoagulant. c) Asigurat cu Pompe pentru componente separate. d) Nu mai puțin de patru detectoare pentru bula de aer în tubulatura setului e) Nu mai puțin de 7 clame de închidere a liniei de plasmă/trombocite/sânge/soluție anticoagulant/fiole destinate controlului calității. f) Mecanismul de închidere a centrifugii rapid (prin apăsare). g) Detector a presiunii intravenoase la donator. 	A se vedea Anexa Nr.1 la specificația tehnică	DOC, CE, ISO	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Șarco Alexandru În calitate de: Director

Ofertantul: Pharmony SRL Adresa: mun. Chișinău, or. Durlăști, str. Durlăști 4