

din “ \_\_\_\_\_ ” 2022

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Procedura de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1675432969171 din 03.02.2023

Obiectul achiziției: Gaze medicale

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Produsul-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
Lot 1//Oxygen medical lichid (criogenic) Punctul de fierbere: -183 grade Celsius, concentrația nu mai puțin de 99,5%, densitatea – 1,429 kg/m3 (IMC)		R.Moldova	I.C.S. „Tehgaz Grup” S.R.L.	Oxygen medical lichid (criogenic) - mun. Chișinău. Punctul de fierbere: -183 grade Celsius, concentrația nu mai puțin de 99,5%, densitatea – 1,429 kg/m3. Cerințe tehnice conform GOST 6331 -78 sau standardelor europene pentru oxygen lichid medical	Oxygen medical lichid (criogenic) - mun. Chișinău. Punctul de fierbere: -183 grade Celsius, concentrația nu mai puțin de 99,5%, densitatea – 1,429 kg/m3. Cerințe tehnice conform GOST 6331 -78	GOST 6331-78
Lot 2//Oxygen medical gazos în butelii de de 40 litri (6,3 m3). Puritate ≥ 99,5 %. (IMC)		R.Moldova	I.C.S. „Tehgaz Grup” S.R.L.	Oxygen medical gazos în butelii de de 40 litri (6,3 m3). Puritate ≥ 99,5 %. Cerințe tehnice conform GOST 5583 -78 sau standardelor europene pentru oxygen lichid medical	Oxygen medical gazos în butelii de de 40 litri (6,3 m3). Puritate ≥ 99,5 %. Cerințe tehnice conform GOST 5583 -78	GOST 5583-78
Lot 3//Oxygen medical gazos în butelii de de 20 litri (3,15 m3). Puritate ≥ 99,5 %. IMC		R.Moldova	I.C.S. „Tehgaz Grup” S.R.L.	Oxygen medical gazos în butelii de de 20 litri (3,15 m3). Puritate ≥ 99,5 %. Cerințe tehnice conform GOST 5583 -78 sau standardelor europene pentru oxygen lichid medical	Oxygen medical gazos în butelii de de 20 litri (3,15 m3). Puritate ≥ 99,5 %. Cerințe tehnice conform GOST 5583 -78	GOST 5583-78

Lot 4//Oxygen medical gazos în butelii de de 40 litri (6,3 m3). Puritate ≥ 99,5 %.	R.Moldova	I.C.S. „Tehgaz Grup” S.R.L.	Oxygen medical gazos în butelii de de 40 litri (6,3 m3). Puritate ≥ 99,5 %. Cerințe tehnice conform GOST 5583 -78 sau standardelor europene pentru oxygen lichid medical	Oxygen medical gazos în butelii de de 40 litri (6,3 m3). Puritate ≥ 99,5 %. Cerințe tehnice conform GOST 5583 -78	GOST 5583-78
Lot 5//Dioxid de carbon în butelii CO2 (25kg ) 40litri (IMC și CSRGGM)	R.Moldova	„DIROVE NORD” S.R.L.	Dioxid de carbon în butelii CO2 (25kg ) 40litri conform GOST 805082 calitatea superioară	Dioxid de carbon în butelii CO2 (25kg ) 40litri conform GOST 8050-82 calitatea superioară	GOST 8050-85
Lot 6//Dioxid de carbon în butelii CO2 (25kg ) 40litri (IMC bloc chirurgical)	R.Moldova	„DIROVE NORD” S.R.L.	Dioxid de carbon în butelii CO2 (25kg ) 40litri conform GOST 8050-85 calitatea superioară	Dioxid de carbon în butelii CO2 (25kg ) 40litri conform GOST 8050-85 calitatea superioară	GOST 8050-85
Lot 7//Dioxid de carbon în butelii CO2 (10kg ) 20litri conform GOST 805082 calitatea superioară (IMC bloc chirurgical)	R.Moldova	„DIROVE NORD” S.R.L.	Dioxid de carbon în butelii CO2 (10kg ) 20litri conform GOST 8050-85 calitatea superioară	Dioxid de carbon în butelii CO2 (10kg ) 20litri conform GOST 8050-85 calitatea superioară	GOST 8050-85
Lot 8//Azot tehnic în butelii 6,3 m/3. 40 litri (prevenirea sistemelor de oxigen)	R.Moldova	I.C.S. „Tehgaz Grup” S.R.L.	Azot tehnic în butelii 5,7 m/3, 40 litri. (prevenirea sistemelor de oxigen). GOST 9293-74	Azot tehnic în butelii 5,7 m/3, 40 litri. GOST 9293-74	GOST 9293-74



Semnătura: [Signature] Numele, Prenumele: Tomsa Tatiana În calitate de: Directorare întreprindere  
Ofertantul: I.C.S. „TehGaz Grup” S.R.L. Adresa: mun. Chisinau, str. Mesager. 8