

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție:					ocds-b3wdp1-MD-1583844070131 din 12 mart 2020, 16:00 - 18 mart 2020, 10:00				
Denumirea procedurii de achiziție:					Servicii de reparare și întreținere a echipamentului medical pentru anul 2020				
Nr. Lot	Denumire Lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Analizator BC-5000 Auto Hematologic set reagent.	50400000-9	Analizator BC-5000 Auto Hematologic set reagent	Analizator BC-5000 Auto Hematologic set reagent	China	Mindray	Servicii solicitate: Deservirea și repararea sistemului, fără costul pieselor: - 4 revizii pe an obligatoriu; - intervenție la cerere, la necesitate Piese depistate a fi defecte se achiziționează separat Lucrări efectuate în timpul reviziei: 1. Diagnostic. 2. Curățarea sub-camerelor, camerele de măsurare, stația de spălare și ace, înlocuirea filtrelor. 3. Verificarea aportului probei. 4. Monitorizarea funcționării unității de pompare a seringii. 5. Curățarea stației de spălat. 6. Verificarea funcțiilor de pompare, evacuare și curățare. 7. Verificarea circuitului electric. 8. Verificarea ecranului senzorilor. 9. Calibrarea în caz de defecțiune 10. Înlocuirea unităților (pieselor) care nu funcționează și repararea, dacă este necesar.	Servicii solicitate: Deservirea și repararea sistemului, fără costul pieselor: - 4 revizii pe an obligatoriu; - intervenție la cerere, la necesitate Piese depistate a fi defecte se achiziționează separat Lucrări efectuate în timpul reviziei: 1. Diagnostic. 2. Curățarea sub-camerelor, camerele de măsurare, stația de spălare și ace, înlocuirea filtrelor. 3. Verificarea aportului probei. 4. Monitorizarea funcționării unității de pompare a seringii. 5. Curățarea stației de spălat. 6. Verificarea funcțiilor de pompare, evacuare și curățare. 7. Verificarea circuitului electric. 8. Verificarea ecranului senzorilor. 9. Calibrarea în caz de defecțiune 10. Înlocuirea unităților (pieselor) care nu funcționează și repararea, dacă este necesar.	ISO, CE
		50400000-9	Analizator automat pentru investigatii biochimice A-25	Analizator automat pentru investigatii biochimice A-25	Spania	Biosystems	Servicii solicitate: Deservirea și repararea sistemului, fără costul pieselor: - 4 revizii pe an obligatoriu; - intervenție la cerere, la necesitate Piese depistate a fi defecte se achiziționează separat Lucrări efectuate în timpul reviziei: 1. Diagnostic. 2. Curățarea sub-camerelor, camerele de măsurare, stația de spălare și ace, înlocuirea filtrelor. 3. Verificarea aportului probei. 4. Monitorizarea funcționării unității de pompare a seringii. 5. Curățarea stației de spălat. 6. Verificarea funcțiilor de pompare, evacuare și curățare. 7. Verificarea circuitului electric. 8. Verificarea ecranului senzorilor. 9. Calibrarea în caz de defecțiune 10. Înlocuirea unităților (pieselor) care nu funcționează și repararea, dacă este necesar.	Servicii solicitate: Deservirea și repararea sistemului, fără costul pieselor: - 4 revizii pe an obligatoriu; - intervenție la cerere, la necesitate Piese depistate a fi defecte se achiziționează separat Lucrări efectuate în timpul reviziei: 1. Diagnostic. 2. Curățarea sub-camerelor, camerele de măsurare, stația de spălare și ace, înlocuirea filtrelor. 3. Verificarea aportului probei. 4. Monitorizarea funcționării unității de pompare a seringii. 5. Curățarea stației de spălat. 6. Verificarea funcțiilor de pompare, evacuare și curățare. 7. Verificarea circuitului electric. 8. Verificarea ecranului senzorilor. 9. Calibrarea în caz de defecțiune 10. Înlocuirea unităților (pieselor) care nu funcționează și repararea, dacă este necesar.	ISO, CE

Semnat: _____ Numele, prenumele: Poiata Vitalie

Ofertantul: Biosistem-mld SRL

În calitate de: Director

Adresa: mun.Chisinau, Albisoara 16/1 of.7