

Specificații tehnice

IMSP Spitalul Raional Soldanesti

Numarul procedurii de achiziție : ocds-b3wdp1-MD-1741695773105 / 21377908 din 20.03.2025						pag.1 din 1
Denumirea procedurii de achiziție : Centrifugă de laborator (12 tuburi) viteză redusă Cod 150940						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1						
Centrifugă de laborator (12 tuburi) viteza redusă Cod 150940	Centrifuga, de laborator (8-12tuburi) DM0412 nr.cat.9034002122 A12-10P nr.cat19200348	China	DLAB Scientific Co.	Centrifugă, de laborator (12 tuburi) viteză redusă: Cod 150940 Descriere; Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sîngele. Parametrul Specificația; Viteza de rotație Minimală, rpm de la 1000 Maximală, rpm pină la 4500 Setări: setarea vitezei Capacitatea: Tipul tuburilor tuburi de 10 – 15ml Numărul de tuburi: 12 tuburi Centrifugă, de laborator (12 tuburi) viteză redusă: Cod 150940 Descriere; Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sîngele. Parametrul Specificația; Viteza de rotație Minimală, rpm de la 1000 Maximală, rpm pină la 4500 Setări: setarea vitezei Capacitatea: Tipul tuburilor tuburi de 10 – 15ml Numărul de tuburi: 12 tuburi Timer: Gama de timp 0 - ≥60 min Incrementarea ≤1 min Securitatea: Blocarea capacului în timpul lucrului: da Indicatori: Indicatori vizual și acustic: da Debalansare: da Pomire/oprire: da Capac deschis: da Display Digital: da Nivelul de zgomot ≤70 dB: da Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodică, conform normelor și standartelor în vigoare: da Alimentaria 220v.Asigurarea metrologică a echipamentului; Buletin de verificare metrologică inițială -Manualul de utilizare tradus în	Centrifuga DM0412 , de laborator (8-12 tuburi) viteză redusă (catalog pag.81-82) Cod 150940 Descriere : Centrifuga de laborator este folosită pentru separarea centrifugală a <i>sîngelui uman sau probelor de urină</i> în rotor, conform EN ISO 12772. Parametrul - Specificația : Viteza de rotație : Minimală, rpm de <i>reglabila</i> de la 300 ; Maximală , rpm pină la 4500 (increment 100 rpm) -Manual de utilizare pag 3 Setări setarea vitezei - DA Capacitatea și numărul de tuburi : 8 tub*15 ml ; 12 tub*10 ml Numărul de tuburi 8-12 tuburi (A12-10P,Catalog 19200348 pag.83) Timer Gama de timp <i>30sec - 99 min HOLD</i> , operare continuă Incrementarea ≤1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului -DA (MANUAL DE UTILIZARE - FIGURA 6.1 -PAG.6 + FIG.7.2 PAG.7) Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodică, conform normelor și standartelor în vigoare - DA (Manual de utilizare - Figura 6.2 pag 6 Funcție de autodiagnosticare. Dacă apare o problema pe ecran apare un cod de eroare /avertizare cu Litera E și operatorul poate determina o defectiune după codul de avertizare aparut - Manual de utilizare punctul 11.1 pag.13 Detector de depășire a vitezei, diagnostic intern automat -DA Indicatori Indicarori vizual și acustic -DA Debalansare -DA (MANUAL DE UTILIZARE PAG.2) Pomire/oprire -DA Capac deschis -DA Display Digital -DA Nivelul de zgomot - 56dB(A) Include metrologia de la producător	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO 13485:2016;

Nume: Varman Irina În calitate de: Director

Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL Adresa: mun. Chisinău, str. Docuceaev. 6

semnat electron