

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție:	21420827 din 29.05.2025 _conform SIA RSAP / M-Tender
Denumirea procedurii de achiziție:	Consumabile p/u turn laparoscopic – 2025

Denumirea bunurilor/serviciilor	Model articol	Tara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicit. de autoritatea contractantă	Specific tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
1. Electrode bilă p/u coagulare	141707 P	Italia	Endomed	Electrod tip bilă fără aspirație; Lungime 30 cm ($\pm$ 6cm); Diametru electrod: max. 5mm; Autoclavabil; Vârf bilă: rigid, fără părți mobile.	Electrod tip bilă fără aspirație; Lungime 340mm; Diametru electrod: 5mm; Autoclavabil; Vârf bilă: rigid, fără părți mobile.	DM0006987 03
2. Optică laparoscopică 30°	10 314 UE.HD	Italia	Endomed	Telescop optic rigid; Rezoluție HD; Unghi de vizualizare 30°; Diametrul: max. 10mm; Lungime de lucru: 300mm ($\pm$ 30mm); Autoclavabil la 134°C.	Telescop optic rigid Rezoluție HD Unghi de vizualizare :30 ° Diametrul : maxim 10 mm Lungimea de lucru: 314mm. Autoclavabil la 134 ° C	DM0007010 33
3. Cablu fibră optică	49 300PL + 49 110A	Italia	Endomed	Diametrul: 4-5mm; Lungime: 3000mm ($\pm$ 500mm); Rotație liberă în jurul axei sale; Autoclavabil la 134°C; Cod de referință: 495NCSC; Compatibil cu sursa de lumină "Power LED 175 SCB, Karl Storz".	Diametrul: 4,9mm; Lungime: 3000mm. Rotație liberă în jurul axei sale; Autoclavabil la 134°C; Cod de referință: 495NCSC; Compatibil cu sursa de lumină "Power LED 175 SCB, Karl Storz".	DM0007004 41; DM0007004 23
4. Set tuburi de irigare, tip casetă				Reutilizabile; Sterilizabile; Pentru irigare; Tip FC (flow-controlled); Porturi canulare: minim 2; Cod de referință: UP007; Compatibil cu irigator-aspirator "Hamou Endomat SCB, Karl Storz".		
5. Set tuburi de aspirare				Material: silicon; Reutilizabile; Sterilizabile; Pentru aspirare; Cod de referință: 26331142; Compatibil cu irigator-aspirator "Hamou Endomat SCB, Karl Storz".		
Total						

Semnat: _____
În calitate de: Director
Adresa: Durlști, str. Vasile Lupu 6

Numele, Prenumele: Bunic Gheorghe
Ofertantul: Ericon SRL

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție:	21420827 din 29.05.2025 _conform SIA RSAP / M-Tender
Denumirea procedurii de achiziție:	Consumabile p/u turn laparoscopic – 2025

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Cant.	U/M	Preț unitar (f/TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termen livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bunuri/servicii								
33100000-1	1. Electrode bilă p/u coagulare	4	buc.	2650	3180	10600	12720	48 ore	MD87TRPCCC518430A00172AA
	2. Optică laparoscopică 30°	3	buc.	28000	33600	84000	100800		
	3. Cablu fibră optică	4	buc.	5800	6960	23200	27840		
	4. Set tuburi de irigare, tip casetă	4	buc.						
	5. Set tuburi de aspirare	4	buc.						
	TOTAL					117800	141360		

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Bunic Gheorghe

În calitate de: Director

Ofertantul: Ericon SRL

Adresa: Durlesti, str.Vasile Lupu 6