

Anexa 78. Autoclav. Nuve NC 100

Parametri ceruti	Parametri oferiti
• model vertical • parametri de sterilizare : - durata de sterilizare setabila 3 - 120 minute - temperatura de sterilizare setabila 100 - 139°C • timer pentru durata sterilizarii • manometru; presiune maxima: 2,5 bar • constructie interioara si exterioara din otel – inox • 10 programe de sterilizare • senzor de temperatura PT 100, clasa A • control PID al temperaturii prin microprocesor • purjare automata • filtru biologic si interfata RS 232 (modelul Sterilmatic C-Dry) • garnituri siliconice • termostat de siguranta - protectie la supraincalzire • sistem de autodiagnostic cu afisarea erorilor aparute • protectie la suprapresiune Volum -120-130 l.	• model vertical • parametri de sterilizare : - durata de sterilizare setabila 1 - 99 minute - temperatura de sterilizare setabila 105 - 136°C • timer pentru durata sterilizarii • manometru; presiune maxima: 2,5 bar • constructie interioara si exterioara din otel – inox • 10 programe de sterilizare + 7 presetate • senzor de temperatura PT 100, clasa A • control PID al temperaturii prin microprocesor • purjare automata • filtru biologic si interfata RS 232 (modelul NC 100) • garnituri siliconice • termostat de siguranta - protectie la supraincalzire • sistem de autodiagnostic cu afisarea erorilor aparute • protectie la suprapresiune Volum -100 l.