

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21354344 / ocds-b3wdp1-MD-1737734481286 din 07.02.2025								
Obiectul de achiziție: În scopul atribuirii contractelor subsecvente ca urmare a acordului-cadru (nr. ocds...30646 din 14.01.2025) încheiat prin procedura de achiziție publică ocds-b3wdp1-MD-1718205130646 din 12.06.2024 privind încheierea acordului-cadru - Achiziționarea endoprotezelor pentru anii 2025-2027								
Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
		Lot Nr. 20- lot nr 24 Proteza totala de genunchi de tip pivot medial						
33100 000-1	24.1	Componenta femurala	GMK Sphere, Femural Component, 02.12.0001L-02.12.0007L, 02.12.0001R-02.12.0007R	Elvetia	Medacta International	- Sa fie confectionat din aliaj cobalt - crom (CoCr) ; - Componenta anatomica cu variante stanga-dreapta; - Sa prezinte un design cu un radius constant in ambele planuri : sagital si coronal ; - Sa prezente o grosime constanta a condililor postriori ; - Sa prezinte un singur radius de curbura la ambii condili, care se va extinde de la 0-90° - Sa prezinte un sant prepatelar anatomic, adincit ; - Sa fie disponibila in minim 5 dimensiuni ; - Modalitate de implantare: cimentata ; - Suprafata articulara sa fie lustruita - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării ; - Sa fie sterila;	- confectionat din aliaj CoCrMo ; - Componenta anatomica cu variante stanga-dreapta; - design cu un radius constant in ambele planuri : sagital si coronal ; - o grosime constanta a condililor postriori ; - Sa prezinte un singur radius de curbura la ambii condili, care se va extinde de la 0-90° - sant prepatelar anatomic, adincit ; - disponibila in 13 dimensiuni ; - Modalitate de implantare: cimentata ; - Suprafata articulara e lustruita - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării ; - Sa fie sterila;	
33100 000-1	24.2	Componentul tibia	GMK Sphere,Tibiak Baseplate, 02.07.1201L-	Elvetia	Medacta International	- Sa fie confectionat din aliaj de titan sau cobalt crome (CoCr) ; - Sa prezinte o crestere proportionala la dimensiuni ; - Baza de implantare prin pin de stabilizare cu	- confectionat din aliaj CoCrMo - prezinta o crestere proportionala la dimensiuni ; - Baza de implantare prin pin de stabilizare cu 2 aripiare laterale ;	

			02.07.1206L, 02.12.t3i4L 02.12.t4i3L, 02.07.1201R- 02.07.1206R, 02.12.t3i4R 02.12.t4i3R			2 aripioare laterale ; - Sa prezinte o panta posterioara, cu valori de la 3-7°; - Sa permita corecta pozitionare atat cu ghid centromedular, cat si cu ghid extern ; - Sa fie disponibil in minim 5 dimensiuni ; - Sa prezinte un mecanism robust de fixare periferica al polietilenei, pentru a reduce micro miscari ; - Modalitate de implantare: cimentata ; - Termen restant al sterilizării fie de minim de 3 ani la momentul livrării	- panta posterioara, cu valori de la 3-7°; - permite corecta pozitionare atat cu ghid centromedular, cat si cu ghid extern ; - disponibil in minim 6 dimensiuni ; - mecanism de fixare periferica al polietilenei, pentru a reduce micro miscari ; - Modalitate de implantare: cimentata ; - Termen restant al sterilizării fie de minim de 3 ani la momentul livrării	
33100 000-1	24.3	Insert de polietilena	GMK Sphere, Tibial insert , 02.12.0110FL- 02.12.0620FL, 02.12.0110FR- 02.12.0620FR	Elvetia	Medacta International	Confectionat din polietilena cu greutate moleculara ultra inalta (UHMWPE) ; - Sa prezinte variante stanga/dreapta ; - Sa prezinte un design asimetric, partea mediala a insertului formind o depresiune sferica, concava ; La randul sau partea laterala a polietilenei sa prezinte un design arcuat. - Sa prezinte un design cu o conformitate inalta pe partea mediala ; Pe partea sa mediala, polietilena va prezenta marginile sale anterioare si posterioare inalte ; - Impleuna cu condilul femural medial al componentului femural, insertul polimeric va forma o jonctiune constrinsa de tip « minge in cos ». - Minim 5 inaltimi diferite pentru fiecare din cele minim 5 dimensiuni de tibie ; - Grosimea minima a stratului de polietilena de 6 mm -Modalitatea de implantare: sistem de prindere periferica a insertului, cu elemente de stabilizare mecanica la nivelul piesei tibiale; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	Confectionat din polietilena cu greutate moleculara ultra inalta (UHMWPE) ; - variante stanga/dreapta ; - design anatomic, partea mediala a insertului formind o depresiune sferica, concava ; La randul sau partea laterala a polietilenei prezinta un design arcuat. - prezinta un design cu o conformitate inalta pe partea mediala ; Pe partea sa mediala, polietilena va prezenta marginile sale anterioare si posterioare inalte ; - Impleuna cu condilul femural medial al componentului femural, insertul polimeric va forma o jonctiune constrinsa de tip « minge in cos ». - Minim 7 inaltimi diferite pentru fiecare din cele minim 6 dimensiuni de tibie ; - Grosimea minima a stratului de polietilena de 6 mm -Modalitatea de implantare: sistem de prindere periferica a insertului, cu elemente de stabilizare mecanica la nivelul piesei tibiale; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	
33100 000-1	24.4	Component patelar	GMK , Resurfacing Patella 02.07.0033RP- 02.07.0036RP	Elvetia	Medacta International	Confectionat din polietilena cu greutate moleculara ultra inalta (UHMWPE) ; - Sa prezinte design sferic ; - Minim 3 dimensiuni - Modalitatea de implantare: cimentata, sa prezinte pinteni de cimentare (de la 1 la 3) ; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării ;	Confectionat din polietilena cu greutate moleculara ultra inalta (UHMWPE) ; - design anatomic si simetric ; - Minim 4 dimensiuni - Modalitatea de implantare: cimentata, sa prezinte pinteni de cimentare (de la 1 la 3) ; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării ;	
33100 000-1	24.5	Set de instrumentegratuit în folosință	GMK Sphere	Elvetia	Medacta International	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință conform contractului de comodat, va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe perioada de la prima livrare a protezelor până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință conform contractului de comodat, va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe perioada de la prima livrare a protezelor până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou	

						acestea. 4. va fi nou (neutilizat) sau pre utilizat în stare excelentă de utilizare (să nu prezinte defecte sau uzuri excesive) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar. Numărul Seturile de instrumente este orientativ per an și vor fi repartizate IMSP-lor conform listei de distribuție, care va fi disponibilă la transmiterea invitației la reofertare în vederea semnării contractelor subsecvente.	(neutilizat) sau pre utilizat în stare excelentă de utilizare (să nu prezinte defecte sau uzuri excesive) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar. Numărul Seturile de instrumente este orientativ per an și vor fi repartizate IMSP-lor conform listei de distribuție, care va fi disponibilă la transmiterea invitației la reofertare în vederea semnării contractelor subsecvente.	
33100 000-1	24.6	Ferestrau oscilator si burghiu pentru alezaj în custodie	Surgical motor system, M206-1001	Turcia	AYGUN, Surgical Instruments Co.,INC	1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) sau re-utilat la uzina producator. 5. În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. Ferestrau oscilator 2 unitați si burghiu pentru alezaj în custodie 2 unitați	1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) sau re-utilat la uzina producator. 5. În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. Ferestrau oscilator 2 unitați si burghiu pentru alezaj în custodie 2 unitați	
33100 000-1	24.7	Lame pentru motor oscilant	Sagittal Saw Blades, M103-1146 M103-1143	Turcia	AYGUN, Surgical Instruments Co.,INC	Lame pentru motor oscilant	Lame pentru motor oscilant	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ghennadi Kalcev În calitate de: Manager

Ofertantul: MT International Group SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Negresteni ,nr.9, of 11_