

		Specificații tehnice							
Numărul licitației:	LP nr. 21466158 / ocds-b3wdp1-MD-1755065582381							Data: 21.08.2025	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației:	În scopul atribuirii contractelor subsecvente ca urmare a acordului-cadru (ocds...51211 din 29.11.2024) încheiat prin procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1717169951211 din 31.05.2024 privind încheierea acordului-cadru - Achiziționarea protezelor valvulare și vasculare, inclusiv consumabile pentru anii 2025-2027							Pagina: 1 din 1	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2			3		5	6	7	8
33100000-1	18	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica, steril, unghii de deschiderea $\geq 85^\circ$	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica, steril, unghii de deschiderea $\geq 85^\circ$	Regent, model 19AGN-751 , 21AGN-751	USA	ST.JUDE MED / ABBOTT MED	Aortice:Aortice: -Inel valvular si elementul de ocluzie sa fie produs din carbon pirolitic pur fara componente metalice care să permită efectuarea în condiții de siguranță și fără artefacte a examinărilor CT și RMN. -Inelul și discul să fie vizibile radiografic. -Profil hemodinamic optim:- unghii de deschiderea $\geq 85^\circ$, arcul de lucru 55° -turbulenta de staza minima - raport orificiul / inel $\geq 84\%$ -regurgitarea minima in pozitia inchisa -valva rotabila dupa insertie -materialul textil de acoperire a inelului protezei sa fie cu structura netrombogena si cu marker de implantarea, clasa I-A antitromboza ACCP -mecanizm de protectie a pivotelor pentru dezvoltarea panusului, a hipertropiei musculare sau septale, a extenziei calcificarilor subvalvulare. --gradientul transvalvular mai mic de 10 mm Hg -valvele oferite sa fie cunoscute si utilizate curent in unitati de specialitate din strainatate - aria geometrica a orificiului : $\varnothing 19 \text{ mm} \geq 2,39 \text{ sm}$ $\varnothing 21 \text{ mm} \geq 2,9 \text{ sm}$- - gradienti transvalvulari mici; - gradient mediu transvalvular mai mic de 9mm Hg.	Aortice:Aortice: -Inel valvular si elementul de ocluzie produs din carbon pirolitic pur fara componente metalice care să permită efectuarea în condiții de siguranță și fără artefacte a examinărilor CT și RMN. -Inelul și discul să fie vizibile radiografic. -Profil hemodinamic optim:- unghii de deschiderea 85°, arcul de lucru 55° -turbulenta de staza minima - raport orificiul / inel 85% -regurgitarea minima in pozitia inchisa -valva rotabila dupa insertie -materialul textil de acoperire a inelului protezei sa fie cu structura netrombogena si cu marker de implantarea, clasa I-A antitromboza ACCP -mecanizm de protectie a pivotelor pentru dezvoltarea panusului, a hipertropiei musculare sau septale, a extenziei calcificarilor subvalvulare. --gradientul transvalvular mai mic de 10 mm Hg -valvele oferite sa fie cunoscute si utilizate curent in unitati de specialitate din strainatate - aria geometrica a orificiului : marimea $19 \text{ mm} / \varnothing 19 \text{ mm} = 2,39 \text{ cm}^2$ marimea $21 \text{ mm} / \varnothing 21 \text{ mm} = 2,9 \text{ cm}^2$ - gradienti transvalvulari mici; - gradient mediu transvalvular mai mic de 9mm Hg. Manjetă standart. documente tehnice se anexeaza.	DM000415214 DM000415215

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Ceaicovschi Tudor; În calitate de: director general;

Ofertantul: "GBG-MLD" SRL; Adresa: mun.Chisinau, str. Albisoara 64/2;