

CERERE DE PARTICIPARE

Către CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
(MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, mun. Chișinău MD-2005, bd. Grigore Vieru, 22/2)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. 91 din 15.11.2024 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului *Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare (lista suplimentară 31)* (denumirea contractului de achiziție publică), noi **“Denolga Medical” SRL** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 20.12.2024

Cu stimă,
Ofertant/candidat
„Denolga Medical” SRL
(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8
la Documentația standard
nr. ocde-b3wdp1-MD-1731421953079
din “12” noiembrie 2024

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
(MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, mun. Chișinău MD-2005, bd. Grigore Vieru, 22/2)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare (lista suplimentară 31) prin procedura de achiziție Licitație deschisă**, pentru o durată de **160 zile**, (o sută șaiszeci zile), respectiv până la data de 31.05.2025 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 20.12.2024

Cu stimă,
Ofertant/candidat
“Denolga Medical” SRL
(semnătura autorizată)

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1731421953079 din 12.11.2024
Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare (lista suplimentară 31)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Aspirator cu ultrasunet utilizat în neurochirurgie pentru extracția formațiunilor tumorale	CUSAEXCEL9/ C2602/ CV260438000/ C3601/ C5636/ C5602/ C2636/ C4611ELT/ C4608ELT/ C4614ELT	SUA	Integra LifeSciences	Aplicații: Sistemul de aspirație chirurgicală cu ultrasunete utilizat în neurochirurgie pentru extracția formațiunilor tumorale Tehnologia rezecției: Ultrasonic;	Aplicații: Sistemul de aspirație chirurgicală cu ultrasunete utilizat în neurochirurgie pentru extracția formațiunilor tumorale, (Integra Ultrasonics CUSA® Excel+ Products Catalogue, pag. 5, Integra® CUSA® Excel/CUSA® Excel+ Ultrasonic Surgical Aspirator System USER'S GUIDE, pag. 1-1) Tehnologia rezecției: Ultrasonic; Integra® CUSA® Excel/CUSA® Excel+ Ultrasonic Surgical Aspirator System USER'S GUIDE, pag. 1-1, 2-1, 2-3)	EC, ISO

				Sistemul să fie compus din consolă (generator de ultrasunet), piese de mână, troleu; Consola să fie dotată cu pompe de aspirație și irigare integrate; Să fie identificate automat piesele de mână conectate; Parametri ajustabili - intensitatea ultrasunetului, puterea de aspirație și fluxul de irigație; Frecvențe de lucru a consolei minim 2 (24 ± 1 kHz și 35 ± 1 kHz);	<u>CUSAEXCEL9</u> Sistemul să fie compus din consolă (generator de ultrasunet), piese de mână, troleu; (<i>Integra Ultrasonics CUSA® Excel+ Products Catalogue, pag. 5, Integra® CUSA® Excel/CUSA® Excel+ Ultrasonic Surgical Aspirator System USER'S GUIDE, pag. iii)</i> Consola să fie dotată cu pompe de aspirație și irigare integrate; <i>Integra® CUSA® Excel/CUSA® Excel+ Ultrasonic Surgical Aspirator System USER'S GUIDE, pag. 3-2 – 3-6)</i> Să fie identificate automat piesele de mână conectate <i>Integra® CUSA® Excel/CUSA® Excel+ Ultrasonic Surgical Aspirator System USER'S GUIDE, pag. 4-2 – 4-16, 5-11 – 5-14)</i> Parametri ajustabili - intensitatea ultrasunetului, puterea de aspirație și fluxul de irigație (<i>Integra® CUSA® Excel/CUSA® Excel+ Ultrasonic Surgical Aspirator System USER'S GUIDE, pag. 2-2 – 2-4;</i> Frecvențe de lucru a consolei - 2 (23 kHz și 36 kHz) (<i>Integra® CUSA® Excel/CUSA® Excel+ Ultrasonic Surgical Aspirator System USER'S GUIDE, pag. A-2)</i> <u>C2602</u> (<i>Integra Ultrasonics CUSA® Excel+ Products Catalogue, pag. 9, Integra® CUSA® Excel/CUSA®</i>	
--	--	--	--	--	---	--

				Piesă de mână destinată pentru intervenții în neurochirurgie compatibilă cu consola oferită- minim 1buc; Piesă de mână de 35 kHz (± 1kHz); Durată de funcționare minim 100 cicluri de sterilizare pentru fiecare piesă; Accesorii: garda de protecție contaminare-minim 12 buc; vas colector-minim 12 buc; tub colector-minim 12 buc; Baza de cuplare reutilizabilă / autoclavabilă-1 Buc;	<i>Excel+ Ultrasonic Surgical Aspirator System USER'S GUIDE, pag. 13-7)</i> Piesă de mână destinată pentru intervenții în neurochirurgie compatibilă cu consola oferită- 1 buc; Piesă de mână de 36 kHz; Durată de funcționare 100 cicluri de sterilizare pentru fiecare piesă; <i>Integra® CUSA® Excel/CUSA® Excel+ Ultrasonic Surgical Aspirator System USER'S GUIDE, pag. 13-7)</i> Accesorii: garda de protecție contaminare - 12 buc, în set cu CUSAEXCEL9, <i>(Integra Ultrasonics CUSA® Excel+ Products Catalogue, pag. 5)</i> <u>CV260438000</u> (Integra Ultrasonics CUSA® Excel+ Products Catalogue, pag. 10) vas colector - 12 buc; <u>C3601</u> (Integra Ultrasonics CUSA® Excel+ Products Catalogue, pag. 9) tub colector - 12 buc; <u>C5636</u> (Integra Ultrasonics CUSA® Excel+ Products Catalogue, pag. 9) Baza de cuplare reutilizabilă / autoclavabilă-1 Buc;	
--	--	--	--	--	--	--

				Cheie dinamometrică sterilă-minim 5 unități sterile; Cutie de sterilizare; Vârf ultrasunet - capăt curbat extins micro de unică folosință, minim 4 Buc; Vârf ultrasunet - capăt extins, curbat, standard de unică folosință, minim 4 Buc; Vârf ultrasunet - capăt curbat extins micro plus de unică folosință, minim 4 Buc; Pedală de lucru în set; Să fie oferiți si enumerați în ofertă (cu indicarea modelului/numar de articol) toți accesorii necesari pentru buna funcționare a Aspiratorului cu ultrasunet	<u>C5602</u> (Integra Ultrasonics CUSA® Excel+ Products Catalogue, pag. 9) Cheie dinamometrică sterilă – 6 unități sterile; <u>C2636</u> (Integra Ultrasonics CUSA® Excel+ Products Catalogue, pag. 10) Cutie de sterilizare; <u>C4611ELT</u> (Integra Ultrasonics CUSA® Excel+ Products Catalogue, pag. 7) Vârf ultrasunet - capăt curbat extins micro - 4 Buc, <i>utilizabil 1x6</i>; <u>C4608ELT</u> (Integra Ultrasonics CUSA® Excel+ Products Catalogue, pag. 7) Vârf ultrasunet - capăt extins, curbat, standard - 4 Buc, <i>utilizabil 1x6</i>; <u>C4614ELT</u> (Integra Ultrasonics CUSA® Excel+ Products Catalogue, pag. 7) Vârf ultrasunet - capăt curbat extins micro plus - 4 Buc, <i>utilizabil 1x6</i>; Pedală de lucru în set – da (<i>Integra Ultrasonics CUSA® Excel+ Products Catalogue, pag. 5</i>) Sunt oferiți si enumerați în ofertă (cu indicarea modelului/numar de articol) toți accesorii necesari pentru buna funcționare a Aspiratorului cu ultrasunet	

Lotul 2						
TROLLEU VIDEO NEUROCHIRURGIE	UG230/ UG602/ UG606/ UG500/ TM343/ TH120/ TC201EN/ TC304/ 20161401-1/ 495NCSC/ UP220/ UP611/ 031529-10/ 20300050/ 20300034/ UH300E/ UF902/ 26005M/ 26176LEL	Germania/ Japonia	Karl Storz/ EIZO Corporation	Descriere: TROLLEU VIDEO NEUROCHIRURGIE pentru vizualizare și intervenții chirurgicale. Troleu pentru dispozitive-1 unit: Mobil pe 4 roți antistatice echipate cu frâne de blocare, sursă de energie cu subdistribuitoare electrice integrate cu min. 6 prize (numărul de prize să asigure conectarea tuturor unităților pentru buna funcționare a sistemului); Suport pentru monitor, ajustabil pe înălțime, cu posibilitate de rotire și înclinare; 4 rafturi + Tavan pentru tastieră. Monitor medical- 1 unit: Diagonala min. 27 "; Rezoluție: min. 1920 x 1080 (Full HD); Intrări video: min. DVI, VGA; Asigura transmiterea video de înaltă calitate în timp real;	Descriere: TROLLEU VIDEO NEUROCHIRURGIE pentru vizualizare și intervenții chirurgicale. <u>UG230 (x1)/ UG602 (x2)/ UG606 (x1)/ UG500 (x1) (Catalog Karl Storz, pag. 1, 2, 3, 4)</u> Troleu pentru dispozitive-1 unit: Mobil pe 4 roți antistatice echipate cu frâne de blocare, sursă de energie cu subdistribuitoare electrice integrate cu 6 prize (numărul de prize să asigure conectarea tuturor unităților pentru buna funcționare a sistemului); Suport pentru monitor, ajustabil pe înălțime, cu posibilitate de rotire și înclinare; 4 rafturi + Tavan pentru tastieră. <u>TM343 (x1) (Catalog Karl Storz, pag. 5, 6)</u> Monitor medical - 1 unit: Diagonala - 32"; Rezoluție: 3840 x 2160 (4K/ UHD); Intrări video: 4K Inputs: 1 x 12G- SDI Input, 1 x DisplayPort 1.2 Input, 1 x HDMI 2.0 Input; HD Inputs: 1 x 3G-SDI Input, 1 x DVI-D Input Asigura transmiterea video de înaltă calitate în timp real - da;	EC, ISO

				Unghi de vedere min. 178 grade vertical/orizontal; Cap camera FULL HD - 1 unit: Senzor 3CDD/CMOS; Sterilizabil (sa se indice metoda de sterilizare); Cameră cu capacitate Full HD, mărirea imaginii fără a pierde calitatea; Focalizare la distanță minim în diapazonul 15-30 mm $\pm$ 2mm; Cablu lungime minim 3m; Butoane ușor programabile, minim. 2.	Unghi de vedere – 178/ 178 grade vertical/orizontal; <i>TH120 (x1) (Catalog Karl Storz, pag. 7, INSTRUCTION MANUAL IMAGE1 S™ 4U camera head TH 120, pag. 1-64)</i> Cap camera 4K UHD - 1 unit: Senzor CMOS DA, 4K UHFD cap camera, S-Tehnologies valabile, scanare progresivă. Prin reproducerea progresivă a culorilor și număr de chip-uri, rezoluție Image Sensor 4K UFHD 3840 x 2160 pixel = Image sensor type CMOS este echivalent cu 3 CCD, progressive scan, large depth of field and homogenous illumination. Three visualisation technologies (CLARA, SPECTRA A+B, CHROMA) for tissue diferentiation <i>(IMAGE 1S 4U CATALOG, pag. 7)</i> Sterilizabil (EtO sterilization, H2O2 (hydrogen peroxide)); Cameră cu capacitate 4K UHD, mărirea imaginii fără a pierde calitatea; Focalizare la distanță 18 mm, funcție zoom digital, adaptive zoom în combinație cu procesorul video TC201 și video link TC304 oferat; Cablu lungime – 3 m; Butoane ușor programabile, 2.	
--	--	--	--	---	---	--

				Videoprocessor- 1 unit: Posibilitate de capturare foto cu rezoluția min. 1920x1080p, format jpeg; Posibilitatea de capturare video de calitate înaltă; Video ieșire 2xDVI-D, 1xSDI; USB Interfață minim 2xUSB; Sursa de lumina (Integrat in videoprocessor sau aparte)- 1 unit: Sursa de lumina LED; Durata de funcționare, ore min. 30.000; Temperatura de culoare aprox. 6400 K; Controlului reglabil al luminozității;	<u>TC201EN (x1)/ TC304 (x1)</u> <i>(Catalog Karl Storz, pag. 8, 9)</i> Videoprocessor- 1 unit: Posibilitate de capturare foto cu rezoluția 3840x2160 și 1920x1080p, format jpeg; <i>(Instructions for use IMAGE1 S, pag. 11, 39)</i> Posibilitatea de capturare video de calitate înaltă;<i>(Instructions for use IMAGE1 S, pag. 11, 33)</i> Video ieșire: 2x Display Port 1.2, 1x 12G/3G-SDI, 1x DVI-D, 1x link output; USB Interfață: 4 x USB, (2x front, 2x rear); <u>20161401-1 (x1)/ 495NCSC (x1)</u> <i>(Catalog Karl Storz, pag. 10, 11)</i> Sursa de lumina (aparte)- 1 unit: Sursa de lumina LED; Durata de funcționare, ore 30.000; Temperatura de culoare - 6400 K; Controlului reglabil al luminozității (automatic via SCB, manual via SCB, manual via membrane keyboard); <u>UP220 (x1)/ UP611 (x1)/ 031529-10 (x1)/ 20300050 (x1)/ 20300034 (x1)</u> <i>(Catalog Karl Storz, pag. 12-19)</i>	
--	--	--	--	---	--	--

				Pompa de aspirație și de irigare- 1 unit: Inclus cablu de alimentare, alimentare 240 VAC, 50/60 Hz; Set tuburi, irigare de unică folosință pentru utilizare cu POMPA, pachet de min 10 buc. Unitate electrochirurgicală- 1 buc: Coagulator mono/bipolar; Porturi de operare: monopolar minim 2 buc, bipolar minim 2 buc; Pedală de picior; Cablu de interconexiune electrod neutru; Electrod neutru - 2 Buc; Cablu unipolar de înaltă frecvență, lungime min. 3m, pentru utilizare coagulator mono/bipolar;	Pompa de aspirație și de irigare- 1 unit: Inclus cablu de alimentare, alimentare 240 VAC, 50/60 Hz; Set tuburi, irigare de unică folosință pentru utilizare cu POMPA, pachet de - 10 buc. <u>UH300E (x1)/ UF902 (x1) (Catalog Karl Storz, pag. 20, 21, 22)</u> Unitate electrochirurgicală- 1 buc: Coagulator mono/bipolar <i>(Instruction manual UH300/ 300U High frequency surgical unit AUTOCON III 300, pag. 100);</i> Porturi de operare: monopolar: - 3 buc (1x 3-pin US-type connector, 1x 5 mm connector KARL STORZ, 1x 4 mm connector (foot-switched)), bipolar - 2 buc (1 x 2-pin US type, 2 x KARL STORZ); Pedală de picior; Cablu de interconexiune electrod neutru – da, <i>inclus in set cu UH300E;</i> Electrod neutru - 2 - da, <i>inclus in set cu UH300E;</i> <u>26005M (x1) (Catalog Karl Storz, pag. 23)</u> Cablu unipolar de înaltă frecvență, lungime min. 3m, pentru utilizare coagulator mono/bipolar;	
--	--	--	--	---	--	--

				Cablu bipolar de înaltă frecvență, lungime min. 4m, pentru coagulator; Să fie oferiți si enumerați în ofertă (cu indicarea modelului/număr de articol) toți accesorii necesari pentru buna funcționare a Troleului neurochirurgical	<u>26176LEL (x1) (Catalog Karl Storz, pag. 23)</u> Cablu bipolar de înaltă frecvență, lungime 3 m, pentru coagulator; Sunt oferiți si enumerați în ofertă (cu indicarea modelului/număr de articol) toți accesorii necesari pentru buna funcționare a Troleului neurochirurgical	
--	--	--	--	---	--	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Gherman Irina** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **„Denolga Medical” SRL** Adresa: **Mun. Chișinău, str. Grenoble, 149A**

Anexa nr.23
la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-1731421953079
din “12” noiembrie 2024

Specificații de preț

	Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1731421953079 din 12.11.2024
	Obiectul de achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare (lista suplimentară 31)

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
	Lotul 1									
33100000-1	Aspirator cu ultrasunet utilizat în neurochirurgie pentru extracția formațiunilor tumorale	buc	1	1 722 926,08	2 067 511,30	1 722 926,08	2 067 511,30	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS		
	Lotul 2									
33100000-1	TROLLEU VIDEO NEUROCHIRURGIE	buc	1	1 891 688,32	2 270 025,98	1 891 688,32	2 270 025,98	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS		
	TOTAL					3 614 614,40	4 337 537,28			

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Gherman Irina** În calitate de: **Director**

Ofertantul: „**Denolga Medical**” SRL Adresa: **Mun. Chișinău, str. Grenoble, 149A**