

Specificații tehnice (anexa 22)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: LP 21407596 / ocde-b3wdp1-MD-1744791044600, din 07/05/2025	Data: 07/05/2025	Alternative: nu sunt
Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească	Lot: 2.	Pagina: 1 din _

Codul CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelului articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1		2		3	4	5	6	7	8
33100000-1	2	Teste pentru identificarea Troponinei-T.	Teste pentru identificarea Troponinei-T.	Cardiac Troponin T (cTnT) Test Kit (Immunofluorescence) & Analyzer FA50	China	GENRUI BIOTECH INC.	Teste pentru identificarea Troponinei-T. termen de valabilitate cel puțin 2 ani." Operatorul economic va asigura cu 22 de Analizoare Imunofluorescent pentru identificarea Troponinei-T.cu titlu gratuit. Specificări tehnice pentru Analizator Imunofluorescent . Metodă utilizată: imunocromatografie fluorescentă cantitativă sau echivalentă. . Analiza Troponinei-T cu diapazonul de măsurare ≤ 50 ng/mL. . Să ghideze utilizatorului pas cu pas. . Să prezinte rezultatele timp de 15 minute maxim. „Capacitate de testare: test cu test, opțional”. . Memorie de stocare de cel puțin 1000 investigații. „Display LCD, TFT sau LED”. Imprimantă încorporată termică sau cu posibilitatea de a conecta la o imprimantă externă”. . Greutatea de până la 2 kg. . Potrivit pentru utilizarea în autoambulanțe. . Alimentare: Baterie reincărcabilă. . Încărcător de la rețea 220V, 50/60Hz. . Se includă teste pentru verificarea calității testării. „Dotat cu geantă/husă de transportare, opțional”. . Garanție de 12 luni. . Instruirea personalului de către persoane autorizate.	Teste pentru identificarea Cardiac Troponin T (cTnT) Test Kit (Immunofluorescence) termen de valabilitate cel puțin 2 ani. Operatorul economic va asigura cu 22 de Analizoare Imunofluorescent pentru identificarea Troponinei-T.cu titlu gratuit - DA Specificări tehnice pentru Analizator Imunofluorescent - Model FA50 . Metodă utilizată: imunocromatografie fluorescentă cantitativă sau echivalentă - DA . Analiza Troponinei-T cu diapazonul de măsurare - 0,03-10 ng/mL. . Să ghideze utilizatorului pas cu pas - DA . Timp de incubare a testului 3-10 min . Timp de măsurare 15 sec . Memorie de stocare - 50000 rezultate . Display - LCD . Imprimantă încorporată termică - DA . Greutatea - 4 kg . Potrivit pentru utilizarea în autoambulanțe. . Alimentare: de la rețea . Încărcător de la rețea 220V, 50/60Hz. . Se includă teste pentru verificarea calității testării - DA . Garanție de 12 luni . Instruirea personalului de către persoane autorizate - DA	ISO, DM000739462

Semnăt: _____ Numele, prenumele: Petru Bolea În calitate de: Șef Departament Comercial

Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova