

İŞINLAMA SERTİFİKASI

CERTIFICATE OF IRRADIATION/ CERTIFICAT D'IRRADIATION

Ticaret Sicil No: 284493
VD Bayrampaşa 388 008 5080

ISO 13485
ISO 11137-1

Bu belge, üzerinde yer alan ürünlerin GAMMA-PAK A.Ş.'nin Çerkezköy - Tekirdağ'daki işinlama tesisinde ilgili kanun, yönetmelik ve standartlara uygun olarak Co-60 gama işinlaması ile aşağıda belirtilen doz değerinde işinlandığını taahhüt etmektedir. Uygulanan işlemlere dair yetki belgeleri ve standartlar arka sayfada verilmiştir.

This document certifies that the products, as presented, have been treated by GAMMA-PAK A.Ş. at their facility in Çerkezköy - Turkey, with the given radiation dose by Co-60 gamma irradiation in accordance with the regulation and standards tabulated on reverse side of this document.

Sertifika Tarihi / Certificate Date: 18.05.2020

Sertifika No / Certificate No AJ0166.20


Müşteri / Customer

BERAY KİMYA

Ürün Adı / Product	Lot No / Reference	Miktar / Quantity
BEYAZ KÜREK		603 Adet
SPATULA		50 Adet
KAŞIK		250 Adet

08.05.2020 TARİH VE 3689 NOLU İRSALİYE İLE GELEN ÜRÜNLERİ KAPSAR

Digitally signed by Jechiu Cristina
Date: 2020.09.16 12:38:56 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



İşinlama Başlangıç Zamanı : 15.05.2020 18:35
Start of Irradiation
İşinlama Bitiş Zamanı : 16.05.2020 00:13
End of Irradiation
Uygulanan En Az Doz : 20.0 kGy
Minimum Treated Dose
Uygulanan En Yüksek Doz : 25.8 kGy
Maximum Treated Dose

İşlem No : AJ0166.20
Process No


EMRE GÜLLÜOĞLU
GAMMA-PAK STERİLİZASYON
SAN. VE TİC. A.Ş.