Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației: LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1742310486885

Data: „___” _____ 20__

Alternativa nr.: _____

Denumirea licitației: Achiziționarea sistemului integrat de determinare a rezervei facționale de flux și ecografie intravasculară IVUS conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie (PENTRU ANGIOGRAF)

Pagina: __din __

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire	Denumirea	Modelul articolului	Țara de	Produ-	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	standarde de referință
1	2			3	4	5	6		8
33100000-1	1	Sistem integrat de determinare a rezervei facționale de flux și ecografie intravasculară IVUS	Sistem integrat de determinare a rezervei facționale de flux și ecografie intravasculară IVUS	**AVVIGO soft + Integrated System EU + ROW** (UPN: H749249332 0I0 GENERAL SPECIFICATION PAGINA 3) **-Transformator MOTOR DRIVE MDU5 PLUS FPB** (UPN: H749MDU5PLUSF0 GENERAL SPECIFICATION PAGINA 3) **-Cablu Permanent Sled** (UPN: H749 39316010 0 GENERAL SPECIFICATION PAGINA 3) **- FFR Link** (UPN: H7495551000) **-Power Cable**(UPN: H7495551590) **-Permanent sled bag** (UPN: H74939315010) **-Table Mounting kit** (UPN: H7495551610) **-GE Marquette MacLab LNG**(UPN: H7495554310) **-Floor mount V4 ACQ PC** (UPN: H74924930140) **-COMET™ II Pressure Guidewire** (H749 39359310 GENERAL SPECIFICATION PAGINA 4) **-OPTICROSS Imaging Catheter** (UPN: H749 51812 GENERAL SPECIFICATION PAGINA 4) **-OPTICROSS 6 Imaging Catheter** (UPN: H749 518126 0 GENERAL SPECIFICATION PAGINA 4) **-OPTICROSS HD Imaging Catheter** (UPN: H749 3935202 0 GENERAL SPECIFICATION PAGINA 4) **-OPTICROSS HD 6 Imaging Catheter** (UPN: H749 3935406 0 GENERAL SPECIFICATION PAGINA 4)	SUA	Boston scientific	Specificații tehnice minime Sistemul IVUS trebuie să fie compatibil cu orice Angiografie pentru proceduri diagnostice și intervenționale cardiace și angiografice existent pe piața internațională. Agentul economic câștigător va asigura integrarea deplina a dispozitivului IVUS cu Angiografie pentru proceduri diagnostice și intervenționale cardiace și angiografice. 1. Caracteristici mod de operare FFR Inregistrare a presiunii aortice prin conexiune fără fir (wireless / bluetooth sau alte tehnologii analogice) cu sistemul de înregistrare hemodinamică. Presiune de operare intre 30 si 300 mm Hg, acurateţe +/- 3% Oscilaţie maxima a presiunii: <2mmHg Interval de frecventa radio: 2.4000-2.4835GHz Tip emisie radio, Frequency hopping spread spectrum (FHSS) Interval 0-4m Timp de latenta: <20ms Unitate mobila, cu posibilitate de transmiterea a datelor fără fir (wireless / bluetooth sau alte tehnologii analogice), pentru modul de operare FFR, in vederea utilizării funcţiei de FFR simultan in mai multe laboratoare de angiografie. Ghidare a intervențiilor prin afișare pe ecranul unității prin interfața utilizator unitară Bază de date integrată posibilitate de stocare si export pe USB Flash, DICOM și opțional CD, DVD, HDD. 2. Tehnologie de investigare prin ecografie intravasculară IVUS digital Proceduri de tip IVUS digital pentru patologia coronariană pentru obținerea de informații de la nivelul arterelor coronariene referitoare la compozitia plăcii de aterom, lungimea/structura trombusului obstructiv, informații referitoare la dispozitivul de tip stent (respectiv poziționare corespunzătoare), cât si detalii relevante pentru selectarea cât mai corectă a dispozitivului de tip stent si evaluare post-stentare. Modul de control touch screen la nivelul mesei pacientului, ce permite înregistrarea imaginilor, manipularea acestora, vizualizarea selectivă, măsurători diverse Vizualizarea imaginilor IVUS pe monitorul din camera de examinare 10 catetere disponibile. Training personal calificat la producător si in clinici de specialitate cu experienţa in utilizarea si interpretarea FFR/IVUS Set accesorii instalare si kit de pregătire personal calificat- 3 bucăți.	Specificații tehnice minime Sistemul IVUS trebuie să fie compatibil cu orice Angiografie pentru proceduri diagnostice și intervenționale cardiace și angiografice existent pe piața internațională. Agentul economic câștigător va asigura integrarea deplina a dispozitivului IVUS cu Angiografie pentru proceduri diagnostice și intervenționale cardiace și angiografice. 1. Caracteristici mod de operare FFR Inregistrare a presiunii aortice prin conexiune wireless **(Manual AVVIGO pagina 11)** cu sistemul de înregistrare hemodinamica Presiune de operare intre 45 si 300 mm Hg, acurateţe +/- 4% (**Manual AVVIGO pagina 62)** Oscilaţie maxima a presiunii: <2 mmHg(**Ghid AVVIGO pagina 35)** Interval de frecventa radio: 2.4000-2.4835GHz (**Manual AVVIGO pagina 62)** Tip emisie radio, Frequency hopping spread spectrum (FHSS) Interval 0-7m (**Manual AVVIGO pagina 62)** Timp de latenta: <20ms Unitate mobila, cu posibilitate de transmiterea a datelor fără fir (wireless / bluetooth sau alte tehnologii analogice), pentru modul de operare FFR, in vederea utilizării funcţiei de FFR simultan in mai multe laboratoare de angiografie.**(Manual AVVIGO pagina 6).** Ghidare a intervențiilor prin afișare pe ecranul unității prin interfața utilizator unitară Bază de date integrată **(Manual AVVIGO pagina 6)** posibilitate de stocare si export pe USB Flash, DICOM și opțional CD, DVD, HDD.**Manual AVVIGO pagina 47,48,57,62**) 2. Tehnologie de investigare prin ecografie intravasculară IVUS digital Proceduri de tip IVUS digital pentru patologia coronariană pentru obținerea de informații de la nivelul arterelor coronariene referitoare la compozitia plăcii de aterom, lungimea/structura trombusului obstructiv, informații referitoare la dispozitivul de tip stent (respectiv poziționare corespunzătoare), cât si detalii relevante pentru selectarea cât mai corectă a dispozitivului de tip stent si evaluare post-stentare.**(Manual AVVIGO pagina 6 si 7)** Modul de control touch screen la nivelul mesei pacientului, ce permite înregistrarea imaginilor, manipularea acestora, vizualizarea selectivă, măsurători diverse Vizualizarea imaginilor IVUS pe monitorul din camera de examinare 10 catetere disponibile. Training personal calificat la producător si in clinici de specialitate cu experienţa in utilizarea si interpretarea FFR/IVUS Set accesorii instalare si kit de pregătire personal calificat- 3 bucăți.	AVVIGO soft + Integrated System EU + ROW DM000761295 -Transformator MOTOR DRIVE MDU5 PLUS FPB DM000761305 - FFR Link DM000761311 -COMET™ II Pressure Guidewire DM000761319 -OPTICROSS Imaging Catheter DM000761550 -OPTICROSS 6 Imaging Catheter DM000761552 -OPTICROSS HD Imaging Catheter DM000761554 -OPTICROSS HD 6 Imaging Catheter DM000761556

		Semnat:_____ Numele, Prenumele:Ostapciuc Alexandr În calitate de: Administrator Ofertantul: Tribestar Farm SRL Adresa: com.Stauceni		

Digitally signed by Ostapciuc Alexandr
Date: 2025.04.15 17:37:08 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ