

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR

Laboratorul Central Fitosanitar IP

MD-2044, str. Vesterei Marelui nr.4, Chișinău, Republica Moldova, tel/fax. 022-47-17-13 tel. 022-47-10-20

Director LCF IP  
Tatiana Rptari


RAPORT DE ÎNCERCĂRI

pentru determinarea reziduurilor de pesticide și nitrați

Nr. 00040 din 02.02.2022

Solicitant : MIS-LPEX SRL  
Adresa : mun. Chișinău, str. Petricani 21, bl.3  
Cod proba laborator : 00040/1; 00040/2; 00040/3; 00040/4; 00040/5  
Data doc. de însoțire : 28.01.2022 Data eşantionării : 28.01.2022  
Nr. pachet-safet : Data intrării în lab. : 28.01.2022  
Eșantionare efectuată : Autocontrol Stare de primire : Corespunde  
Locul eşantionării : Chișinău  
Produs : Fructe în asortiment Nr. doc. însoțire :  
Cantii/suprafaț. lot : 20 500 kg Nr./Cantitate/proba : 5 most./6,06 kg  
Informație suplimentară : 00040/1 - lămii, 5360 kg; 00040/2 - grapefruit, 3150 kg; 00040/3 - portocale, 5300 kg; 00040/4 - rodii, 2100 kg; 00040/5 - mandarine, 4590 kg

Origine proba : Turcia  
Solicitan : 00040/1 - Acetamiprid; 00040/2 - Clorpirifos; 00040/3 - Malatoin; 00040/4 - Ciprodinil; 00040/5 - Fenotiarb  
Destinație lot : Republica Moldova  
Responsabil recepție : Belenue Ana  
Director adjunet : Zaza Elena



Perioada analitică : 28.01.2022 - 02.02.2022

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR Nr. 00040 din 02.02.2022

Cod	PRODUS	Metoda de încercare	Aer normativ	COMPUSI	LMA	U.M.	REZULTATE
00040/1	Lămii	LC MS/MS PS-LCR- RP-03	PS-LCR- RP-03	Acetamiprid(O)-AM	1,000	mg/kg	<0,005
00040/2	Grapefruit	GC MS/MS	PS-LCR- RP-01	Clorpirifos (L)-AM	0,300	mg/kg	<0,005
00040/3	Portocale	GC MS/MS	PS-LCR- RP-01	Malatoin-AM	7,000	mg/kg	<0,005
00040/4	Rodii	GC MS/MS	PS-LCR- RP-01	Ciprodinil (L) (O)-NM	0,050	mg/kg	<0,005
00040/5	Mandarine	LC MS/MS	PS-LCR- RP-03	Fenotiarb-NM	2,000	mg/kg	<0,005

Responsabil încercare:



Popa Tatiana  
Boeva Maria  
Boeva Maria

Sef laborator:

Nota:

Abrevieri:

AM - aerulare MOLDAC  
NM - neautorizat MOLDAC  
GC MS/MS - Determinarea reziduurilor de pesticide prin metoda cromatografică MS/MS  
LMA - limita maxima admisibila  
U.M. - unitatea de masura  
LOQ - limita de cantificare a metodei de incercare  
0,06 mg/kg - LOQ pentru metodele LC-MS/MS și GC MS/MS

Rezultatele în prezentați raport de încercări pot fi prezentate cu încredințarea noastră (NU), însoțind un factor de acoperire în % (procentaj) la cererea beneficiarului. Rezultatele acestui document se referă doar la proba analizată. Responsabilitatea juridică pentru precizia și exactitatea probelor revine persoanelor care a efectuat eșantionarea.

Original:

LCF IP Nr. de exemplare:  
1  
1

Copia electronică:  
Inspector Autocontrol