

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: <u>_ocds-b3wdp1-MD-1770366366365 / 21561626 din 20.03.2026_</u> , conform SIA RSAP / M-Tender							
Denumirea procedurii de achiziție: <u>_Reactive - 2026_</u>							
Denumire bunuri	Descriere bunuri	Model articol	Țara de origine	Producător	Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
2. Alinity C (investigatii biochimice), ABBOTT							
2. Alinity C (investigatii biochimice)	2. Alinity C (investigatii biochimice)	4T8620	Germania	ABBOTT	2.1. AST (GOT) PYP - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Caset-set: specifică, originală, barcodată, compatibilă cu analizatorul automat Alinity C, cu reagenți gata de lucru pentru determinarea activității a AST în ser/plasmă umană. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	AST2, 1200 teste, ALINITY, 4T8620. Conform cerintelor.	ISO,CE
2. Alinity C (investigatii biochimice)	2. Alinity C (investigatii biochimice)	4T8420	Germania	ABBOTT	2.2. ALT (GPT) PYP - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Caset-set: specifică, originală, barcodată, compatibilă cu analizatorul automat Alinity C, cu reagenți gata de lucru pentru determinarea activității a ALT în ser/plasmă umană. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	ALT2, 1200 teste, ALINITY C, 4T8420. Conform cerintelor.	ISO,CE
2. Alinity C (investigatii biochimice)	2. Alinity C (investigatii biochimice)	4U3020	Germania	ABBOTT	2.3. Albumin - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Caset-set: specifică, originală, barcodată, compatibilă cu analizatorul automat Alinity C, cu reagenți gata de lucru pentru determinarea cantitativă a albuminei în ser/plasmă umană. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	Albumin BCG, 1044 teste ALINITY, 4U3020. Conform cerintelor.	ISO,CE
2. Alinity C (investigatii biochimice)	2. Alinity C (investigatii biochimice)	4T8320	Germania	ABBOTT	2.4. Fosfataza Alcalină - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Caset-set: specifică, originală, barcodată, compatibilă cu analizatorul automat Alinity C, cu reagenți gata de lucru pentru determinarea activității a fosfatazei alcaline în ser/plasmă umană. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	ALK Phos2 2000 t, ALINITY C, 4T8320. Conform cerintelor.	ISO,CE
2. Alinity C (investigatii biochimice)	2. Alinity C (investigatii biochimice)	4T8520	Germania	ABBOTT	2.5. alfa-Amylase - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Caset-set: specifică, originală, barcodată, compatibilă cu analizatorul automat Alinity C, cu reagenți gata de lucru pentru determinarea activității a alfa-amilazei în ser/plasmă/urina umană. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	Amylase2, 640 teste, ALINITY, 4T8520. Conform cerintelor.	ISO,CE
2. Alinity C (investigatii biochimice)	2. Alinity C (investigatii biochimice)	7P5720	Germania	ABBOTT	2.6. Calciu - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Caset-set: specifică, originală, barcodată, compatibilă cu analizatorul automat Alinity C, cu reagenți gata de lucru pentru determinarea cantitativă a Ca în ser/plasmă umană. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	Calcium 4000 t, ALINITY C, 7P5720. Conform cerintelor.	ISO,CE

2. Alinity C (investigatii biochimice)	2. Alinity C (investigatii biochimice)	4T8830	Germania	ABBOTT	2.7. Cholesterol total - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Caset-set: specifică, originală, barcodată, compatibilă cu analizatorul automat Alinity C, cu reagenți gata de lucru pentru determinarea cantitativă a colesterolului totale în ser/plasmă umană. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	Cholesterol2 RGT 3200 t, ALINITY, 4T8830. Conform cerintelor.	ISO,CE
2. Alinity C (investigatii biochimice)	2. Alinity C (investigatii biochimice)	4T9120	Germania	ABBOTT	2.8. Creatinine - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Caset-set: specifică, originală, barcodată, compatibilă cu analizatorul automat Alinity C, cu reagenți gata de lucru pentru determinarea cantitativă a creatininei în ser/plasmă/ urina umană. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	Creatine2, 4500 teste, ALINITY, 4T9120. Conform cerintelor.	ISO,CE
2. Alinity C (investigatii biochimice)	2. Alinity C (investigatii biochimice)	4T9620	Germania	ABBOTT	2.9. Gamma-GT - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Caset-set: specifică, originală, barcodată, compatibilă cu analizatorul automat Alinity C,, cu reagenți gata de lucru pentru determinarea activității gamaglutamiltransferazei în ser/plasmă umană. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	GGT2, 600 teste, ALINITY, 4T9620. Conform cerintelor.	ISO,CE
2. Alinity C (investigatii biochimice)	2. Alinity C (investigatii biochimice)	7P5520	Germania	ABBOTT	2.10. Glucose HK - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Caset-set: specifică, originală, barcodată, compatibilă cu analizatorul automat Alinity C,, cu reagenți gata de lucru pentru determinarea cantitativă a glucozei în ser/plasmă umană. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	Glucose 4000 t, ALINITY C, 7P5520. Conform cerintelor.	ISO,CE
2. Alinity C (investigatii biochimice)	2. Alinity C (investigatii biochimice)	4T9820	Germania	ABBOTT	2.11. Iron - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Caset-set: specifică, originală, barcodată, compatibilă cu analizatorul automat Alinity C,, cu reagenți gata de lucru pentru determinarea cantitativă a ferului în ser/plasmă umană. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	Iron2, 900 teste, ALINITY, 4T9820. Conform cerintelor.	ISO,CE
2. Alinity C (investigatii biochimice)	2. Alinity C (investigatii biochimice)	4T9920	Germania	ABBOTT	2.12. LDH - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Caset-set: specifică, originală, barcodată, compatibilă cu analizatorul automat Alinity C,, cu reagenți gata de lucru pentru determinarea activității LDH în ser/plasmă umană. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	LDH2, 600 teste, ALINITY, 4T9920. Conform cerintelor.	ISO,CE
2. Alinity C (investigatii biochimice)	2. Alinity C (investigatii biochimice)	8P1925	Germania	ABBOTT	2.13. Magneziu - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Caset-set: specifică, originală, barcodată, compatibilă cu analizatorul automat Alinity C,, cu reagenți gata de lucru pentru determinarea cantitativă a Mg în ser/plasmă umană. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	Magnesium 720 t, ALINITY C, 8P1925. Conform cerintelor.	ISO,CE
2. Alinity C (investigatii biochimice)	2. Alinity C (investigatii biochimice)	4T8120	Germania	ABBOTT	2.14. Total Protein - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Caset-set: specifică, originală, barcodată, compatibilă cu analizatorul automat Alinity C,, cu reagenți gata de lucru pentru determinarea cantitativă a proteinei totale în ser/plasmă umană. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	Protein TTL 800 t, ALINITY I, 4T8120. Conform cerintelor.	ISO,CE
2. Alinity C (investigatii biochimice)	2. Alinity C (investigatii biochimice)	4U0620	Germania	ABBOTT	2.15. Triglicide - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Caset-set: specifică, originală, barcodată, compatibilă cu analizatorul automat Alinity C,, cu reagenți gata de lucru pentru determinarea cantitativă a trigliceridelor în ser/plasmă umană. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	Triglyceride2 1400 teste, ALINITY, 4U0620. Conform cerintelor.	ISO,CE
2. Alinity C (investigatii biochimice)	2. Alinity C (investigatii biochimice)	8P1620	Germania	ABBOTT	2.16. Urea - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Caset-set: specifică, originală, barcodată, compatibilă cu analizatorul automat Alinity C,, cu reagenți gata de lucru pentru determinarea cantitativă a ureei în ser/plasmă/urina umană. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	Urea Nitrogen 4000 t, ALINITY C, 8P1620. Conform cerintelor.	ISO,CE

2. Alinity C (investigatii biochimice)	2. Alinity C (investigatii biochimice)	4U0930	Germania	ABBOTT	2.17. Uric Acid - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Caset-set: specifică, originală, barcodată, compatibilă cu analizatorul automat Alinity C,, cu reagenți gata de lucru pentru determinarea cantitativă a acidului uric în ser/plasmă umană. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	Uric Acid 2000 t, ALINITY C, 4U0930. Conform cerintelor.	ISO,CE
2. Alinity C (investigatii biochimice)	2. Alinity C (investigatii biochimice)	7P7120	Germania	ABBOTT	2.18. LDL Colesterol - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Caset-set: specifică, originală, barcodată, compatibilă cu analizatorul automat Alinity C,, cu reagenți gata de lucru pentru determinarea cantitativă a colesterolului LDL în ser/plasmă umană. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	Direct LDL 580 t, ALINITY C, 7P7120. Conform cerintelor.	ISO,CE
2. Alinity C (investigatii biochimice)	2. Alinity C (investigatii biochimice)	7P7520	Germania	ABBOTT	2.19. HDL Colesterol - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Caset-set: specifică, originală, barcodată, compatibilă cu analizatorul automat Alinity C, cu reagenți gata de lucru pentru determinarea cantitativă a colesterolului HDL în ser/plasmă umană. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	Ultra HDL 1400 t, ALINITY C, 7P7520. Conform cerintelor.	ISO,CE
2. Alinity C (investigatii biochimice)	2. Alinity C (investigatii biochimice)	7P9720	Germania	ABBOTT	2.20. Bilirubina directă - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Caset-set: specifică, originală, barcodată, compatibilă cu analizatorul automat Alinity C, cu reagenți gata de lucru pentru determinarea cantitativă a bilirubinei directe în ser/plasmă umană. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	Bilirubin Direct 1440 t, ALINITY C, 7P9720. Conform cerintelor.	ISO,CE
2. Alinity C (investigatii biochimice)	2. Alinity C (investigatii biochimice)	4V5121	Germania	ABBOTT	2.21. Bilirubina totală - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Caset-set: specifică, originală, barcodată, compatibilă cu analizatorul automat Alinity C, cu reagenți gata de lucru pentru determinarea cantitativă a bilirubinei totale în ser/plasmă umană. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	Bilirubin TTL 2750 t, ALINITY C, 4V5121. Conform cerintelor.	ISO,CE
2. Alinity C (investigatii biochimice)	2. Alinity C (investigatii biochimice)	8P4220	Germania	ABBOTT	2.22. CK creatinostokinaza - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Caset-set: specifică, originală, barcodată, compatibilă cu analizatorul automat Alinity C, cu reagenți gata de lucru pentru determinarea activității CK în ser/plasmă umană. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	Creatine Kinase 1200 teste ALINITY C, 8P4220. Conform cerintelor.	ISO,CE
2. Alinity C (investigatii biochimice)	2. Alinity C (investigatii biochimice)	08P4020	Germania	ABBOTT	2.23. Fosfor - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Caset-set: specifică, originală, barcodată, compatibilă cu analizatorul automat Alinity C, cu reagenți gata de lucru pentru determinarea cantitativă a fosforului în ser/plasmă umană. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	Phosphorus 4000 teste ALINITY C, 8P4220. Conform cerintelor.	ISO,CE
2. Alinity C (investigatii biochimice)	2. Alinity C (investigatii biochimice)	ClinChem Multi Control (level I) 8P8810 / ClinChem Multi Control (level II) 8P8811 / ClinChem Multi Control (level III) 8P8812	Germania	ABBOTT	2.24. Material de control MultiChem S Plus (level I, II, III) (12x5ml) - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Multicontrol cu analiti biochimici cu 3 nivele de concentrație, original, specific pentru efectuarea controlului intern de calitate a testelor de chimie clinică efectuate pe analizatorul automat Alinity C. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	M-chem S Plus L1 ASS, ALINITY C, 8P8810 12x5/M-chem S Plus L2 ASS, ALINITY C, 8P8811 12x5/M-chem S Plus L3 ASS, ALINITY C, 8P8812, Abbott 12x5. Conform cerintelor.	ISO,CE
2. Alinity C (investigatii biochimice)	2. Alinity C (investigatii biochimice)	Multi Ser Calibrator 8P6001	Germania	ABBOTT	2.25. Calibrator Multiconstituent (Nivel 1 - 3x2,9ml + Nivel 2 - 3x2,9ml) - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Set de calibratori multiconstituenți, originali, specifici, destinate pentru calibrarea metodicilor de chimie clinică efectuate la analizatorul automat Alinity C. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	Multiconstituent cal, ALINITY C, 8P6001 Multiconstituent Calibrator: Cal 1- 3x2,9ml; Cal 2- 3x2,9ml. Conform cerintelor.	ISO,CE

2. Alinity C (investigatii biochimice)	2. Alinity C (investigatii biochimice)	Multi Ser Calibrator 4V6201	Germania	ABBOTT	2.26. Consolidated chemistry Calibrator (6x5ml) - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Set de calibratori multiconstituienți, originali, specifici, destinate pentru calibrarea metodicilor de chimie clinică efectuate la analizatorul automat Alinity C. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014	CON CC, ALINITY, 4V6201 6x5ml. Conform cerintelor.	ISO,CE
2. Alinity C (investigatii biochimice)	2. Alinity C (investigatii biochimice)	HDL/LDL Calibrator 9P1403	Germania	ABBOTT	2.27. Calibrator p/u lipide HDL/LDL (6x1ml) - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Set de calibratori la lipide, originali, specifici, destinate pentru calibrarea metodicilor de chimie clinică efectuate la analizatorul automat Alinity C. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	Lipid Multi C cal, ALNTY C, 9P1403,6x1 ml. Conform cerintelor.	ISO,CE
2. Alinity C (investigatii biochimice)	2. Alinity C (investigatii biochimice)	Bilirubin Cal 8P6101	Germania	ABBOTT	2.28. Bilirubin Calibrator (cal.1 3x5ml, cal.2 3x5ml) - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Set de calibratori la bilirubin, originali, specifici, destinate pentru calibrarea metodicilor de chimie clinică efectuate la analizatorul automat Alinity C. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	Bilirubin cal, ALINITY C, 8P6101. Conform cerintelor.	ISO,CE
2. Alinity C (investigatii biochimice)	2. Alinity C (investigatii biochimice)	ICT Module ALINITY C 9D2804	Germania	ABBOTT	2.29. Reagenți, standarte, controale, electrode p/u bloc ISE/ICT - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Setul de reagenți, standarte, electrode pentru bloc ISE, original, barcodat, compatibil cu analizatorul automat Alinity C. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014	ICT Module ALINITY, Alinity C Electrolytes Reagent, 3 (Na,K,Cl)x20000 tests. Conform cerintelor.	ISO,CE
2. Alinity C (investigatii biochimice)	2. Alinity C (investigatii biochimice)	ICT Sample Diluent ALINITY C 7P5320	Germania	ABBOTT	2.30. ICT Sample Diluent - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Setul de ISE sample diluent specific, original, barcodat, compatibil cu analizatorul automat Alinity C. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	ICT Sample Diluent ALINITY C 10x935 teste. Conform cerintelor.	ISO,CE
2. Alinity C (investigatii biochimice)	2. Alinity C (investigatii biochimice)	ICT Reference Sol.ALINITY C 8P7640	Germania	ABBOTT	2.31. ICT Reference Solution - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Setul de ISE soluție referenș specific, original, barcodat, compatibil cu analizatorul automat Alinity C. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	ICT Reference Sol.ALINITY C 10x935 teste. Conform cerintelor.	ISO,CE
2. Alinity C (investigatii biochimice)	2. Alinity C (investigatii biochimice)	ICT Serum CAL ALINITY C 8P6901	Germania	ABBOTT	2.32. ICT Serum CAL (cal.1 - 5x2,9 ml, cal.2 - 5x2,9ml) - Cerințe specifice pentru set diagnostic: ISE Serum Cal specific, original, barcodat, compatibil cu analizatorul automat Alinity C. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014	ICT Serum CAL ALINITY C L:5x2,9ml H: 5x2,9ml. Conform cerintelor.	ISO,CE
2. Alinity C (investigatii biochimice)	2. Alinity C (investigatii biochimice)	Maintenance sol ALNTY C 8P9870	Germania	ABBOTT	2.33. Maintenance solution - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Setul de soluție de mentenanță, original, barcodat, compatibil cu analizatorul automat Alinity C. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	Maintenance sol ALNTY C solutii de intretinere zilnica. Conform cerintelor.	ISO,CE
2. Alinity C (investigatii biochimice)	2. Alinity C (investigatii biochimice)	Acid Wash ALNITY C 8P7740	Germania	ABBOTT	2.34. Acid Wash - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Setul de soluție cu acid detergent, original, compatibil cu analizatorul automat Alinity C. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	Acid Wash ALNITY C. Conform cerintelor.	ISO,CE
2. Alinity C (investigatii biochimice)	2. Alinity C (investigatii biochimice)	Alkaline Wash, ALINITY C 8P7840	Germania	ABBOTT	2.35. Alkaline Wash - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Setul de soluție cu alcalin detergent, original, barcodat, compatibil cu analizatorul automat Alinity C. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	Alkaline Wash, ALINITY C. Conform cerintelor.	ISO,CE
2. Alinity C (investigatii biochimice)	2. Alinity C (investigatii biochimice)	Acid Probe Wash ALNITY C 1R6070	Germania	ABBOTT	2.36. Acid Probe Wash - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Setul de soluție cu acid detergent pentru probe, original, barcodat, compatibil cu analizatorul automat Alinity C. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	Acid Probe Wash ALNITY C. Conform cerintelor.	ISO,CE

2. Alinity C (investigatii biochimice)	2. Alinity C (investigatii biochimice)	Detergent A ALINITY C 8P9670	Germania	ABBOTT	2.37. Detergent A - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Setul de Detergent de tip A, original, barcodat, compatibil cu analizatorul automat Alinity C. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	Detergent A ALINITY C. Conform cerintelor.	ISO,CE
2. Alinity C (investigatii biochimice)	2. Alinity C (investigatii biochimice)	Detergent B ALINITY C 8P9781	Germania	ABBOTT	2.38. Detergent B - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Setul de Detergent de tip B, original, barcodat, compatibil cu analizatorul automat Alinity C. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	Detergent B ALINITY C. Conform cerintelor.	ISO,CE
2. Alinity C (investigatii biochimice)	2. Alinity C (investigatii biochimice)	ALNTY C Source Lamp, 9D4503	Germania	ABBOTT	2.39. Lampa fotometrică - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Lampa fotometrică, originală, specifică, destinată măsurării analiților biochimici pentru asigurarea funcționalității optime a aparatului automatizat de chimie clinică Alinity C. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	ALNTY C Source Lamp, 9D4503. Conform cerintelor.	ISO,CE
2. Alinity C (investigatii biochimice)	2. Alinity C (investigatii biochimice)	Sample cups 1R3801	Germania	ABBOTT	2.40. Sample cups (1x1000 un) - Cerințe specifice: Cuve de unică folosință, specifice după volum și formă compatibile cu analizatorul biochimic automat Alinity C, destinate pentru proba. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	Sample cups solutii Cuve intretinere zilnica, set 1000 buc. Conform cerintelor.	ISO,CE
2. Alinity C (investigatii biochimice)	2. Alinity C (investigatii biochimice)	ALNTY C-SERIES CUVTTE D, 4S5201	Germania	ABBOTT	2.41. Set cuve de reacție Cuvtte D - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Set de cuve de reacție, specifice după volum și formă pentru analizatorul automat de biochimie Alinity C, destinate pentru reacții chimice și măsurare. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	ALNTY C-SERIES CUVTTE D, 4S5201. Conform cerintelor.	ISO,CE
2. Alinity C (investigatii biochimice)	2. Alinity C (investigatii biochimice)	Cuvette Wiper, C35024673-01	Germania	ABBOTT	2.42. Cuvette Wiper - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Set de cuve de reacție, specifice după volum și formă pentru analizatorul automat de biochimie Alinity C, destinate pentru reacții chimice și măsurare. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	Cuvette Wiper, C35024673-01. Conform cerintelor.	ISO,CE
2. Alinity C (investigatii biochimice)	2. Alinity C (investigatii biochimice)	Filtru 5 microni cu carbune	Romania	Q TEST	2.43. Filtru 5 microni cu carbune - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Filtru de 5 microni pentru pregătirea apei, compatibil cu analizatorul automat de biochimie Alinity C. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	Filtru 5 microni cu carbune. Conform cerintelor.	ISO,CE
2. Alinity C (investigatii biochimice)	2. Alinity C (investigatii biochimice)	Filtru 10 microni	Romania	Q TEST	2.44. Filtru 10 microni - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Filtru de 10 microni pentru pregătirea apei, compatibil cu analizatorul automat de biochimie Alinity C. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	Filtru 10 microni. Conform cerintelor.	ISO,CE
2. Alinity C (investigatii biochimice)	2. Alinity C (investigatii biochimice)	Filtru 1 micron	Romania	Q TEST	2.45. Filtru 1 microni - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Filtru de 1 microni pentru pregătirea apei, compatibil cu analizatorul automat de biochimie Alinity C. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	Filtru 1 micron. Conform cerintelor.	ISO,CE
2. Alinity C (investigatii biochimice)	2. Alinity C (investigatii biochimice)	Element de osmoza inversa	Romania	Q TEST	2.46. Element de osmoza inversă - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Element de osmoza inversă, compatibil cu analizatorul automat de biochimie Alinity C. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	Element de osmoza inversa. Conform cerintelor.	ISO,CE
2. Alinity C (investigatii biochimice)	2. Alinity C (investigatii biochimice)	Rasina schimbatoare de ioni 25 litri	Romania	Q TEST	2.47. Reșina schimbătoare de ioni 25 litri - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Reșina schimbătoare de ioni, compatibilă cu analizatorul automat de biochimie Alinity C. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	Rasina schimbatoare de ioni 25 litri. Conform cerintelor.	ISO,CE

2. Alinity C (investigatii biochimice)	2. Alinity C (investigatii biochimice)	Tubing, Peristaltic Head, 7-202464-01	Germania	ABBOTT	2.48. Tubung peristaltic Head - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Tubing peristaltic Head, compatibil cu analizatorul automat de biochimie Alinity C. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	Tubing, Peristaltic Head, 7-202464-01. Conform cerintelor.	ISO,CE
2. Alinity C (investigatii biochimice)	2. Alinity C (investigatii biochimice)	Tubing, Peristaltic Head , C-35016869-01	Germania	ABBOTT	2.49. Tubing peristaltic - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Tubing peristaltic, compatibil cu analizatorul automat de biochimie Alinity C. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	Tubing, Peristaltic Head , C-35016869-01. Conform cerintelor.	ISO,CE
2. Alinity C (investigatii biochimice)	2. Alinity C (investigatii biochimice)	ALNTY CI SNSR BSL, 04S68-05	Germania	ABBOTT	2.50. Sensor de nivel - Cerințe specifice pentru set diagnostic: Set de mentenanță, original, specific, destinat pentru asigurarea funcționalității optime a analizatorului automat de chimie clinică Alinity C. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	ALNTY CI SNSR BSL, 04S68-05. Conform cerintelor.	ISO,CE
5. Oferta alternativa Analizator ELISA automat sau semiautomat - Analizator imunologic semiautomat Stat-fax 4700 (Awareness Tehn.), SUA							
5. Investigații imunologice metoda ELISA (lot deschis p/u oferte alternative)	5. Investigații imunologice metoda ELISA (lot deschis p/u oferte alternative)	HBsAg One Ultra, 96 teste, SAG1ULTRA.CE. 96, DiaPro	Italia	DiaPro	5.1. HBsAg Elisa - condiții obligatorii p/u poz. 1 - 4: Pentru contractare a echipamentului, perioada 24 luni. Cerințe obligatorii pentru OFERTE ALTERNATIVE. Analizator ELISA automat sau semiautomat , să fie oferit prin comodat. Contract de comodat: 24 luni. Clauza: posibilitatea de prelungire anuală a contractului prin Act adițional în caz de câștigarea repetată a lotului alternativ prin licitație de achiziții publice. Operatorul economic obligator să aducă specificații de la producător cu privire la număr de investigații executate dintr-un set sau să prezinte certificat propriu-elaborat care declară numărul de teste într-un set. Seturi originale, absolut compatibile cu analizator oferit comodat. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	Analizator imunologic Stat-fax 4700 (Awareness Tehn.), SUA - BROSURA ESTE ATASATA . Pentru contractare a echipamentului, perioada 24 luni. HBsAg Elisa, set 96 teste - Set de reactivi standart pentru aparat , specific, original, compatibil cu locașele analizatorului semiautomat de imunologie , cu reagenți gata de lucru pentru determinarea HBsAg în ser/plasmă umană. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Seturi originale, absolut compatibile cu analizator oferit comodat. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	ISO,CE
5. Investigații imunologice metoda ELISA (lot deschis p/u oferte alternative)	5. Investigații imunologice metoda ELISA (lot deschis p/u oferte alternative)	HBsAb 96 teste, SAB.CE, DiaPro	Italia	DiaPro	5.2. Anti - HBsAg Elisa	Anti HBsAg Elisa, set 96 teste - Set de reactivi standart pentru aparat , specific, original, compatibil cu locașele analizatorului semiautomat de imunologie Analizator imunologic Stat-fax 4700 - BROSURA ESTE ATASATA, cu reagenți gata de lucru pentru determinarea Anti - HBsAg Elisa în ser/plasmă umană. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Seturi originale, absolut compatibile cu analizator oferit comodat. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	ISO,CE
5. Investigații imunologice metoda ELISA (lot deschis p/u oferte alternative)	5. Investigații imunologice metoda ELISA (lot deschis p/u oferte alternative)	HCV Ab 96 teste, CVAB.CE.96, DiaPro	Italia	DiaPro	5.3. Anti HCV Elisa	Anti HCV sumar Elisa, set 96 teste - Set de reactivi standart pentru aparat , specific, original, compatibil cu locașele analizatorului semiautomat de imunologie Analizator imunologic Stat-fax 4700 - BROSURA ESTE ATASATA, cu reagenți gata de lucru pentru determinarea Anti HCV Elisa în ser/plasmă umană. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Seturi originale, absolut compatibile cu analizator oferit comodat. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	ISO,CE
5. Investigații imunologice metoda ELISA (lot deschis p/u oferte alternative)	5. Investigații imunologice metoda ELISA (lot deschis p/u oferte alternative)	PSA Elisa, 96 teste, 2125-300A, Monobind	SUA	Monobind	5.4. Total PSA Elisa	PSA Elisa, set 96 teste -Set de reactivi standart pentru aparat , specific, original, compatibil cu locașele analizatorului semiautomat de imunologie Analizator imunologic Stat-fax 4700 - BROSURA ESTE ATASATA, cu reagenți gata de lucru pentru determinarea Total PSA Elisa în ser/plasmă umană. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Seturi originale, absolut compatibile cu analizator oferit comodat. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	ISO,CE

LOT 18 Analizator automat de VSH 2 unitati (oferta alternativa) - CUBE 30 TOUCH, DIESSE, ITALIA							
18. Analizator automat de VSH 2 unitati (oferta alternativa)	18. Analizator automat de VSH 2 unitati (oferta alternativa)	10395	ITALIA	DIESSE	18.1. Număr de seturi suficient pentru 45000 de investigații. Pentru Contractare comodată a echipamentului, perioada 2 ani. Cerințe obligatorii pentru OFERTA ALTERNATIVĂ: I. Cerințe tehnice obligatorii pentru sistem analitic automat: (1) Analizatoare automate de viteză de sedimentare a hematiilor (VSH) - 2 unități nou, nerecondiționate. Vezi specificatia Specificatia tehnica LOT 18 analizator VSH.	LOT 18 Analizator automat de VSH 2 unitati (oferta alternativa) - CUBE 30 TOUCH (REF10395) DIESSE, ITALIA 18.1. Număr de seturi suficient pentru 45000 de investigații. Pentru Contractare comodată a echipamentului, perioada 2 ani. Cerințe obligatorii pentru OFERTA ALTERNATIVĂ: I. Cerințe tehnice obligatorii pentru sistem analitic automat: (1) Analizatoare automate de viteză de sedimentare a hematiilor (VSH) - 2 unități nou, nerecondiționate. - Analizator VSH CUBE 30 TOUCH 10395 . Vezi specificatia Specificatia tehnica LOT 18 analizator VSH.	ISO,CE
18. Analizator automat de VSH 2 unitati (oferta alternativa)	TEST DEVICE NEXT 5K, 5 000 tests 10296	10296	ITALIA	DIESSE	Vezi specificatia Specificatia tehnica LOT 18 analizator VSH.	TEST DEVICE NEXT 5K, 5 000 tests (10296) x 9 seturi = 45 000 investigații	ISO,CE
18. Analizator automat de VSH 2 unitati (oferta alternativa)	ESR CONTROL CUBE , 4 x 9 ml 10435	10435	ITALIA	DIESSE	Vezi specificatia Specificatia tehnica LOT 18 analizator VSH.	ESR CONTROL CUBE , 4 x 9 ml 10435	ISO,CE
18. Analizator automat de VSH 2 unitati (oferta alternativa)	THERMAL PAPER, 57mm x 25m	10403 THERMAL PAPER, 57mm x 25m, Pack of 10 rolls For MINI-CUBE Printer, Cube 30 Touch	ITALIA	DIESSE	Vezi specificatia Specificatia tehnica LOT 18 analizator VSH.	10403 THERMAL PAPER, 57mm x 25m	ISO,CE
20.10. Reagenți p/u investigații imunologice, hematologice, imunohematologice , clinice generale	20.10. Ser polispecific antiglobulinic	A.H.G ELITE, 10 ml, Ser antiglobulinic polispecifici, 435010	Marea Britanie	Lorne	Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunohematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunohematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). A.H.G ELITE, 10 ml, Ser antiglobulinic polispecifici, 435010	ISO,CE
20.11. Reagenți p/u investigații imunologice, hematologice, imunohematologice , clinice generale	20.11. Soluție LISS	LISS READY FOR USE, 4x250 ml, 470250, Lorne	Marea Britanie	Lorne	Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunohematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunohematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). LISS READY FOR USE, 4x250 ml, 470250, Lorne	ISO,CE
20.12. Reagenți p/u investigații imunologice, hematologice, imunohematologice , clinice generale	20.12. Set de diagnostic p/u analiza LCR	Set de diagnostic p/u analiza LCR	Rusia	ABRIS	Cerințele p/u test: Cerințe generale*, Ambalaj: set de reactive (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Cerințele p/u test: Cerințe generale*, Ambalaj: set de reactive (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).Set de diagnostic p/u analiza LCR	ISO,CE

20.13. Reagenți p/u investigații imunologice, hematologice, imunohematologice, clinice generale	20.13. Set de diagnostic p/u analiza sputei	Set de diagnostic p/u analiza sputei	Rusia	ABRIS	Cerințele p/u test: Cerințe generale*, Ambalaj: set de reactive (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Cerințele p/u test: Cerințe generale*, Ambalaj: set de reactive (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Set de diagnostic p/u analiza sputei	ISO, CE
24. Tulpini de referință	24. Tulpini de referință Candida Albicans ATCC 14053 - Marcaj CE. Substanță liofilizată impregnată pe rondele	Candida albicans ATCC ® 14053 5 pellets 89183	Italia	LIOFILCHEM	24. Tulpini de referință Candida Albicans ATCC 14053 - Marcaj CE. Substanță liofilizată impregnată pe rondele	Tulpini de referință Candida Albicans ATCC 14053 - Marcaj CE. Substanță liofilizată impregnată pe rondele. Candida albicans ATCC ® 14053 5 pellets	ISO, CE
26. Dispozitiv p/u inocularea plăcilor cu agar	26. Dispozitiv rotativ RETRO C 80 Confluent Plate Streaking - Marcaj CE. Pentru inocularea plăcilor cu agar la testarea sensibilității.	BS-010177-A01, UIS-360, Universal Plate Spinner Foot switch wired, protective screen, universal platform	Letonia	Biosan	26. Dispozitiv rotativ RETRO C 80 Confluent Plate Streaking - Marcaj CE. Pentru inocularea plăcilor cu agar la testarea sensibilității.	Dispozitiv rotativ UIS-360 Universal Inoculation Spinner analog la RETRO C 80 Confluent Plate Streaking. Marcaj CE. Pentru inocularea plăcilor cu agar la testarea sensibilității.	ISO, CE
29. Vârfuri conice p/u dozator, volum 3-5ml	29. Vârfuri conice p/u dozator, volum 3-5ml. - Marcaj CE Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Vîrfuri plastic 3-5ml p/u dozator semiautomat. Prezentarea obligator: Certificat de la producător. Prezentare exemple de vârfuri	Virf tip Gilson, 0-5000 UL, nesteril, 640104,	CHINA	BOEN	29. Vârfuri conice p/u dozator, volum 3-5ml. - Marcaj CE Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Vîrfuri plastic 3-5ml p/u dozator semiautomat. Prezentarea obligator: Certificat de la producător. Prezentare exemple de vârfuri.	Vârfuri conice p/u dozator, volum 3-5ml. - Marcaj CE Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Vîrfuri plastic 3-5ml p/u dozator semiautomat. Prezentarea obligator: Certificat de la producător. Prezentare exemple de vârfuri.	ISO, CE
30. Test-indicator de control p/u sterilizare	30. Test-indicator de control p/u sterilizare	Teste la sterilizare 121-134 "Intest-PF-A,	Rusia	VINAR	30.1. Teste chimice indicatorii p/u controlul sterilizării cu aburi – 120.0° (20min. universal). Marcaj CE	30.1. Teste chimice indicatorii p/u controlul sterilizării cu aburi – 120.0° (20min. universal). Marcaj CE	ISO, Certificat conformitate
30. Test-indicator de control p/u sterilizare	30. Test-indicator de control p/u sterilizare	Teste la sterilizare 180/60-1 extern, 1000 teste	Rusia	VINAR	30.2. Teste chimice indicatorii p/u controlul sterilizării cu aer uscat – 180.0° (20min. universal). Marcaj CE	30.2. Teste chimice indicatorii p/u controlul sterilizării cu aer uscat – 180.0° (20min. universal). Marcaj CE	ISO, Certificat conformitate

31. Biochimie (oferte alternative) - Analizator biochimic automat Selectra PRO XL(REF 6002-600)/ Back-up - Analizator biochimic automat Selectra Pro M (REF 6003-400), VitalScientific/Elitech, Franta							
31. BIOCHIMIE (lot deschis p/u oferte alternative)	31. BIOCHIMIE (lot deschis p/u oferte alternative)	URSL-0507	FRANTA	Elitech/Vital Scientific	31.1. Urea UV, enzimatică	Analizatorul biochimic automat Selectra PRO XL/ back-up Selectra PRO M VitalScientific/Elitech, Franta- OFERTA ALTERNATIVA - BROSURA ESTE ATASATA. Specificația tehnica lot 31. Conform cerintelor, compatibil cu analizatorul Selectra PRO M/ PRO XL. Ambalaj standart Urea UV, metoda recomandată de IFCC, 1 set 625 ml .	ISO,CE
31. BIOCHIMIE (lot deschis p/u oferte alternative)	31. BIOCHIMIE (lot deschis p/u oferte alternative)	CRSL-0630	FRANTA	Elitech/Vital Scientific	31.2. Creatinina, metoda PAP enzimatică	Conform cerintelor, compatibil cu analizatorul Selectra PRO M/ PRO XL. Ambalaj standart Creatinin PAP, 1 set 270 ml	ISO,CE
31. BIOCHIMIE (lot deschis p/u oferte alternative)	31. BIOCHIMIE (lot deschis p/u oferte alternative)	PROB-600	FRANTA	Elitech/Vital Scientific	31.3. Proteina totală, metoda Biuret	Conform cerintelor, compatibil cu analizatorul Selectra PRO M/ PRO XL. Ambalaj standart Proteina totală metoda Biuret, 1 set 250 ml	ISO,CE
31. BIOCHIMIE (lot deschis p/u oferte alternative)	31. BIOCHIMIE (lot deschis p/u oferte alternative)	ALBU-0700	FRANTA	Elitech/Vital Scientific	31.4. Albumina, metoda BCG sau Bromcresol Violet	Conform cerintelor, compatibil cu analizatorul Selectra PRO M/ PRO XL. Ambalaj standart Albumina , metoda recomandată de IFCC (Albumina BCG), 1 set 250ml	ISO,CE
31. BIOCHIMIE (lot deschis p/u oferte alternative)	31. BIOCHIMIE (lot deschis p/u oferte alternative)	GPSL-0707	FRANTA	Elitech/Vital Scientific	31.5. Glucoza, metoda PAP	Conform cerintelor, compatibil cu analizatorul Selectra PRO M/ PRO XL. Ambalaj standart Glucoza GOD PAP, metoda recomandată de IFCC, 1 set 1000 ml	ISO,CE
31. BIOCHIMIE (lot deschis p/u oferte alternative)	31. BIOCHIMIE (lot deschis p/u oferte alternative)	AMSL-0400	FRANTA	Elitech/Vital Scientific	31.6. Amilaza totală	Conform cerintelor, compatibil cu analizatorul Selectra PRO M/ PRO XL. Ambalaj standart Alfa-Amilaza totala (cu CNP-G3-β substrat) 1 set ,100 MI	ISO,CE
31. BIOCHIMIE (lot deschis p/u oferte alternative)	31. BIOCHIMIE (lot deschis p/u oferte alternative)	ALSL-0510	FRANTA	Elitech/Vital Scientific	31.7. ALAT, metoda recomandată de IFCC (cu pyroxidal-5-phosphate)	Conform cerintelor, compatibil cu analizatorul Selectra PRO M/ PRO XL. Ambalaj standart ALAT, metoda recomandată de IFCC (cu pyridoxal-5-phosphate) 1 set 625 ml	ISO,CE
31. BIOCHIMIE (lot deschis p/u oferte alternative)	31. BIOCHIMIE (lot deschis p/u oferte alternative)	ASSL-0510	FRANTA	Elitech/Vital Scientific	31.8. ASAT, metoda recomandată de IFCC (cu pyroxidal-5-phosphate)	Conform cerintelor, compatibil cu analizatorul Selectra PRO M/ PRO XL. Ambalaj standart ASAT, metoda recomandată de IFCC (cu pyridoxal-5-phosphate) 1 set 625 ml	ISO,CE
31. BIOCHIMIE (lot deschis p/u oferte alternative)	31. BIOCHIMIE (lot deschis p/u oferte alternative)	GISL-0420	FRANTA	Elitech/Vital Scientific	31.9. gamma-GTP, metoda recomandată de IFCC	Conform cerintelor, compatibil cu analizatorul Selectra PRO M/ PRO X. Ambalaj standart GGTP, metoda recomandată de IFCC, 1 set 250 ml	ISO,CE
31. BIOCHIMIE (lot deschis p/u oferte alternative)	31. BIOCHIMIE (lot deschis p/u oferte alternative)	PASL-0420	FRANTA	Elitech/Vital Scientific	31.10. Fosfataza alcalină	Conform cerintelor, compatibil cu analizatorul Selectra PRO M/ PRO XL. Ambalaj standart ALP, metoda recomandată de IFCC, 1 set 250 ml	ISO,CE
31. BIOCHIMIE (lot deschis p/u oferte alternative)	31. BIOCHIMIE (lot deschis p/u oferte alternative)	BITO-0600	FRANTA	Elitech/Vital Scientific	31.11. Bilirubina totală	Conform cerintelor, compatibil cu analizatorul Selectra Selectra PRO M/ PRO X. Ambalaj standart Bilirubina totală, metoda recomandată de IFCC, 1 set 250ml	ISO,CE
31. BIOCHIMIE (lot deschis p/u oferte alternative)	31. BIOCHIMIE (lot deschis p/u oferte alternative)	BIDI-0500	FRANTA	Elitech/Vital Scientific	31.12. Bilirubina conjugată	Conform cerintelor, compatibil cu analizatorul Selectra PRO M/ PRO X. Ambalaj standart Bilirubina directă, metoda recomandată de IFCC , 1 set 125 ml	ISO,CE
31. BIOCHIMIE (lot deschis p/u oferte alternative)	31. BIOCHIMIE (lot deschis p/u oferte alternative)	CMSL-0410	FRANTA	Elitech/Vital Scientific	31.13. CK-MB, metoda prin imunoinhibiție, recomandată de IFCC	Conform cerintelor, compatibil cu analizatorul Selectra PRO M/ PRO XL. Ambalaj standart CK-MB, metoda recomandată de IFCC , 1 set 125 ml	ISO,CE
31. BIOCHIMIE (lot deschis p/u oferte alternative)	31. BIOCHIMIE (lot deschis p/u oferte alternative)	PRTU-0600	FRANTA	Elitech/Vital Scientific	31.14. Proteina în urină, metoda cu pirogalol roșu	Conform cerintelor, compatibil cu analizatorul Selectra PRO M/ PRO XL. Ambalaj standart Proteina în urină prin metoda fotometrică cu pirogalol roșu, metoda recomandată de IFCC. 1 set 250ml	ISO,CE
31. BIOCHIMIE (lot deschis p/u oferte alternative)	31. BIOCHIMIE (lot deschis p/u oferte alternative)	ICRP-0400	FRANTA	Elitech/Vital Scientific	Vezi specificatia tehnica solicitata	Conform cerintelor, compatibil cu analizatorul Selectra PRO M/ PRO X. Ambalaj standart CRP, metoda recomandată de IFCC, 1 set 55 ml	ISO,CE
31. BIOCHIMIE (lot deschis p/u oferte alternative)	31. BIOCHIMIE (lot deschis p/u oferte alternative)	ICRP-0047	FRANTA	Elitech/Vital Scientific	Vezi specificatia tehnica solicitata	Conform cerintelor, compatibil cu analizatorul Selectra PRO M/ PRO XL. Ambalaj standart CRP CONTROL II, metoda recomandată de IFCC, 1 set 2 X1ML	ISO,CE
31. BIOCHIMIE (lot deschis p/u oferte alternative)	31. BIOCHIMIE (lot deschis p/u oferte alternative)	ICRP-0043	FRANTA	Elitech/Vital Scientific	Vezi specificatia tehnica solicitata	Conform cerintelor, compatibil cu analizatorul Selectra PRO M/ PRO XL. CRP IP calibrator set 5x1ml, Elitech	ISO,CE
31. BIOCHIMIE (lot deschis p/u oferte alternative)	31. BIOCHIMIE (lot deschis p/u oferte alternative)	ICRP-0046	FRANTA	Elitech/Vital Scientific	Vezi specificatia tehnica solicitata	Conform cerintelor, compatibil cu analizatorul Selectra PRO M/ PRO XL. Ambalaj standart CRP CONTROL I, metoda recomandată de IFCC, 1 set 2 X1ML	ISO,CE
31. BIOCHIMIE (lot deschis p/u oferte alternative)	31. BIOCHIMIE (lot deschis p/u oferte alternative)	CK-MB control	FRANTA	Elitech/Vital Scientific	Vezi specificatia tehnica solicitata	Conform cerintelor, compatibil cu analizatorul Selectra PRO M/ PRO XL. Ambalaj standart CK-MB control, Elitech metoda recomandată de IFCC, 1 set 4fl X3 ML	ISO,CE

31. BIOCHIMIE (lot deschis p/u oferte alternative)	31. BIOCHIMIE (lot deschis p/u oferte alternative)	SLSY-5905-EE SYSTEM SOLUTION	FRANTA	Elitech/Vital Scientific	Vezi specificatia tehnica solicitata	Solutie sistema, 1000ml, Elitech destinata pentru analizator biochimic automat Selectra PRO M/ PRO XL.	ISO,CE
31. BIOCHIMIE (lot deschis p/u oferte alternative)	31. BIOCHIMIE (lot deschis p/u oferte alternative)	SLHC-5900-EE ACID SOLUTION	FRANTA	Elitech/Vital Scientific	Vezi specificatia tehnica solicitata	Solutie Acida de hipoclorid 1l, Elitech destinata pentru analizator biochimic automat Selectra PRO M/ PRO XL.	ISO,CE
31. BIOCHIMIE (lot deschis p/u oferte alternative)	31. BIOCHIMIE (lot deschis p/u oferte alternative)	SLNA-5900-EE SYSTEM CLEANING SOLUTION 1L	FRANTA	Elitech/Vital Scientific	Vezi specificatia tehnica solicitata	Solutie cleaning pentru sistema, 1000ml, Elitech destinata pentru analizator biochimic automat Selectra PRO M/ PRO XL.	ISO,CE
31. BIOCHIMIE (lot deschis p/u oferte alternative)	31. BIOCHIMIE (lot deschis p/u oferte alternative)	Control proteina in urina cu piragolol rosu BM-Control-PGK, cod 18387	Rusia	MEDLACOR	Vezi specificatia tehnica solicitata	Control proteina in urina cu piragolol rosu BM-Control-PGK destinat pentru reagent protein in urina, cod 18387 destinata pentru analizator biochimic automat Selectra PRO M/ PRO XL.	ISO,CE
31. BIOCHIMIE (lot deschis p/u oferte alternative)	31. BIOCHIMIE (lot deschis p/u oferte alternative)	CALI -0550	FRANTA	Elitech/Vital Scientific	Vezi specificatia tehnica solicitata	Multicalibrator pe baza de ser uman Elical 2, 1 fl=3ml destinata pentru analizator biochimic automat Selectra PRO M/ PRO XL.	ISO,CE
31. BIOCHIMIE (lot deschis p/u oferte alternative)	31. BIOCHIMIE (lot deschis p/u oferte alternative)	CONT-0060	FRANTA	Elitech/Vital Scientific	Vezi specificatia tehnica solicitata	Ser de control normal pentru parametrii biochimici Elitrol I, 1 fl = 5ml destinata pentru analizator biochimic automat Selectra PRO M/ PRO XL.	ISO,CE
31. BIOCHIMIE (lot deschis p/u oferte alternative)	31. BIOCHIMIE (lot deschis p/u oferte alternative)	CONT-0160	FRANTA	Elitech/Vital Scientific	Vezi specificatia tehnica solicitata	Ser de control patologic pentru parametrii biochimici Elitrol II, 1fl = 5ml destinata pentru analizator biochimic automat Selectra PRO M/ PRO XL.	ISO,CE
31. BIOCHIMIE (lot deschis p/u oferte alternative)	31. BIOCHIMIE (lot deschis p/u oferte alternative)	Maintenance kit Yearly Pro M/EL200, 6003-383	FRANTA	Elitech/Vital Scientific	Vezi specificatia tehnica solicitata	Kit de mentenanta Yearly Pro M/EL200, 6003-383 pentru analizator biochimic automat Selectra PRO M	ISO,CE
31. BIOCHIMIE (lot deschis p/u oferte alternative)	31. BIOCHIMIE (lot deschis p/u oferte alternative)	Rotor cuveta set (3 rotori in set), p-u ProM, 6002-706	FRANTA	Elitech/Vital Scientific	Vezi specificatia tehnica solicitata	Rotor cuveta set (3 rotori in set), p-u ProM, 6002-706 pentru analizator biochimic automat Selectra PRO M/ PRO XL.	ISO,CE
31. BIOCHIMIE (lot deschis p/u oferte alternative)	31. BIOCHIMIE (lot deschis p/u oferte alternative)	Cuva p-u ser 2 ml, PS, d. 16x24 mm,	FRANTA	Elitech/Vital Scientific	Vezi specificatia tehnica solicitata	Cuva p-u ser 2 ml, PS, d. 16x24 mm, pentru analizator biochimic automat Selectra PRO M/ PRO XL.	ISO,CE
31. BIOCHIMIE (lot deschis p/u oferte alternative)	31. BIOCHIMIE (lot deschis p/u oferte alternative)	Butelie p-u reagent, (25ml), 30unit. 3062-031	FRANTA	Elitech/Vital Scientific	Vezi specificatia tehnica solicitata	Butelie p-u reagent, (25ml), 30unit. 3062-031 pentru analizator biochimic automat Selectra PRO M/ PRO XL.	ISO,CE
31. BIOCHIMIE (lot deschis p/u oferte alternative)	31. BIOCHIMIE (lot deschis p/u oferte alternative)	Butelie p-u reagenti 10ml, 3062-042, Vital	FRANTA	Elitech/Vital Scientific	Vezi specificatia tehnica solicitata	Butelie p-u reagenti 10ml, 3062-042, Vital pentru analizator biochimic automat Selectra PRO M/ PRO XL.	ISO,CE
31. BIOCHIMIE (lot deschis p/u oferte alternative)	31. BIOCHIMIE (lot deschis p/u oferte alternative)	Maintenance kit Yearly XL-Series V3, 6003-477, Vital	FRANTA	Elitech/Vital Scientific	Vezi specificatia tehnica solicitata	Kit de mentenanta Yearly XL-Series V3, 6003-477, Vital	ISO,CE
31. BIOCHIMIE (lot deschis p/u oferte alternative)	31. BIOCHIMIE (lot deschis p/u oferte alternative)	Bearing, Ball 2.5x6x2.6mm, 3053-037	FRANTA	Elitech/Vital Scientific	Vezi specificatia tehnica solicitata	Bearing, Ball 2.5x6x2.6mm, 3053-037	ISO,CE
31. BIOCHIMIE (lot deschis p/u oferte alternative)	31. BIOCHIMIE (lot deschis p/u oferte alternative)	Sample Needle Unit, 6002-007, Elitech	FRANTA	Elitech/Vital Scientific	Vezi specificatia tehnica solicitata	Sample Needle Unit, 6002-007, Elitech	ISO,CE
31. BIOCHIMIE (lot deschis p/u oferte alternative)	31. BIOCHIMIE (lot deschis p/u oferte alternative)	Reagent Needle, 6002-046	FRANTA	Elitech/Vital Scientific	Vezi specificatia tehnica solicitata	Reagent Needle, 6002-046	ISO,CE

31. BIOCHIMIE (lot deschis p/u oferte alternative)	31. BIOCHIMIE (lot deschis p/u oferte alternative)	Valve 3-WAY 12VDC/4W, 3366-920, Vital Elitec	FRANTA	Elitech/Vital Scientific	Vezi specificatia tehnica solicitata	Valve 3-WAY 12VDC/4W, 3366-920, Vital Elitec	ISO,CE
31. BIOCHIMIE (lot deschis p/u oferte alternative)	31. BIOCHIMIE (lot deschis p/u oferte alternative)	Tygon tube 5 MTR, 6004-398, Elitech	FRANTA	Elitech/Vital Scientific	Vezi specificatia tehnica solicitata	Tygon tube 5 MTR, 6004-398, Elitech	ISO,CE
31. BIOCHIMIE (lot deschis p/u oferte alternative)	31. BIOCHIMIE (lot deschis p/u oferte alternative)	Vacuum PUMP ASSY, 6003-340	FRANTA	Elitech/Vital Scientific	Vezi specificatia tehnica solicitata	Vacuum PUMP ASSY, 6003-340	ISO,CE
31. BIOCHIMIE (lot deschis p/u oferte alternative)	31. BIOCHIMIE (lot deschis p/u oferte alternative)	Water Filter, 3066-083, Vital	FRANTA	Elitech/Vital Scientific	Vezi specificatia tehnica solicitata	Water Filter, 3066-083	ISO,CE
31. BIOCHIMIE (lot deschis p/u oferte alternative)	31. BIOCHIMIE (lot deschis p/u oferte alternative)	4840839014078 FF set 3 cartuse p/u filtru Prestige	Romania	Q TEST	Vezi specificatia tehnica solicitata	FF set 3 cartuse p/u filtru Prestige	ISO,CE
31. BIOCHIMIE (lot deschis p/u oferte alternative)	31. BIOCHIMIE (lot deschis p/u oferte alternative)	4840839013101 Canature membrana 400G (P6)	Romania	Q TEST	Vezi specificatia tehnica solicitata	Canature membrana 400G (P6)	ISO,CE
32. Hematologie 5 DIFF (lot deschis p/u oferte alternative) – Analizator hematologic cu incarcare automata H60 S, EDAN,CHINA							
32. Hematologie 5 DIFF (lot deschis p/u oferte alternative)	32. Hematologie 5 DIFF (lot deschis p/u oferte alternative)	Analizator hematologic cu incarcare automata H60 S	CHINA	EDAN	32. Analiza generală de sânge cu formula leucocitară (5DIIF) - Procedura de achizitie a Investigațiilor Hematologice Generale tip 5 DIFF cu comodarea echipamentului Hematologic cu analizare în regim 5 DIFF.	Analizator hematologic cu incarcare automata H60 S (Vezi Specificația tehnica lot 32). 32. Analiza generală de sânge cu formula leucocitară (5DIIF) - Procedura de achizitie a Investigațiilor Hematologice Generale tip 5 DIFF cu comodarea echipamentului Hematologic cu analizare în regim 5 DIFF. (VEZI Vezi Specificația tehnica lot 32)	ISO,CE
32. Hematologie 5 DIFF (lot deschis p/u oferte alternative)	32. Hematologie 5 DIFF (lot deschis p/u oferte alternative)	Diluent 20 l, HD600, Edan	CHINA	EDAN	32. Analiza generală de sânge cu formula leucocitară (5DIIF) - Procedura de achizitie a Investigațiilor Hematologice Generale tip 5 DIFF cu comodarea echipamentului Hematologic cu analizare în regim 5 DIFF. (VEZI Vezi Specificația tehnica lot 32)	Diluent 20 l (1 ambalaj = 370 teste), HD600, Edan.	ISO,CE
32. Hematologie 5 DIFF (lot deschis p/u oferte alternative)	32. Hematologie 5 DIFF (lot deschis p/u oferte alternative)	Lyse 500 ml, HL600, Edan	CHINA	EDAN	32. Analiza generală de sânge cu formula leucocitară (5DIIF) - Procedura de achizitie a Investigațiilor Hematologice Generale tip 5 DIFF cu comodarea echipamentului Hematologic cu analizare în regim 5 DIFF. (VEZI Vezi Specificația tehnica lot 32)	Lyse 500 ml (1 ambalaj = 400 teste), HL600, Edan	ISO,CE
32. Hematologie 5 DIFF (lot deschis p/u oferte alternative)	32. Hematologie 5 DIFF (lot deschis p/u oferte alternative)	Cleaner HC600, 50 ml, Edan	CHINA	EDAN	32. Analiza generală de sânge cu formula leucocitară (5DIIF) - Procedura de achizitie a Investigațiilor Hematologice Generale tip 5 DIFF cu comodarea echipamentului Hematologic cu analizare în regim 5 DIFF. (VEZI Vezi Specificația tehnica lot 32)	Cleaner HC600 (aproximativ 2 ambalaje pe luna), 50 ml, Edan.	ISO,CE
32. Hematologie 5 DIFF (lot deschis p/u oferte alternative)	32. Hematologie 5 DIFF (lot deschis p/u oferte alternative)	Set de control hematologic ED-60D, Edan	CHINA	EDAN	32. Analiza generală de sânge cu formula leucocitară (5DIIF) - Procedura de achizitie a Investigațiilor Hematologice Generale tip 5 DIFF cu comodarea echipamentului Hematologic cu analizare în regim 5 DIFF. (VEZI Vezi Specificația tehnica lot 32)	Set de control hematologic ED-60D, Edan. 1 set = (3 fl x 3 ml)	ISO,CE

33. Coagulograma (lot deschis p/u oferte alternative) - Coagulometru C-4X four-channel, HELENA, Marea Britanie							
33. Coagulograma (lot deschis p/u oferte alternative)	33. Coagulograma (lot deschis p/u oferte alternative)	5267 L Thromboplastin L	MB	HELENA	33.1. Activitatea Quick a Protombinei cu INR - Cerințe specifice pentru kit diagnostic: Set de tromboplastina pentru determinarea Activității Quick a Protombinei cu INR din plasma cu citrat de sodiu 3,2 / 3,8 %. ISI tromboplastinei interval 1,01 - 1,10. Cantitatea de teste invalide, nevalidate, pierderi tehnice din cauza erorilor analitice ale analizatorului sau alte neconformități tehnice survenite din oricare altă cauză în afara erorilor user-laborant la analizator, să fie restituite din contul agentului economic. Nu se acceptă metode cu raporturi de reagent-plamă modificate - micrometode. Cerințe generale: Certificat de conformitate de la producător. CE. IVD.	33. Coagulograma (lot deschis p/u oferte alternative) - Coagulometru Helena C-4X four-channel (Brosura este atasată) 5267 L Thromboplastin L (10 x 10 ml) - 900 teste (10 x 10 ml), Liquid Rabbit Brain Thromboplastin containing Calcium Chloride, stabilisers and preservatives33.1. Activitatea Quick a Protombinei cu INR - Cerințe specifice pentru kit diagnostic: Set de tromboplastina pentru determinarea Activității Quick a Protombinei cu INR din plasma cu citrat de sodiu 3,2 / 3,8 %. ISI tromboplastinei interval 1,01 - 1,10. Cantitatea de teste invalide, nevalidate, pierderi tehnice din cauza erorilor analitice ale analizatorului sau alte neconformități tehnice survenite din oricare altă cauză în afara erorilor user-laborant la analizator, să fie restituite din contul agentului economic. Nu se acceptă metode cu raporturi de reagent-plamă modificate - micrometode. Cerințe generale: Certificat de conformitate de la producător. CE. IVD.	ISO,CE
33. Coagulograma (lot deschis p/u oferte alternative)	33. Coagulograma (lot deschis p/u oferte alternative)	5376 Clauss Fibrinogen 100	MB	HELENA	33.2. Fibrinogen după Klaus - Cerințe specifice pentru kit diagnostic: Set de trombina pentru determinarea cantitativă a fibrinogenului după metoda Klaus din plasma cu citrat de sodiu 3,2 / 3,8 %. Cantitatea de teste invalide, nevalidate, pierderi tehnice din cauza erorilor analitice ale analizatorului sau alte neconformități tehnice survenite din oricare altă cauză în afara erorilor user-laborant la analizator, să fie restituite din contul agentului economic. Nu se acceptă metode cu raporturi de reagent-plamă modificat - micrometode. Buffer - minimum 400 ml. Cerințe generale: Ceriificat de Conformitate de la producător. CE. IVD.	5376 Clauss Fibrinogen 100 - 190 teste (5 x 2.0 ml) Thrombin Reagent 100 NIH/ml (lyophilised) / (2 x 1.0 ml) Fibrinogen Calibrator (lyophilised) / (2 x 25.0 ml) Imidazole Buffer (liquid) / (2 x 5.0 ml) Kaolin suspension 0.5g/L (liquid) 33.2. Fibrinogen după Klaus - Cerințe specifice pentru kit diagnostic: Set de trombina pentru determinarea cantitativă a fibrinogenului după metoda Klaus din plasma cu citrat de sodiu 3,2 / 3,8 %. Cantitatea de teste invalide, nevalidate, pierderi tehnice din cauza erorilor analitice ale analizatorului sau alte neconformități tehnice survenite din oricare altă cauză în afara erorilor user-laborant la analizator, să fie restituite din contul agentului economic. Nu se acceptă metode cu raporturi de reagent-plamă modificat - micrometode. Buffer - minimum 400 ml. Cerințe generale: Ceriificat de Conformitate de la producător. CE. IVD.	ISO,CE
33. Coagulograma (lot deschis p/u oferte alternative)	33. Coagulograma (lot deschis p/u oferte alternative)	5560 APTT Si L Minus	MB	HELENA	33.3. APTT - Cerințe specifice pentru kit diagnostic: Set pentru determinarea timpului de tromboplastină parțial activate din plasmă cu citrat de sodiu 3,2 / 3,8%. Cantitatea de teste invalide, nevalidate, pierderi tehnice din cauza erorilor analitice ale analizatorului sau alte neconformități tehnice survenite din oricare altă cauză în afara erorilor user-laborant la analizator, s fie restituite din contul agentului economic. Nu se acceptă metode cu raporturi de reagent-plamă modificate - micrometode. Calciu Clorid - minimum 300 mL. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD.	5560 APTT Si L Minus - 1000 teste (10 x 5.0 ml) APTT Si L Minus (liquid) / (10 x 5.0 ml) Calcium Chloride Solution 0.025M (liquid) 33.3. APTT - Cerințe specifice pentru kit diagnostic: Set pentru determinarea timpului de tromboplastină parțial activate din plasmă cu citrat de sodiu 3,2 / 3,8%. Cantitatea de teste invalide, nevalidate, pierderi tehnice din cauza erorilor analitice ale analizatorului sau alte neconformități tehnice survenite din oricare altă cauză în afara erorilor user-laborant la analizator, s fie restituite din contul agentului economic. Nu se acceptă metode cu raporturi de reagent-plamă modificate - micrometode. Calciu Clorid - minimum 300 mL. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD.	ISO,CE
33. Coagulograma (lot deschis p/u oferte alternative)	33. Coagulograma (lot deschis p/u oferte alternative)	C-101V	MB	HELENA	33.4. Cuve - cuve de la producător specifice, compatibile cu analizatorul semiautomat oferit comod. Certificat de conformitate de la producător. Împachetare - bucăți/set.	33.4. Cuve - cuve de la producător specifice C-101V, compatibile cu analizatorul semiautomat oferit comod. Certificat de conformitate de la producător. Împachetare set. - 500 buc.	ISO,CE
33. Coagulograma (lot deschis p/u oferte alternative)	33. Coagulograma (lot deschis p/u oferte alternative)	Control plasma Normal 1 ml, 5186	MB	HELENA	33.5. Plasma de control Normal - plasma de control din plasma umana. De la producător reagenti. CE. IVD.	33.5. Plasma de control Normal, 1 flacon = 1ml - plasma de control din plasma umana. De la producător reagenti. CE. IVD.	ISO,CE
33. Coagulograma (lot deschis p/u oferte alternative)	33. Coagulograma (lot deschis p/u oferte alternative)	Control plasma Patologica nivel A 1 ml, 5187	MB	HELENA	33.6. Plasma de control Patologic - plasma de control din plasma umana. De la producător reagenti. CE. IVD.	33.6. Plasma de control Patologic, 1 flacon = 1ml - plasma de control din plasma umana. De la producător reagenti. CE. IVD.	ISO,CE
33. Coagulograma (lot deschis p/u oferte alternative)	33. Coagulograma (lot deschis p/u oferte alternative)	Calibrator Plazma, 5504R,	MB	HELENA	33.7. Calibrator - calibrator din plasma umana. De la producător reagenti. CE. IVD.	33.7. Calibrator - calibrator din plasma umana (4 x 1ml) PT Calibrant Plasma (lyophilised). De la producător reagenti. CE. IVD.	ISO,CE

35. D-dimeri (lot deschis p/u oferte alternative) - Analizator imunofluorescent cu 6 canale de masurare WS-Mi6000, WESAIL, China							
35. D-dimeri (lot deschis p/u oferte alternative)	35. D-dimeri (lot deschis p/u oferte alternative)	Analizator imunofluorescent cu 6 canale de masurare WS-Mi6000, WESAIL WS-Mi6000	CHINA	WESAIL	35. D-dimeri - Cerințe specifice p/u kit diagnostic: Determinarea D-dimerilor din plasma cu citrat de sodiu sau K3EDTA, sânge integral cu anticoagulant. Metoda: FIA sau imunofluorescență laterală, test rapid cantitativ. Componenta setului: card-teste de unica folosință compatibile cu reader semiautomat oferit. Lipsa calibratorilor lichizi. Curba de calibrare - digitală, individuală lotului, programată în chip sau contact-card. Certificat de conformitate privind Linearitatea metodei: ≈ 10 000 ng/mL. Condiții de exploatare a cititorului de cârțușe: Funcționare non-stop în 24/24 și 7/7. Reader semiautomat să fie instalat și dat în exploatare în baza Procesului verbal de instalare în baza Contractului de comodare p/u 14 luni de exploatare din data semnării contractului. Returnarea readerului - în baza PV de Predare-Primire. Instruirea și suport tehnic inclus în bugetul Ofertei p/u lotul dat. CE. IVD. Hârtie termică p/u dispozitiv p/u tipărirea celor 2500 rezultate. Cerințe specifice p/u kit de control: 3 seturi. Set de controale specifice pentru executarea cerințelor controlului intern de calitate in procedura de măsurare a D-dimerilor prin metoda oferită. Ambalaj Standard de la producătorul kitului diagnostic. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător CE. IVD.	Analizator imunofluorescent cu 6 canale de masurare WS-Mi6000, WESAIL (Brosura este atasata)35. D-dimeri - Cerințe specifice p/u kit diagnostic: Determinarea D-dimerilor din plasma cu citrat de sodiu sau K3EDTA, sânge integral cu anticoagulant. Metoda: FIA sau imunofluorescență laterală, test rapid cantitativ. Componenta setului: card-teste de unica folosință compatibile cu reader semiautomat oferit. Lipsa calibratorilor lichizi. Curba de calibrare - digitală, individuală lotului, programată în chip sau contact-card. Certificat de conformitate privind Linearitatea metodei: ≈ 10 000 ng/mL. DA (instrucțiunea si certificat privind linearitatea este atasat).Condiții de exploatare a cititorului de cârțușe: Funcționare non-stop în 24/24 și 7/7. Reader semiautomat să fie instalat și dat în exploatare în baza Procesului verbal de instalare în baza Contractului de comodare p/u 14 luni de exploatare din data semnării contractului. Returnarea readerului - în baza PV de Predare-Primire. Instruirea și suport tehnic inclus în bugetul Ofertei p/u lotul dat. CE. IVD. Hârtie termică p/u dispozitiv p/u tipărirea celor 2500 rezultate. Cerințe specifice p/u kit de control: 3 seturi. Set de controale specifice pentru executarea cerințelor controlului intern de calitate in procedura de măsurare a D-dimerilor prin metoda oferită. Ambalaj Standard de la producătorul kitului diagnostic. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător CE. IVD.	ISO,CE
35. D-dimeri (lot deschis p/u oferte alternative)	35. D-dimeri (lot deschis p/u oferte alternative)	KIT BA0140 D-dimeri	CHINA	WESAIL	D-dimeri - Cerințe specifice p/u kit diagnostic: Determinarea D-dimerilor din plasma cu citrat de sodiu sau K3EDTA, sânge integral cu anticoagulant. Metoda: FIA sau imunofluorescență laterală, test rapid cantitativ. Componenta setului: card-teste de unica folosință compatibile cu reader semiautomat oferit. Lipsa calibratorilor lichizi. Curba de calibrare - digitală, individuală lotului, programată în chip sau contact-card. Certificat de conformitate privind Linearitatea metodei: ≈ 10 000 ng/mL.	D-dimeri - Cerințe specifice p/u kit diagnostic: Determinarea D-dimerilor din plasma cu citrat de sodiu sau K3EDTA, sânge integral cu anticoagulant. Metoda: FIA sau imunofluorescență laterală, test rapid cantitativ. Componenta setului: card-teste de unica folosință compatibile cu reader semiautomat oferit. Lipsa calibratorilor lichizi. Curba de calibrare - digitală, individuală lotului, programată în chip sau contact-card. Certificat de conformitate privind Linearitatea metodei: ≈ 10 000 ng/mL. - DA- Linear range D-dimer: 0.025 mg/L - 35.000 mg/L (Brosura, instructia, Certificat privind linearitatea atasata)	ISO,CE
35. D-dimeri (lot deschis p/u oferte alternative)	35.1 Control p/u D-dimeri, test rapid, metoda cantitativă	Control p/u D-dimeri (1 L+1 H)	CHINA	WESAIL	Cerințe specifice p/u kit de control: 3 seturi. Set de controale specifice pentru executarea cerințelor controlului intern de calitate in procedura de măsurare a D-dimerilor prin metoda oferită.	Kit de control: 3 seturi. Set de controale specifice pentru executarea cerințelor controlului intern de calitate in procedura de măsurare a D-dimerilor prin metoda oferită este inclus in oferta.	ISO,CE
35. D-dimeri (lot deschis p/u oferte alternative)	35.2 Hârtie termică	Hârtie termică	CHINA	WESAIL	Hârtie termică p/u dispozitiv p/u tipărirea celor 2500 rezultate.	Hârtie termică p/u dispozitiv p/u tipărirea celor 2500 rezultate este incușa in oferta	ISO,CE

36. Markeri cardiaci cTnI/CK-MB/Myo (lot deschis p/u oferte alternative) - Analizator imunofluorescent cu 6 canale de masurare WS-Mi6000, WESAIL, China							
36. Markeri cardiaci cTnI/CK-MB/Myo (lot deschis p/u oferte alternative)	36. Markeri cardiaci cTnI/CK-MB/Myo (lot deschis p/u oferte alternative)	Analizator imunofluorescent cu 6 canale de masurare WS-Mi6000, WESAIL	CHINA	WESAIL	36. cTnI/CK-MB/Myo - Cerințe specifice pentru kit diagnostic: Determinarea cTnI/CK-MB/Myo prin triplu test în "one step" din ser, plasma, sânge integral cu anticoagulant. Metoda: FIA sau imunofluorescență laterală (sau altă metodă cantitativă), test rapid cantitativ. Componenta setului: card-teste de unica folosință compatibile cu reader semiautomat oferit. Lipsa calibratorilor lichizi. Curba de calibrare - digitală, individuală lotului, programată în chip sau contact-card. Condiții de exploatare a cititorului de cărți: Funcționare non-stop în 24/24 și 7/7. Reader semiautomat să fie instalat și dat în exploatare în baza Procesului verbal de instalare în baza Contractului de comodat pentru 14 luni de exploatare din data semnării contractului. Returnarea readerului - în baza PV de Predare-Primire. Instruirea și suport tehnic inclus în bugetul Ofertei pentru lotul dat. Cerințe generale obligatorii: Certificate de Conformitate de la producător. CE. IVD. Hârtie termică p/u dispozitiv p/u tipărirea celor 1000 de rezultate - costul inclus în bugetul lotului dat. Cerințe specifice p/u kit de control: 2 seturi. Set de controale specifice pentru executarea cerințelor controlului intern de calitate în procedura de măsurare a cTnI/CK-MB/Myo prin metoda oferită prezentului lot. Ambalaj Standard de la producătorul kitului diagnostic. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător CE. IVD.	Analizator imunofluorescent cu 6 canale de masurare WS-Mi6000, WESAIL (Brosura este atasată) 36. cTnI/CK-MB/Myo - Cerințe specifice pentru kit diagnostic: Determinarea cTnI/CK-MB/Myo prin triplu test în "one step" din ser, plasma, sânge integral cu anticoagulant. Metoda: FIA sau imunofluorescență laterală (sau altă metodă cantitativă), test rapid cantitativ. Componenta setului: card-teste de unica folosință compatibile cu reader semiautomat oferit. Lipsa calibratorilor lichizi. Curba de calibrare - digitală, individuală lotului, programată în chip sau contact-card. Condiții de exploatare a cititorului de cărți: Funcționare non-stop în 24/24 și 7/7. Reader semiautomat să fie instalat și dat în exploatare în baza Procesului verbal de instalare în baza Contractului de comodat pentru 14 luni de exploatare din data semnării contractului. Returnarea readerului - în baza PV de Predare-Primire. Instruirea și suport tehnic inclus în bugetul Ofertei pentru lotul dat. Cerințe generale obligatorii: Certificate de Conformitate de la producător. CE. IVD. Hârtie termică p/u dispozitiv p/u tipărirea celor 1000 de rezultate - costul inclus în bugetul lotului dat. Cerințe specifice p/u kit de control: 2 seturi. Set de controale specifice pentru executarea cerințelor controlului intern de calitate în procedura de măsurare a cTnI/CK-MB/Myo prin metoda oferită prezentului lot. Ambalaj Standard de la producătorul kitului diagnostic. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător CE. IVD.	ISO,CE
36. Markeri cardiaci cTnI/CK-MB/Myo (lot deschis p/u oferte alternative)	36. Markeri cardiaci cTnI/CK-MB/Myo (lot deschis p/u oferte alternative)	BA0130 cTnI/CK-MB/Myo	CHINA	WESAIL	36. cTnI/CK-MB/Myo - Cerințe specifice pentru kit diagnostic: Determinarea cTnI/CK-MB/Myo prin triplu test în "one step" din ser, plasma, sânge integral cu anticoagulant. Metoda: FIA sau imunofluorescență laterală (sau altă metodă cantitativă), test rapid cantitativ. Componenta setului: card-teste de unica folosință compatibile cu reader semiautomat oferit. Lipsa calibratorilor lichizi. Curba de calibrare - digitală, individuală lotului, programată în chip sau contact-card.	cTnI/CK-MB/Myo - Cerințe specifice pentru kit diagnostic: Determinarea cTnI/CK-MB/Myo prin triplu test în "one step" din ser, plasma, sânge integral cu anticoagulant. Metoda: FIA sau imunofluorescență laterală (sau altă metodă cantitativă), test rapid cantitativ. Componenta setului: card-teste de unica folosință compatibile cu reader semiautomat oferit. Lipsa calibratorilor lichizi. Curba de calibrare - digitală, individuală lotului, programată în chip sau contact-card.	ISO,CE
36. Markeri cardiaci cTnI/CK-MB/Myo (lot deschis p/u oferte alternative)	36. Markeri cardiaci cTnI/CK-MB/Myo (lot deschis p/u oferte alternative)	Control p/u cTnI/CK-MB/Myo (1 L+1 H)	CHINA	WESAIL	Cerințe specifice p/u kit de control: 2 seturi. Set de controale specifice pentru executarea cerințelor controlului intern de calitate în procedura de măsurare a cTnI/CK-MB/Myo prin metoda oferită prezentului lot.	Se va oferi kit de control: 2 seturi. Set de controale specifice pentru executarea cerințelor controlului intern de calitate în procedura de măsurare a cTnI/CK-MB/Myo prin metoda oferită prezentului lot.	ISO,CE
36. Markeri cardiaci cTnI/CK-MB/Myo (lot deschis p/u oferte alternative)	36. Markeri cardiaci cTnI/CK-MB/Myo (lot deschis p/u oferte alternative)	Hârtie termică	CHINA	WESAIL	Hârtie termică p/u dispozitiv p/u tipărirea celor 1000 de rezultate - costul inclus în bugetul lotului dat.	Hârtie termică p/u dispozitiv p/u tipărirea celor 1000 de rezultate - costul inclus în bugetul lotului dat.	ISO,CE

37. Troponina cardiacă Hs (lot deschis p/u oferte alternative) - Analizator imunofluorescent cu 6 canale de masurare WS-Mi6000, WESAIL, China							
37. Troponina cardiacă Hs (lot deschis p/u oferte alternative)	37. Troponina cardiacă Hs (lot deschis p/u oferte alternative)	Analizator imunofluorescent cu 6 canale de masurare WS-Mi6000, WESAIL WS-Mi6000	CHINA	WESAIL	37. Troponina cardiacă Hs - Cerințe specifice pentru kit diagnostic: Determinarea înalt specifice (HS) Troponinei I sau T cardiac din ser, plasma, sânge integral sau anticoagulant. Metoda: FIA sau imunofluorescență (sau altă metodă cantitativă), test rapid cantitativ. Componenta setului: card-teste de unica folosință compatibile cu reader semiautomat oferit. Lipsa calibratorilor lichizi. Curba de calibrare - digitală, individuală lotului, programată în chip sau contact-card. Condiții de exploatare a cititorului de cărți: Funcționare non-stop în 24/24 și 7/7. Reader semiautomat să fie instalat și predat spre exploatare în baza Procesului verbal de instalare în baza contractului de comodare 14 luni. Returnarea readerului - în baza PV de Predare-Primire. Instruirea și suport tehnic inclus în bugetul ofertei p/u lotul dat. CE. IVD. Hartie termică p/u dispozitiv p/u tipărirea celor 2500 de rezultate - costul inclus în bugetul lotului dat. Cerințe specifice p/u kit de control: 3 seturi. Set de controale specifice pentru executarea cerințelor controlului intern de calitate în procedura de măsurare a Troponinei I prin metoda oferită prezentului lot. Ambalaj Standard de la producătorul kitului diagnostic. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător CE. IVD.	Analizator imunofluorescent cu 6 canale de masurare WS-Mi6000, WESAIL (Brosura este atasată) 37. Troponina cardiacă Hs - Cerințe specifice pentru kit diagnostic: Determinarea înalt specifice (HS) Troponinei I sau T cardiac din ser, plasma, sânge integral sau anticoagulant. Metoda: FIA sau imunofluorescență (sau altă metodă cantitativă), test rapid cantitativ. Componenta setului: card-teste de unica folosință compatibile cu reader semiautomat oferit. Lipsa calibratorilor lichizi. Curba de calibrare - digitală, individuală lotului, programată în chip sau contact-card. Condiții de exploatare a cititorului de cărți: Funcționare non-stop în 24/24 și 7/7. Reader semiautomat să fie instalat și predat spre exploatare în baza Procesului verbal de instalare în baza contractului de comodare 14 luni. Returnarea readerului - în baza PV de Predare-Primire. Instruirea și suport tehnic inclus în bugetul ofertei p/u lotul dat. CE. IVD. Hartie termică p/u dispozitiv p/u tipărirea celor 2500 de rezultate - costul inclus în bugetul lotului dat. Cerințe specifice p/u kit de control: 3 seturi. Set de controale specifice pentru executarea cerințelor controlului intern de calitate în procedura de măsurare a Troponinei I prin metoda oferită prezentului lot. Ambalaj Standard de la producătorul kitului diagnostic. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător CE. IVD.	ISO,CE
37. Troponina cardiacă Hs (lot deschis p/u oferte alternative)	37. Troponina cardiacă Hs (lot deschis p/u oferte alternative)	BA0010 hs cTnI	CHINA	WESAIL	37. Troponina cardiacă Hs - Cerințe specifice pentru kit diagnostic: Determinarea înalt specifice (HS) Troponinei I sau T cardiac din ser, plasma, sânge integral sau anticoagulant. Metoda: FIA sau imunofluorescență (sau altă metodă cantitativă), test rapid cantitativ. Componenta setului: card-teste de unica folosință compatibile cu reader semiautomat oferit. Lipsa calibratorilor lichizi. Curba de calibrare - digitală, individuală lotului, programată în chip sau contact-card.	Troponina cardiacă Hs - Cerințe specifice pentru kit diagnostic: Determinarea înalt specifice (HS) Troponinei I sau T cardiac din ser, plasma, sânge integral sau anticoagulant. Metoda: FIA sau imunofluorescență (sau altă metodă cantitativă), test rapid cantitativ. Componenta setului: card-teste de unica folosință compatibile cu reader semiautomat oferit. Lipsa calibratorilor lichizi. Curba de calibrare - digitală, individuală lotului, programată în chip sau contact-card.	ISO,CE
37. Troponina cardiacă Hs (lot deschis p/u oferte alternative)	37. Troponina cardiacă Hs (lot deschis p/u oferte alternative)	Control p/u hs cTnI (1 L+1 H)	CHINA	WESAIL	Cerințe specifice p/u kit de control: 3 seturi. Set de controale specifice pentru executarea cerințelor controlului intern de calitate în procedura de măsurare a Troponinei I prin metoda oferită prezentului lot.	Cerințe specifice p/u kit de control: 3 seturi. Set de controale specifice pentru executarea cerințelor controlului intern de calitate în procedura de măsurare a Troponinei I prin metoda oferită prezentului lot.	ISO,CE
37. Troponina cardiacă Hs (lot deschis p/u oferte alternative)	37. Troponina cardiacă Hs (lot deschis p/u oferte alternative)	Hartie termică	CHINA	WESAIL	Hartie termică p/u dispozitiv p/u tipărirea celor 2500 de rezultate - costul inclus în bugetul lotului dat.	Hartie termică p/u dispozitiv p/u tipărirea celor 2500 de rezultate - costul inclus în bugetul lotului dat.	ISO,CE

38. Beta-HCG (lot deschis p/u oferte alternative) - Analizator imunofluorescent cu 6 canale de masurare WS-Mi6000, WESAIL							
38. Beta-HCG (lot deschis p/u oferte alternative)	38. Beta-HCG (lot deschis p/u oferte alternative)	Analizator imunofluorescent cu 6 canale de masurare WS-Mi6000, WESAIL	CHINA	WESAIL	38. Beta-HCG - Cerințe specifice pentru kit diagnostic: Determinarea beta-HCG din ser sau plasma cu K3EDTA, sânge integral sau anticoagulant. Metoda: FIA sau imunofluorescență laterală, test rapid cantitativ. Lipsa calibratorilor lichizi. Curba de calibrare - digitală, individuală lotului, programată în chip sau contact-card. Componenta setului: card-teste de unica folosință compatibile cu reader semiautomat oferit. Condiții de exploatare a cititorului de cartușe: Funcționare non-stop în 24/24 și 7/7. Reader semiautomat să fie instalat și predat spre exploatare în baza Procesului verbal de instalare în baza contractului de comodare 14 luni. Returnarea readerului - în baza PV de Predare-Primire. Instruirea și suport tehnic inclus în bugetul ofertei p/u lotul dat. CE. IVD. Hârtie termică p/u dispozitiv p/u tipărirea celor 300 de rezultate - costul inclus în bugetul lotului dat. Cerințe specifice p/u kit de control: 2 seturi. Set de controale specifice pentru executarea cerințelor controlului intern de calitate în procedura de măsurare a Beta-HCG prin metoda oferită prezentului lot. Ambalaj Standard de la producătorul kitului diagnostic. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător CE. IVD.	Analizator imunofluorescent cu 6 canale de masurare WS-Mi6000, WESAIL (Brosura este atasată) 38. Beta-HCG - Cerințe specifice pentru kit diagnostic: Determinarea beta-HCG din ser sau plasma cu K3EDTA, sânge integral sau anticoagulant. Metoda: FIA sau imunofluorescență laterală, test rapid cantitativ. Lipsa calibratorilor lichizi. Curba de calibrare - digitală, individuală lotului, programată în chip sau contact-card. Componenta setului: card-teste de unica folosință compatibile cu reader semiautomat oferit. Condiții de exploatare a cititorului de cartușe: Funcționare non-stop în 24/24 și 7/7. Reader semiautomat să fie instalat și predat spre exploatare în baza Procesului verbal de instalare în baza contractului de comodare 14 luni. Returnarea readerului - în baza PV de Predare-Primire. Instruirea și suport tehnic inclus în bugetul ofertei p/u lotul dat. CE. IVD. Hârtie termică p/u dispozitiv p/u tipărirea celor 300 de rezultate - costul inclus în bugetul lotului dat. Cerințe specifice p/u kit de control: 2 seturi. Set de controale specifice pentru executarea cerințelor controlului intern de calitate în procedura de măsurare a Beta-HCG prin metoda oferită prezentului lot. Ambalaj Standard de la producătorul kitului diagnostic. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător CE. IVD.	ISO,CE
38. Beta-HCG (lot deschis p/u oferte alternative)	38. Beta-HCG (lot deschis p/u oferte alternative)	KIT BA0090 Beta-HCG	CHINA	WESAIL	38. Beta-HCG - Cerințe specifice pentru kit diagnostic: Determinarea beta-HCG din ser sau plasma cu K3EDTA, sânge integral sau anticoagulant. Metoda: FIA sau imunofluorescență laterală, test rapid cantitativ. Lipsa calibratorilor lichizi. Curba de calibrare - digitală, individuală lotului, programată în chip sau contact-card. Componenta setului: card-teste de unica folosință compatibile cu reader semiautomat oferit. Condiții de exploatare a cititorului de cartușe: Funcționare non-stop în 24/24 și 7/7.	Beta-HCG - Cerințe specifice pentru kit diagnostic: Determinarea beta-HCG din ser sau plasma cu K3EDTA, sânge integral sau anticoagulant. Metoda: FIA sau imunofluorescență laterală, test rapid cantitativ. Lipsa calibratorilor lichizi. Curba de calibrare - digitală, individuală lotului, programată în chip sau contact-card. Componenta setului: card-teste de unica folosință compatibile cu reader semiautomat oferit. Condiții de exploatare a cititorului de cartușe: Funcționare non-stop în 24/24 și 7/7.	ISO,CE
38. Beta-HCG (lot deschis p/u oferte alternative)	38. Beta-HCG (lot deschis p/u oferte alternative)	Control p/u beta-HCG(1 L+1 H)	CHINA	WESAIL	Cerințe specifice p/u kit de control: 2 seturi. Set de controale specifice pentru executarea cerințelor controlului intern de calitate în procedura de măsurare a Beta-HCG prin metoda oferită prezentului lot.	Se va oferi kit de control: 2 seturi. Set de controale specifice pentru executarea cerințelor controlului intern de calitate în procedura de măsurare a Beta-HCG prin metoda oferită prezentului lot.	ISO,CE
38. Beta-HCG (lot deschis p/u oferte alternative)	38. Beta-HCG (lot deschis p/u oferte alternative)	Hârtie termică	CHINA	WESAIL	Hârtie termică p/u dispozitiv p/u tipărirea celor 300 de rezultate - costul inclus în bugetul lotului dat.	Hârtie termică p/u dispozitiv p/u tipărirea celor 300 de rezultate - costul inclus în bugetul lotului dat.	ISO,CE
40. Mission U500 - analizator urinar semiautomat (lot deschis p/u oferte alternative) / Analizator urinar semiautomat URIXXON 500 Reflectometru (Macherey Nagel), Germania							
40. Mission U500 - analizator urinar semiautomat (lot deschis p/u oferte alternative)	40. Mission U500 - analizator urinar semiautomat (lot deschis p/u oferte alternative)	Analizator urinar semiautomat URIXXON 500 Reflectometru (Macherey Nagel)	MACHEREY-NAGEL	GERMANIA	40. Strip test - cu 10-12 parametri p/u urină, dintre care obligator - leucocite, nitriti, proteine, pH, sânge, densitatea relativă, corpi cetonici, glucoza, bilirubine, acizi biliari, urobilinogen (stercobilinogen). CE, IVD. Fiecare 2 seturi de stripuri să fie însoțite de 1 buc de hârtie termică. Control p/u Urinalysis Reagent Strips 10-12N - 3 seturi.	Oferta alternativă - Analizator urinar semiautomat URIXXON 500 Reflectometru (Macherey Nagel). Strip test - cu 10 parametri p/u urină, - leucocite, nitriti, proteine, pH, sânge, densitatea relativă, corpi cetonici, glucoza, bilirubine, acizi biliari, urobilinogen (stercobilinogen). CE, IVD. Fiecare 2 seturi de stripuri sunt însoțite de 1 buc de hârtie termică. Control p/u Urinalysis Reagent Strips 10-12N - 3 seturi.	ISO,CE
40. Mission U500 - analizator urinar semiautomat (lot deschis p/u oferte alternative)	40. Mission U500 - analizator urinar semiautomat (lot deschis p/u oferte alternative)	Medi-test URIXXON Stick 10, 100 teste, 93068	MACHEREY-NAGEL	GERMANIA	40. Strip test - cu 10-12 parametri p/u urină, dintre care obligator - leucocite, nitriti, proteine, pH, sânge, densitatea relativă, corpi cetonici, glucoza, bilirubine, acizi biliari, urobilinogen (stercobilinogen). CE, IVD. Fiecare 2 seturi de stripuri să fie însoțite de 1 buc de hârtie termică. Control p/u Urinalysis Reagent Strips 10-12N - 3 seturi.	Strip test - cu 10 parametri p/u urină, - leucocite, nitriti, proteine, pH, sânge, densitatea relativă, corpi cetonici, glucoza, bilirubine, acizi biliari, urobilinogen (stercobilinogen).	ISO,CE
40. Mission U500 - analizator urinar semiautomat (lot deschis p/u oferte alternative)	40. Mission U500 - analizator urinar semiautomat (lot deschis p/u oferte alternative)	Medi-test Combi control, 93038	MACHEREY-NAGEL	GERMANIA	40. Strip test - cu 10-12 parametri p/u urină, dintre care obligator - leucocite, nitriti, proteine, pH, sânge, densitatea relativă, corpi cetonici, glucoza, bilirubine, acizi biliari, urobilinogen (stercobilinogen). CE, IVD. Fiecare 2 seturi de stripuri să fie însoțite de 1 buc de hârtie termică. Control p/u Urinalysis Reagent Strips 10-12N - 3 seturi.	Control p/u Urinalysis Reagent Strips 10 - 3 seturi. Medi-test Combi control, 93038	ISO,CE

40. Mission U500 - analizator urinar semiautomat (lot deschis p/u oferte alternative)	40. Mission U500 - analizator urinar semiautomat (lot deschis p/u oferte alternative)	Termohirtie	MACHEREY-NAGEL	GERMANIA	40. Strip test - cu 10-12 parametri p/u urină, dintre care obligator - leucocite, nitriti, proteine, pH, sânge, denșitatea relativă, corpi cetonici, glucoza, bilirubine, acizi biliari, urobilinogen (stercobilinogen). CE, IVD. Fiecare 2 seturi de stripuri să fie însoțite de 1 buc de hârtie termică. Control p/u Urinalysis Reagent Strips 10-12N - 3 seturi.	Fiecare 2 seturi de stripuri sunt însoțite de 1 buc de hârtie termică.	ISO,CE

Semnat:_____ Numele, prenumele: Tudor Ceaicovschi În calitate de: Director General

Ofertantul: _ „GBG-MLD” SRL _ : _mun.Chișinău, str.Albisoara 64/2, tel/fax: (022) 54 73 73.