Anexa nr. 22
La Documentatia standard nr. "115" din 15.09.2021

Specificaţii tehnice

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1764597916152**

Denumirea procedurii de achiziție: **Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.33)**

Autoritatea contractantă: **CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE**

nr. crt	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Modelul	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referinţă
2	33100000-1	Sterilizator 40 L	Sterilizator ГП-40	Ucraina	MI-ZMA	Sterilizator cu aer uscat destinat sterilizării intrumentelor medicale cu consctrucție interioară din oțel inox Cod 270310 Ventilaţie - forţată, controlată electronic Construcție interioară - oțel inox Construcție exterioară - cu acoperire anticorozivă Regimuri de sterilizare – programabile Protecție la supraîncălzire – obligatoriu Alarme- acustică, vizuală, la supraîncălzre; Diagnostic automat - cu afișarea codului erorii; Volumul - ≥ 40 l ± 25% Temperatura - 50 - 200°C Divergență față de temperatura setată ≤ 1°C Regim de sterilizare prestabilite 180°C, 60 min 160°C, 150 min Rezoluția de programare ≤ 1°C Rafturi ≥ 2 Alimentare 200-240V, 50 Hz	Sterilizator cu aer uscat destinat sterilizării intrumentelor medicale cu consctrucție interioară din oțel inox **da** Cod 270310 Ventilaţie - forţată, controlată electronic **da** Construcție interioară - oțel inox **da, punctul 1.4.1** Construcție exterioară - cu acoperire anticorozivă **da, punctul 1.4.1** Regimuri de sterilizare – programabile **da, punctul 2.3.9** Protecție la supraîncălzire – obligatoriu **da, punctul 2.3.8** Alarme- acustică, vizuală, la supraîncălzre; **da punctul 2** Diagnostic automat - cu afișarea codului erorii; Volumul - **40 l** Temperatura - 50 - 200°C da, punctul **2.3.9** Divergență față de temperatura setată **3°C** Regim de sterilizare prestabilite 180°C, 60 min **da , p 7** 160°C, 150 min **da** Rezoluția de programare **1°C** Rafturi **4** Alimentare 200-240V, 50 Hz **da, punctul 1**	**ISO, Declaratie de conformitate**

Numele, Prenumele Stela POTINGA În calitate de: Administrator

Ofertantul: SA TEHOPTIMED Adresa: MD 2052, str. Maria Dragan 19A, Chisinau, Republica Moldova

Digitally signed by Potînga Stela
Date: 2025.12.16 16:45:01 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ