



“УТВЕРЖДАЮ”

Начальник ОКК

ООО «FAZO-LUXE»

И.С. Онарбоев

01 февраля 2022 г.

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА №04

от 01.02.2022 г.

Испытательная лаборатория: ООО «FAZO-LUXE»

Адрес: 111103 Ташкентская область, Ташкентский район, ССГ «Гулистан», ул. Оханграбо, 21.

Полномочие от Агентства «Узстандарт»: Свидетельство об аттестации TV.AMT.01.0586 от 22 ноября 2016 г.

Объект испытаний: «БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ»

Размер: 7 м x 14 см

Дата изготовления: 02.2022 г.

Партия: 002

Количество: 200 400 штук

Срок годности: не ограничен

Изготовитель: ООО «FAZO-LUXE»

Заявитель: ООО «FAZO-LUXE»

Акт отбора: №04 от 01.02.2022 г.

Дата проведения испытаний: 01.02.2022 г.

Цель испытаний: Лабораторные испытания

Сведения о НД: ГОСТ 1172-93 «Бинты марлевые медицинские»

НД на методы испытаний: ГОСТ 18054-72; ГОСТ 3816-81; ГОСТ 3813-72

Маркировка: Соответствует ГОСТ 1172-93 (п.1.3)

Упаковка: Соответствует ГОСТ 1172-93 (п.1.4)

Условия проведения испытаний: при температуре 22⁰С, относительной влажности воздуха 64 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ


Таблица № 1

№ п/п	Наименование требований	Значение требований		Соответствие требований
		НД	ФАКТ	
1	Линейные размеры п. 1.1.3. табл.1 Длина, м Ширина, см	7,0 ± 0,3	6,95	соответствует
		14,0 ± 0,5	14,0	
2	Толщина скатки, мм, не более п. 1.1.7. табл.3	35	34	соответствует
3	Капиллярность, см, не менее п.1.1.6.	7,0	7,3	соответствует

4	Визуальный осмотр п. 1.1.4.	Бинты должны быть без швов с обрезанной кромкой	Бинты без швов и с обрезанной кромкой	соответствует
5	Разрывная нагрузка, Н, не менее п.1.1.5.	88	92,78	соответствует
6	Белизна, %, не менее п.1.2.3.	80	82,45	соответствует

Заключение: Бинт марлевый медицинский нестерильный размером: 7 м x 14 см, партия: 002, дата изготовления: 02.2022 г. производства ООО «FAZO-LUXE», **соответствуют** ГОСТ 1172-93 «Бинты марлевые медицинские» (п.п. 1.1.3; 1.1.4; 1.1.7; 1.1.6; 1.1.5; 1.2.3).

Исполнитель:



Абдужалилова М.