

Nr. Lot	Denumirea poziției	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	standarde de referință

1	Videogastroskop compatibil cu sistemul videoendoscopic Olympus CV-170	1. VIDEOGASTROSCOP HDTV - 1 buc. II. Specificație 1. VIDEOGASTROSCOP HDTV - 1 BUC. a) Cu CCD compatibil HDTV (High Definition TV) b) Câmp de vedere (minim): 140° c) Permite investigarea endoscopică cu tehnologia de bandă îngusta de culoare, care are rolul de a evidenția capilarele si structurile de pe suprafața mucoasei, ceea ce duce la o mai buna delimitare a leziunilor de la nivelul mucoasei d) Adâncimea câmpului vizual (interval minim): 2-100 mm e) Capacitate de flexiune (minim): sus 210°, jos 90°, dreapta 100°, stanga 100° f) Minerul de comandă prevăzut cu minim 4 butoane cu funcții variabile g) Canal instrumentar min. 2,8 mm h) Diametru exterior maxim al tubului de inserție: 9,0 mm i) Cipul endoscopului sa stocheze datele de identificare ale endoscopului care se afișează pe ecran j) Lungimea de lucru (minim): 1000 mm k) Cu conector la sursa de lumină care nu necesită capac de etanșare a contactelor electrice pentru putea fi imersat in apă, evitîndu-se astfel defecțiunile datorate pătrunderii apei in interiorul endoscopului prin imersarea lui fara capacul de etanșare 1) Videogastroskop compatibil cu videoprocesorul și sursa de lumină CV-170, existent în instituție m) Anul producerii nu mai vechi de 2024 n) Instrumentul să fie nou si nefolosit 1. SERVICE PE GARANȚIE Durata : 2 ani Timp de intervenție maxim 24 ore 2. SERVICE POST GARANȚIE Perioada: 8 ani Timp de intervenție maxim 24 ore 3. INSTALARE De către furnizor 4. TRAINING	GIF-H170, Olympus Da, HDTV, pag. 2, gif.pdf Da, 140, pag. 2, gif.pdf Da, NBI, pag. 2, gif.pdf Da, 2-100, pag. 2, gif.pdf Da, 210/90, 100/100, pag. 2, gif.pdf Da, um.pdf, pag 18,19, comutatoarele Da, 2.8mm, pag. 2, gif.pdf 9.2mm, pag. 2, gif.pdf Da, punct 39, pag 24, um.pdf Da, 1030mm, pag. 2, gif.pdf Da, waterproof connector, pag. 2, gif.pdf Da Da Da Da, 2 ani Da Da Da Da	DM000659727
---	---	--	---	-------------

	Personal medical Personal tehnic 5. Operatorul economic declarat câștigător să își asume prin angajament scris asigurarea compatibilității și menținerii în stare de funcționare deplină a întregului sistem existent, pe o perioadă de minimum 8 ani de la livrarea echipamentului ofertat. Notă: <i>Această obligație presupune că, în cazul apariției unor defecțiuni la procesor, monitor sau alte componente ale sistemului deja instalat, operatorul economic va asigura reparația, înlocuirea sau suportul tehnic necesar fără costuri suplimentare pentru instituție, astfel încât sistemul să rămână complet operațional și utilizabil în actul medical.</i>	Da Da Asigurăm disponibilitatea pieselor de schimb timp de 8 ani pentru întreg sistemul de endoscopie. În cazul apariției unor defecțiuni la procesor, monitor sau alte componente ale sistemului deja instalat, după expirarea perioadei de garanție, vom oferi reparația, înlocuirea sau suportul tehnic necesar, conform listei de prețuri și facturării, pentru eliminarea fiecărui defect în parte, astfel încât sistemul să rămână complet funcțional și utilizabil în actul medical.	
--	---	---	--

2	Videocolonoscop compatibil cu sistemul videoendoscopic Olympus CV-170	VIDEOCOLONOSCOPI HDTV - 1 BUC. a) Cu CCD compatibil HDTV (High Definition TV) b) Câmp de vedere (minim): 140° c) Permite investigarea endoscopică cu tehnologia de bandă îngustă de culoare, care are rolul de a evidenția capilarele și structurile de pe suprafața mucoasei, ceea ce duce la o mai bună delimitare a leziunilor de la nivelul mucoasei d) Distanța minim vizibilă: 5,0 mm e) Adâncimea câmpului vizual (minim): 2-100 mm 0 Capacitate de flexiune (minim): sus 180°, jos 180°, dreapta 160°, stânga 160° g) Minerul de comandă prevăzut cu minim 4 butoane cu funcții variabile h) Canal instrumental min. 3.7 mm i) Diametru exterior maxim al tubului de inserție: 12,8 mm j) Cipul endoscopului să stocheze datele de identificare ale endoscopului care se afișează pe ecran k) Lungimea de lucru (minim): 1600 mm 1) Cu conector la sursa de lumină care nu necesită capac de etanșare a contactelor electrice pentru a putea fi imersat în apă, evitându-se astfel defecțiunile datorate pătrunderii apei în interiorul endoscopului prin imersarea lui fără capacul de etanșare m) Posibilitatea ajustării rigidității în timpul investigației prin rotirea unui inel. n) Compatibil cu videoprocesorul CV-170 existent în instituție. o) Anul producerii nu mai vechi de 2024 p) Instrumentul să fie nou și nefolosit 1. SERVICE PE GARANȚIE Durată: 2 ani Timp de intervenție maxim 24 ore 2. SERVICE POST GARANȚIE Perioadă: 8 ani Timp de intervenție maxim 24 ore 3. INSTALARE De către furnizor 4. TRAINING	CF-H170L, Olympus Da, pag 2, cf.pdf Da, pag 2, cf.pdf Da, NBI, pag 2, cf.pdf Da, 5mm, pag 2, cf.pdf Da, 2-100, pag 2, cf.pdf Da, 180/180, 160/160, pag 2, cf.pdf Da, um.pdf, pag 18,19, comutatoarele Da, 3.7mm, pag 2, cf.pdf Da, 12.8mm, pag 2, cf.pdf Da, punct 39, pag 24, um.pdf Da, 1680mm, pag 2, cf.pdf Da, waterproof connector, pag. 2, cf.pdf Da, um.pdf, pag 20,21, ajustare flexibilitate Da Da Da Da, 2 ani Da Da Da Da	DM000659723
---	---	---	---	-------------

	Personal medical Personal tehnic 5. Operatorul economic declarat câștigător să își asume prin angajament scris asigurarea compatibilității și menținerii în stare de funcționare deplină a întregului sistem existent, pe o perioadă de minimum 8 ani de la livrarea echipamentului ofertat. <i>Notă: Această obligație presupune că, în cazul apariției unor defecțiuni la procesor, monitor sau alte componente ale sistemului deja instalat, operatorul economic va asigura reparația, înlocuirea sau suportul tehnic necesar fără costuri suplimentare pentru instituție, astfel încât sistemul să rămână complet operațional și utilizabil în actul medical.</i>	Da Da Asigurăm disponibilitatea pieselor de schimb timp de 8 ani pentru întreg sistemul de endoscopie. În cazul apariției unor defecțiuni la procesor, monitor sau alte componente ale sistemului deja instalat, după expirarea perioadei de garanție, vom oferi reparația, înlocuirea sau suportul tehnic necesar, conform listei de prețuri și facturării, pentru eliminarea fiecărui defect în parte, astfel încât sistemul să rămână complet funcțional și utilizabil în actul medical.	
--	---	---	--