

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1743676645791 din 22.04.2025
Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale în scopul realizării Programului Național de Control al Cancerului conform necesităților pentru anul 2025 (repetat 4)	

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1			2	3	4	5	6	7	8
33100000-1	1	Microscop trinocular inversat cu contrast de fază	Microscop trinocular inversat cu contrast de fază	Microscop OX.2053-PLPH + Camera DC.3000-Pro CMEX-3 Pro	Olanda	Euromex	Conform caietului de sarcini	Aplicare: Microscop inversat pentru observarea și vizualizarea organismelor vii și a culturilor de țesuturi (celulare) în vase și baloane de cultură celulară. Metoda de observare: contrast de fază (<i>Brosura microscop Oxion_Inverso pag.1. OBJECTIVES FOR PHASE CONTRAST (models OX.2003-PLPH and OX.2053-PLPH)</i>) Piesa nasului rotativ: manual, tip standard Cap de vizualizare: Cap de observație trinocular, înclinat 45 ° (<i>Brosura microscop Oxion_Inverso pag.1. Trinocular 45° inclined tubes</i>) Revolver: pentru 5 obiective Obiective IOS Plan, Acromat: 4x/0.1 (cod OX.8404), 10x/0.25, 40x/0.60, (<i>Brosura microscop Oxion_Inverso pag.1. Revolving quintuple nosepiece on ball-bearings, Long working distance IOS plan achromatic objectives/ pag.3: LWD Plan phase 10x/20x/40x objectives</i>) Condensor: Condensator de 0,30 cu diafragmă iris, glisor cu inele de fază pre centrate 4x/10x și 20x/40x. Distanța de lucru 72 mm	CE

								(Brosura microscop Oxion_Inverso pag.2. N.A. 0.30 condenser with iris diaphragm. Working distance 72 mm LIFE SCIENCE • The models for the phase contrast OX.2003-PLPH, OX.2053-PLPH, OX.2253 PLPHF and OX.2453-PLPHF are delivered with a slider with 4x/10x and 20x/40x pre-centered phase ringsbes) Oculare - câmp larg: WF 10x/22 – 2 buc.(cel puțin unul cu focusare) (Brosura microscop Oxion_Inverso pag.1. Pair of DIN HWF plan 10x/22 mm eyepieces) Focalizare - microviza și macroviza/curse coaxiale; focalizare coaxială fină și grosieră cu mecanism de oprire la limita/gradație 0.002mm (Brosura microscop Oxion_Inverso pag.2. Coaxial 25 mm coarse and fine adjustments, 2 μm precision and with friction adjustmen) Iluminator: LED cu ajustarea intensității Unitatea de alimentare: incorporate (Brosura microscop Oxion_Inverso pag.1. 5 W LED transmitted illumination) Accesorii: ulei de imersie 1 sticlă Immersion oil, n = 1.482 (25 ml) Accesorii pentru vizualizare în contrast de fază : -Telescope for phase contrast alignment for Oxion Inverso inverted microscopes - Slider with 10x/20x and 40x phase contrast annuli for Oxion Inverso inverted microscopes - Slider with 4x/10x and 20x/40x phase contrast annuli for Oxion Inverso inverted microscopes Camăra: competentă cu binocular și trinocular C-mount : Da (nota: toate informatiile despre camera se afla in Brosura Camera foto DC.3000-Pro, care este pe o singura pagina) Camera Senzor: CMOS 1/3 inch : Pixeli: 2048 x 1534 pixels, ≥3.1 MP • 3.1 Mpix CMOS color USB3.0 camera • 1/3” sensor, 2048x1534 pixels Filtru: RGB : Da Expoziție: automat sau manual, 0.1 ms până la 2000 ms : Da	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

								Interfața de date: USB 3.0 de mare viteză modificare în „interfața de date: USB 3.0 high speed, USB2 compatible”. Software: Da, pe lângă capturi de imagini și video permite efectuarea de măsurări pe imagine statică și live, dar și analiză. Include: toate accesoriile necesare pentru conectare și calibrare Alimentarea 5V pentru PC USB port Soft-ul compatibil cu Windows 10 sau mai avansat (cu oricare configuratie 32 sau 64 bit) <i>(Besides capturing of images and videos, the ImageFocus Alpha software allows measurements on still and live images and to perform annotations on captured images. Compatible with Windows 10 and higher, both 32 and 64 bits configurations. A 2 GB RAM 2.8 GHz computer and 17 inch display is recommended as minimum requirement)</i> Garanție:.24 luni Nota: Microscopul nu este dispozitiv medical si nu este inregistrat in registrul dispozitivelor medicale	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat: Numele, prenumele: Ghenadie Rusu_ În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL BIO ANALITICA Adresa: str. Podul Inalt 20/2, of.10, or. Chisinau