

Instituția Publică
"Oficiul de Gestionare a Programelor
de Asistență Externă"



OGP AE

Tel.: (373 22) 23 29 63; 23 82 46; 23 82 47
Fax: (373 22) 23 82 48, e-mail: ogpae@ogpae.gov.md
str. Mitropolit Gavril Bănulescu-Bodoni, 57/1
Chișinău, Republica Moldova, MD 2005

Public Institution
"Office for External Assistance
Programs Management"

Phone: (373 22) 23 29 63; 23 82 46; 23 82 47
Fax: (373 22) 23 82 48, e-mail: ogpae@ogpae.gov.md
57/1 Mitropolit Gavril Banulescu-Bodoni str.
Chisinau, Republic of Moldova, MD 2005

Nr. 30-138/1093

"30" "05" 2022

ÎCS „EYECON MEDICAL” SRL

E-mail: office@eyeconmedical.md

„ROMEDCOM” SRL

E-mail: romedcom@gmail.com

„Dita Estfarm” SRL

E-mail: iulia.iurova@dita.md

„Dutch Health B.V.” SRL

E-mail: pieter@dutch-health.com

„MEDEXCOM” SRL

E-mail: achizitiile@medexcom.md

„DATACONTROL” SRL

E-mail: contact@datacontrol.md

Prin prezenta, Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă (OGP AE), în limitele competențelor și în temeiul art. 31 din Legea 131/2015 privind achizițiile publice, Vă comunică că conform deciziei grupului de lucru pentru achiziții în cadrul implementării Componentei „Sănătate” a Proiectului „Răspuns de urgență la COVID-19 și suport pentru ÎMMM” din 27.05.2022, procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1637681843608 din 06.01.2022 privind „*Achiziționarea stațiilor de producere a oxigenului medical conform necesităților IMSP, pentru anul 2022*”, a fost anulată în temeiul art. 71, alin (1), lit. g) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Anularea a survenit în contextul în care urmare a examinării specificației tehnice [Technical specifications for Pressure Swing Adsorption (PSA) Oxygen Plants] emise de Organizația Mondială a Sănătății (WHO) (https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-PSA_Specifications-2020.1), comparativ cu cele solicitate în cadrul procedurii de achiziție publică, au fost identificați o serie de parametri de o importanță majoră ce nu au fost solicitați, după cum urmează:

1. Prezentare generală a cerințelor funcționale: Durata de viață de minim 10 ani; garantat printr-o scrisoare de la producător / Overview of functional requirements: life span of a minimum of 10 years; guaranteed by a letter from the manufacturer;

OGP AE

2. Prezentare generală a cerințelor funcționale: Pornire ușoară sau compresor cu viteză variabilă (VSD). / Overview of functional requirements: soft start or variable speed drive (VSD) compressor;

3. Documentație (inclusă, minim în limba engleză): Certificat de calitate, calibrare și inspecție / Documentation (included, minimum in English language): Certificate of quality, calibration and inspection;

4. Clasificarea riscului: Clasa IIA (UE și Australia) / Risk classification: Class IIA (EU and Australia);

5. Standarde, pentru performanța produsului: ISO 21969: Conexiuni flexibile de înaltă presiune pentru utilizarea cu sisteme de gaze medicale. / Standards, for the product performance: ISO 21969: High pressure flexible connections for use with medical gas systems;

6. Standarde, pentru performanța produsului: Curățat conform ISO 15001, ASTM G93 sau echivalent. / Standards, for the product performance: Cleaned according to ISO 15001, ASTM G93, or equivalent;

7. Standarde, pentru performanța produsului: ISO 8573-1: Aer comprimat – Partea 1: Contaminanți și clase de puritate. / Standards, for the product performance: ISO 8573-1: Compressed air – Part 1: Contaminants and purity classes;

8. Cerințe pentru punerea în funcțiune/ Requirements for commissioning: Conformitatea instalației urmează a fi verificată de o terță parte certificată, inclusiv verificarea concentrației oxigenului și a presiunii când utilajul este pus în funcțiune/ Conformity of installation shall be verified by a certified third party; /Verify oxygen concentration and pressure level meets specifications when device is operational.

Astfel, omisiunile în cauză afectează esențial obiectul achiziției deoarece conduc la riscuri majore privind funcționalitatea instalației și calitatea produsului final și anume calitatea oxigenului, ceea ce nu oferă siguranța necesară în utilizare a acestora, respectiv în coroborare cu principiul utilizării eficiente a banilor publici prevăzut la art. 7, lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, procedura de achiziție publică a fost anulată.

Vă mulțumim pentru participare.

Cu respect,

Președintele grupului de lucru

Diana GROSU-AXENTI