

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1615382073089 din 01 aprilie 2021
Denumirea procedurii de achiziție: Articole parafarmaceutice

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
	87.	Robinet sistem perfuzie	Discofix c-3 red	Germany	B.Braun	Steril. Cu 3 cai. Conectare tip „Luer lock”. Se adapteaza intre linia de perfuzie si cateter iv. pentru a controla extra medicatia in linia venoasa, Luer lock rotativ tip female, pentru posibilitatea de conectare la orice dispozitiv Luer-lock, Robinet precizat cu sageti care indica directia de curgere a lichidului	16496C , corespunde	
	90.	Set pentru punctia si cateterizarea venei centrale cu doua lumene	Certofix Duo V730	Germany	B.Braun	Din poliuretran rentgenocontrast cu lungimea cateterului 30 cm, cu fixatoare de securitate, ac pentru punctie G16 * 18 cu valva, conductor metalic tip J rezistent la indoier. Cateter G 14-16,Lungimea cateterului minim a 20-maxim 30 cm, cu cablu pentru ECG-control al pozitiei cateterului Tn vas magistral monoluminal, marcaj de lungimea cateter al lungimii cateterului, fixatoare de securitate la piele	4161319 , corespunde	
	91.	Set pentru punctia si cateterizarea venei centrale cu trei lumene	Certofix Trio V730	Germany	B.Braun	Din poliuretran rentgenocontrast, cu lungimea cateterului 30 cm, cu fixatoare de securitate ac pentru punctie G 16- 18 cu valva. conductor metalic tip J rezistent la indoier Diametrul fiecarui lumen Minim 16G maxim 18G. Lungimea cateterului minim 20-maxim 30 cm, cu cablu pentru ECG-control al pozitiei cateterului in vas magistral triluminal, marcaj de lungimea cateter al lungimii cateterului, fixatoare de securitate la piele	4163311 , corespunde	
	94.	Set combinat pentru analgezic si infuzie	Espocan	Germany	B.Braun	Ac epidural 16 G. Cateter epidural lungimea minim 90 cm cu diametrul compatibil al acului din set. Adaptor pentru cateter epidural. Filtru pentru aer, Filtru pentru lichide, Siringa pentru identificare spatiului epidural dupa tehnica pierderii rezistentei, minim 2 seringide plastic volum minim 10 ml si 2 ml. Cimp steril fenestrat dimensiunile min 50/50cm. Minim 2 cimp steril non fenestrat dimensiunile min 50/50cm. Compresse sterile minim 3. Periute cu burete minim 3. Manusi chirurgicale sterile dimensiune 7,5 sau mai mare. Ac spinal pencilpoint 25 G. Toate componentele setului impachetate in ambalaj steril.	Ac epidural 18G x90mm, Ø1,30mm. Cateter epidural Perifix Standard 0,85x0,45x1000mm (20G) compatibil cu acul din set. Adaptor pentru cateter epidural Perifix catheter connector. Perifix epidural flat filter 0,2 µm. Siringa pentru identificarea spatiului epidural dupa tehnica pierderii rezistentei, Perifix Loos of Resistance (LOR), siringa de plastic volum minim 10 ml. Ac spinal pencilpoint Pencan 27 Gx 5", 0,42x127,5mm. Toate componentele setului impachetate in ambalaj steril. 4556666	
	98.	Sisteme de infuzie a lichidelor pentru infuzie	Infusomat plus line sa	Germany	B.Braun	Tub calibrat din silicon, Nu contine latex. Rezistent la presiune (4 bari). Lungimea tubului 240-310 cm	8700210 , corespunde	GMP

Semnat:_____ Numele, Prenumele:Perepelița Igor În calitate de: Director general

Ofertantul: Tetis Internațional Co SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Calea Orheiului 103/3